

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90026/2026-000

1 - Itens da Licitação

1 - Ultrassonografia com Doppler de enxerto renal

Descrição Detalhada: ULTRASSOM PORTATIL COM DOPPLER COLORIDO E RECURSOS AVANÇADOS.
Especificação: Características Mínimas do Equipamento: 1- Plataforma: Baseada em sistema operacional Windows. 2- Processamento: mínimo 4.000.000 canais digitais, monitor >= 15 polegadas, faixa dinâmica >= 260 dB, frame rate >= 1.700 fps em modo B, profundidade máxima >= 32 cm. 3- Armazenamento: cine loop >= 300 MB. 4- Presets: configuráveis por aplicação e transdutor (mínimo 30). 5- Modos adicionais: M anatômico, M Color, Doppler bidirecional. 6- Medições: profundidade, distância, área, tempo, ângulo, velocidade, volume, % estenose, aceleração, frequência cardíaca e medidas específicas para cardio. 7- Funções avançadas: exames 3D free hand (modo B e color Doppler), imagem trapezoidal para transdutores lineares e setorial, varredura composta (convencional e oblíqua), zoom >= 8x, imagem panorâmica >= 50 cm com capacidade de realizar medidas e anotações, bateria interna de pelo menos 50 minutos. 14- Software: captura e análise pós-processamento, DICOM 3.0 completo (Print, Store, Worklist), possibilidade futura para cálculo automático da fração de ejeção e eco de estresse, leitura automática para biometria fetal, cálculo da

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------|
| Tratamento Diferenciado: Não | | | |
| Aplicabilidade Decreto 7174/2010: | Não | | |
| Quantidade Total: | 1 | | |
| Critério de Julgamento: | Menor Preço | Critério de Valor: | Valor Estimado |
| Valor Total (R\$): | 87.990,00 | | |
| Unidade de Fornecimento: | UNIDADE | | |
| Intervalo Mínimo entre Lances (%): | 1,00 | | |
| Local de Entrega (Quantidade): | Aurora do Pará/PA (1) | | |