

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
1	VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PADRÃO SAMU 192 FURGÃO TIPO B Especificação : Veículo Tipo Ambulância Padrão Samu 192 Furgão Tipo B Dimensões Comprimento total mínimo = 5.000 mm e máximo de 7.000 mm (Conforme descrito na NBR - ABNT 4.561/2000) Capacidade mínima de carga após a transformação = 770 kg (Conforme descrito na NBR - ABNT 14.561/2000) comprimento mínimo do salão de atendimento = 3.100 mm Altura total do veículo (sem tripulantes e pacientes, incluindo-se equipamentos montados no teto, mas excluindo-se antena de rádio) = 2.800 mm (Conforme descrito no item 5.3.11.3 da NBR - ABNT 14.561/2000) Altura interna mínima do salão de atendimento após adaptações = 1.800 mm Largura externa total mínima (incluindo os retrovisores) = 2.200 mm Dimensões mínima da zona de carga $\varnothing$ altura / largura = 1.860 mm / 1.750 mm 1.2. Motor: Dianteiro 4 cilindros Sobrealimentado: Turbo compressor com intercooler Combustível: Diesel Potência mínima: 130cv Torque mínimo: 30 kgfm³ Cilindrada mínima: 1.950 cc Sistema de Alimentação: Injeção eletrônica 1.3. Abastecimento de Combustível: Capacidade mínima = 65 litros 1.4. Freios 1.5. Direção 1.6. Transmissão 1.7. Equipamentos Obrigatórios e Acessórios básicos 1.8. Cabine / Carroceria 1.9. Sistema Elétrico e 1.10. Iluminação 2.1. Sinalizador frontal principal: 2.2. Sinalizadores Frontais secundários: 2.3. Sinalizadores laterais: 2.4. Sinalizadores Traseiros: 2.5. Sinalização acústica: 2.6. Sistema de Oxigênio 2.7. Ventilação 2.8. Bancos.Maca3.1. Base normativa. 3.2. Características: 3.3. Dimensões: A altura da maca deverá ser definida de acordo com a altura do veículo onde será instalada. A medida da altura é tomada do solo ao piso da ambulância. Comprimento total fechada: mínimo de 1950 mm Largura total: mínimo de 550mm Comprimento do leito: mínimo de 1800 mm Peso líquido máximo 40Kg Diâmetro das rodas: 200 mm 3.4. Capacidade de carga: A maca deve suportar uma carga de 300 Kg e deverá ser submetida à testes com uma carga equivalente a uma vez e meia a capacidade de carga estabelecida, ou seja 450 Kg. 3. 5. Cintos de segurança 3.6. Rodízios 3.6.1. Acessórios e 3.7. Garantia 4. Cadeira de Rodas dobrável para pacientes adultos estrutura confeccionada em alumínio com estrutura reforçada assento e encosto destacáveis para limpeza, confeccionados em material resistente e impermeável rodas com pneus de borracha. Deverá ser alojada na porta traseira direita do veículo, fixada por um sistema de fixação seguro de alta resistência, e que permita a fácil colocação e remoção. Medidas aproximadas quando fechada: 105 x 45 x 15 cm. 5. Prancha/Maca de resgate e salvamento: 6. DESIGN INTERNO E EXTERNO A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deverá considerar os seguintes aspectos: 6.1. Design Interno / 6.2. Design Externo. 6.3. Demais equipamentos e materiais a serem fornecidos com a ambulância Equipamentos e materiais complementares, que deverão ser fornecidos juntamente com a ambulância, de acordo com o descritivo técnico, a seguir: 01 (um) Extintor de Pó ABC de 6 kg na parte frontal do salão de atendimento afixado atrás do banco do condutor, e 01 (um) Extintor de Pó ABC de 4kg na parte traseira do salão de atendimento, afixado próximo ao baú e bancos. 05 Cones de segurança para trânsito, com altura entre 700 e 760 mm e base com lados de 400 (+ ou $\varnothing$ 20) mm, em plástico, na cor laranja, com faixas refletivas de longa durabilidade, de acordo com normas da ABNT, que deverão ser fixados na porta traseira esquerda por um sistema de fixação seguro e que permita a fácil colocação e remoção. 01 (uma) Lanterna portátil: Lanterna à bateria e carregador anexo ou incorporado, portátil, que permita no mínimo 08 horas de uso com alta intensidade, corpo em termoplástico resistente a impacto, com peso máximo de 1,5 quilos, com entrada bivolt automática (110-240V), bateria recarregável. 7. Garantias e assistências técnicas e equipamentos necessários: Aspirador Portátil de Secreções, elétrico, com bateria recarregável (uma unidade)Oxímetro portátil, alimentação a pilha, tipo medição Hand Held, Digital. (uma unidade)DEA (Desfibrilador Externo Automático) (uma unidade) com itens de série do veículo e equipamentos de segurança exigidos pelo contran. garantia de 12 meses. Primeiro emplacamento em nome da Prefeitura Municipal de Aurora do Pará. ano 2026/2026	1	483.700,00	483.700,00
VALOR TOTAL ESTIMADO				483.700,00