ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA

Item 1 – Alvo de Ouro - Alvo de ouro (Au), com pureza mínima de 99,95%**,** diâmetro mínimo de 54 mm, espessura mínima de 0,20 mm**,** sem suporte, destinado à utilização em equipamento de metalização por pulverização catódica (sputter coating) para preparação de amostras destinadas à microscopia eletrônica de varredura (MEV).

Item 2 - Fita adesiva de carbono condutiva, dupla face, destinada à fixação e preparação de amostras para análise em microscopia eletrônica de varredura (MEV) e microanálise por espectroscopia de raios X por dispersão de energia (EDS). Largura 8 mm e comprimento 20 m