

## **Especificação mínima do micrótomo:**

### 1- Tipo de Operação

Microtomo rotativo, automático com movimento motorizado.

### 2- Parâmetros de Corte

Faixa de espessura de corte: 0,5–600  $\mu\text{m}$

Função de desbaste: até 600  $\mu\text{m}$

Sistema de retração: 5–100  $\mu\text{m}$

Incremento mínimo - 0,5  $\mu\text{m}$

### 3- Sistema de Suporte e Orientação

Porta-amostras: cassete padrão

ajuste angular X-Y do porta-amostra

### 4- Suporte de Navalhas/Lâminas

Tipo: Compatibilidade com lâminas descartáveis (alto e baixo perfil)



# Assinaturas do documento



Código para verificação: **35K2KP7B**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



**DANIELA BECKER** em 22/05/2026 às 08:16:45

Emitido por: "SGP-e", emitido em 30/03/2018 - 12:41:25 e válido até 30/03/2118 - 12:41:25.

(Assinatura do sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo/conferencia-documento/VURFU0NfMTIwMjJfMDAwMTc0MDdfMTc0MTFfMjAyNI8zNUyS1A3Qg==> ou o site <https://portal.sgpe.sea.sc.gov.br/portal-externo> e informe o processo **UDESC 00017407/2026** e o código **35K2KP7B** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.