

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDAÓrgão: **SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO**

Setor requisitante: Coordenadoria de Laboratório

Responsável pela Demanda: Rafael Jungton

Cargo: Coordenador de Laboratório

E-mail: rafael@samaejs.com.br

Telefone: 2106-9141

1. Objeto:

Aquisição de cartelas Quanti-Tray 2000 para ensaios de quantificação de Coliformes Totais e Escherichia coli em água e efluente.

2. Justificativa da necessidade da Contratação:

A finalidade é garantir o monitoramento do índice de contaminação microbiológica das águas in natura captadas para o tratamento para atendimento do Art. 31 do Anexo XX, da Portaria de Consolidação nº 5/2017, alterado pelas Portarias GM/MS nº 888/2021 e nº 2472/2021, que dispõe sobre os procedimentos de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de potabilidade, bem como avaliar a eficácia do tratamento e desinfecção dos efluentes sanitários tratados pelas ETEs do Samae. A dispensa Emergencial ainda se justifica em razão da impossibilidade de refazimento do PE 199/2023, no início deste ano e a necessidade de realização de novo processo Licitatório nos moldes da Lei 14.133/2021 o qual foi teve abertura da sessão no dia 14 de agosto de 2024 e o item a qual se pretende a aquisição emergencial ter restado deserto conforme Ata 5416 do Pregão 060/2024. O edital será relançado, mas não haverá produto em quantidade suficiente para suprir as necessidades do Samae até que o processo seja concluso, dessa forma faz-se necessário a contratação emergencial.

3. Descrição e quantidades:

Item	Descrição/Especificação	Unidade de medida	Quantidade
1	Cartela Plástica Estéril para quantificação de coliformes totais e Escherichia coli em amostras de efluentes através da utilização com substrato definido enzimático. Deve ser constituída de 97 células (48 grandes, 48 pequenas e um reservatório) e compatível com seladora Quanti Tray, suportar alta temperatura durante o processo de selagem, apresentar conformidade durante a inspeção laboratorial e vedação quando fechada. Validade mínima: 12 meses após o recebimento. Obrigatório o envio de certificado de análise, sendo o mesmo emitido pelo fabricante coincidindo com a etiqueta do rótulo da embalagem.	Caixa	1

☒ Materiais☒ Consumo☐ Permanente☐ Serviços☐ Obras☐ Serviços de Engenharia☐ Continuado☒ Não Continuado

4. Grau de prioridade da compra:

☒ Alta☐ Média☐ Baixa

5. Estimativa de Valor: R\$ 3.185,42
6. Prazo de entrega/execução: Imediato
7. Local de entrega/execução: A entrega deverá ser realizada no Edifício-Sede Samae, situado na Rua Erwino Menegotti, nº 478 – bairro: Água Verde – Jaraguá do Sul/SC. O horário de entrega é das 8 horas às 11 horas e das 13 horas às 16 horas, somente em dias úteis.
8. Indicação do Gestor e Fiscal do contrato ou servidor que fará: Gestor: Rafael Jungton Fiscais: Paula Mariana Stähelin
9. A demanda consta em qual mês no Plano de Contratações Anual – PCA: Sim, julho. No entanto restou deserto na sessão.
10. O objeto tem vinculação ou dependência com outro objeto, com vistas a determinar a sequência em que as contratações serão realizadas. (Art. 4º, VI, do Decreto Municipal nº 16.996, de 2023). () Sim (x) Não
11. Modalidade: (x) Dispensa Emergencial
Jaraguá do Sul – SC, 28 de agosto de 2024  _____ Rafael Jungton  _____ Tuhã Schmitt do Evangelho