DOCUMENTO DE OFICIALIZAÇÃO DA DEMANDA

1- Identificação da Unidade Demandante

Unidade demandante	Secretaria Municipal de Saúde de Cujubim - SEMSAU	
Responsável pela Demanda	Dayane Teixeira Alves	Matricula:588
E- mail do Responsável	semsaucujubim@gmail.com	Telefone:(69) 8464-5472

2- Identificação da Demanda

Descrição Sucinta	Aquisição de equipamentos hospitalares e médico-assistenciais, destinados à estruturação, modernização e melhoria da capacidade de atendimento da rede municipal de saúde, especialmente das unidades assistenciais vinculadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.		
Fonte de Recursos	4.4.90.52.00 – Equipamento e Material permanente;		
Data de apresentação da demanda	**08/07/2026**	**Grau de prioridade:**	Grau 1: muito urgente
			Grau 2: urgente
			Grau 3: pouco urgente

3- Alinhamento Estratégico

3.1. A contratação está alinhada a algum objetivo da Secretaria Municipal de Saúde? (Se sim, indique os que estão diretamente alinhados á contratação pretendida).

OBJETIVO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	
X	Fortalecimento da rede municipal de saúde;
X	Melhoria da qualidade assistencial;
X	Padronização do mobiliário institucional;
X	Redução de interrupções por falhas de equipamentos;
X	Aumento da capacidade operacional do Hospital Municipal;
X	Maior eficiência dos serviços ofertados pelo SUS;

3.2. Detalhe como a contratação está alinhada aos objetivos indicados no item anterior, citando, inclusive, a sua eventual previsão em projetos, planos de ação, planos diretores, táticos ou de gestão.

A Secretaria Municipal de Saúde de Cujubim/RO, no exercício de suas atribuições legais e institucionais, vem formalizar a presente demanda visando à aquisição de equipamentos hospitalares e médico-assistenciais, destinados à estruturação, modernização e melhoria da capacidade de atendimento da rede municipal de saúde, especialmente das unidades assistenciais vinculadas ao Sistema Único de Saúde – SUS.

A aquisição será viabilizada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 42720004, de autoria do Senador Jaime Bagattoli, destinada ao fortalecimento da infraestrutura e da capacidade assistencial da saúde pública municipal.

4- Motivação / Justificativa da necessidade da Contratação

A Secretaria Municipal de Saúde de Cujubim/RO possui a responsabilidade de garantir à população o acesso aos serviços de saúde, observando os princípios e diretrizes estabelecidos pelo Sistema Único de Saúde – SUS, especialmente a universalidade, integralidade e igualdade da assistência à saúde.

A aquisição dos equipamentos ora pretendidos mostra-se necessária diante da necessidade de fortalecer a infraestrutura física e assistencial das unidades municipais de saúde, proporcionando melhores condições para atendimento aos usuários, realização de procedimentos, monitoramento clínico e assistência aos pacientes.

Os equipamentos possuem utilização direta na rotina hospitalar e ambulatorial, contribuindo para a segurança, qualidade e resolutividade dos serviços prestados.

Considerando as características do Município de Cujubim/RO, bem como a necessidade de assegurar atendimento adequado à população, torna-se imprescindível a disponibilização de equipamentos em condições apropriadas de funcionamento e em quantidade compatível com a demanda assistencial.

A aquisição permitirá a ampliação e qualificação da capacidade instalada, reduzindo limitações decorrentes da insuficiência ou eventual indisponibilidade de equipamentos essenciais.

Destaca-se, ainda, que o Município conta com estrutura hospitalar própria, sendo necessário assegurar condições adequadas para o atendimento de pacientes que necessitam de assistência de urgência, emergência, observação, procedimentos e demais cuidados de saúde.

Nesse contexto, os equipamentos pretendidos apresentam caráter estratégico para o fortalecimento da assistência, especialmente aqueles destinados à monitorização dos sinais vitais, suporte à vida, administração segura de medicamentos, realização de exames e procedimentos, acomodação e conforto dos pacientes.

5- Resultados Pretendidos com a Contratação

Com a contratação, pretende-se:
I – Fortalecer a estrutura física e assistencial das unidades de saúde municipais;
II – Melhorar as condições de atendimento aos usuários do SUS;
III – Ampliar a capacidade de monitoramento e acompanhamento dos pacientes;
IV – Proporcionar maior segurança na realização de procedimentos e administração de medicamentos;
V – Melhorar a capacidade de resposta das equipes diante de situações de urgência e emergência;
VI – Disponibilizar equipamentos adequados e compatíveis com as necessidades assistenciais;
VII – Proporcionar maior conforto e segurança aos pacientes;
VIII – Reduzir a dependência de equipamentos insuficientes, inadequados ou eventualmente indisponíveis;
IX – Contribuir para a melhoria da qualidade e resolutividade dos serviços de saúde prestados pelo Município;
X – Promover a adequada aplicação dos recursos públicos provenientes da Emenda Parlamentar nº 42720004;
XI – Fortalecer a capacidade instalada da rede municipal de saúde e, consequentemente, a assistência prestada à população.

6- Restrições para atendimento da demanda

Tipo de Restrição	SIM	NÃO	Detalhamento
Limitação de prazo		X	
Limitação de custo		X	

7- Quantidade a ser contratada

Item	Descrição	UND	Quant
01	**ASPIRADOR DE SECREÇÃO** Aspirador cirúrgico 5 litros características: mangueira de silicone, compressor isento de óleo, vacuômetro de 0 a 30 pol.hg, aspiração de 0 a 25 pol.hg, válvula reguladora de vácuo, potência de 1/3 ou 1/4 hp 50/60 hz, rotação 1750 rpm, 24 l/min, protetor térmico (desliga o aparelho automaticamente com superaquecimento ou descarga elétrico, 110 ou 220 v, frasco Autoclavável em polivinil, pedal de acionamento, filtro bacteriológico, cânula de aspiração, placa bivolt, conjunto auto-stop: com lâmpada piloto audiovisual (desligamento automático quando o frasco do aspirador estiver cheio).	UND	02
02	**BOMBA DE INFUSÃO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS** Volumétrica com sistema eletrônico micro processado, de sistema peristáltico linear para administração de soluções parenterais, através de equipos específicos, Alça de transporte, Tensão de funcionamento: bivolt (110/220V) automático; Bateria: de íon-Lítio com autonomia de bateria com capacidade de mínimo de 8 horas a 125ml/min. Incluso: bombas deverão estar acompanhadas dos equipos parenteral. Garantia de 12 meses, manual em português e certificado de garantia devidamente preenchido.	UN	01
03	**CAMA HOSPITALAR, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Movimentos: Elevação e retorno simultâneo dorsal e pernas, Fowler, Semi-fowler, Flexão de pernas, Cardíaco e Sentado, trendelemburg, Proclive, Posição Poltrona, elevação de leito. Regulagem de altura mínima e máxima do leito (52 a 72 cm). LEITO: Articulável com quatro seções. Acionamento através de atuadores lineares elétricos bivolt (110/240V), com controle remoto com fio. Estrutura em Aço carbono com tratamento antiferrugens e acabamento em pintura eletrostática a pó. Cabeceiras e Peseira removíveis em material polietileno (PEAD) e com suporte em aço carbono. Acompanha Grades laterais em material polietileno (PEAD) com acionamento semi-giro. Base revestida em carenagem decorativa. Rodízios com diâmetro de 4", sendo dois com freios em diagonal; Capacidade do paciente: 150kg. Largura e comprimento útil: 900mm e 1900mm - Largura e comprimento total: 1050mm e 1960mm (± 5 cm). Acompanha colchão D28. Garantia de 12 meses, manual em português e certificado de garantia devidamente preenchido. Registro Anvisa	UN	02
04	**DESFIBRILADOR CARDÍACO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** Carga Regulável de 1 à 360 Joules ajustáveis através de teclas blindadas, Seleção e Carga, Multiparametros. Garantia de 12 meses, manual em português e certificado de garantia devidamente preenchido.	UN	02

05	**ELETROCARDIÓGRAFO 12 CANAIS: REGISTRO EM 3 CANAIS COM AQUISIÇÃO SIMULTÂNEA DE 12 DERIVAÇÕES**, leve, portátil de fácil operação seleção das derivações/funções através de teclado de membrana. leds luminosos para indicações das funções, qrs e falta de papel, impressão em tempo real das 3 derivações iniciais, automática ou manual, velocidade de registro de 25 ou 50 mm/seg., com indicação das derivações impressas. impressão da velocidade, filtro, ganho, freqüência, espaço para inserção de data e nome do paciente, impressora de cabeça térmica de alta resolução 8 dots por mm. especificações técnicas: * registro em 03 canais com aquisição simultânea de 12 derivações(i,ii,iii, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5, v6); * garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação. registro anvisa. eletrocardiógrafo 12 canais: registro em 3 canais com aquisição simultânea de 12 derivações, leve, portátil de fácil operação seleção das derivações/funções através de teclado de membrana. leds luminosos para indicações das funções, qrs e falta de papel, impressão em tempo real das 3 derivações iniciais, automática ou manual, velocidade de registro de 25 ou 50 mm/seg., com indicação das derivações impressas. impressão da velocidade, filtro, ganho, freqüência, espaço para inserção de data e nome do paciente, impressora de cabeça térmica de alta resolução 8 dots por mm. especificações técnicas: * registro em 03 canais com aquisição simultânea de 12 derivações(i,ii,iii, avr, avl, avf, v1, v2, v3, v4, v5, v6); * garantia: 01 ano contra defeitos de fabricação. registro anvisa.	UN	02
06	**ESTETOSCÓPIO ADULTO TIPO DUPLO;** COM AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL.	UN	02
07	**ESTETOSCÓPIO INFANTIL;** AUSCULTADOR EM AÇO INOXIDÁVEL; TIPO DUPLO.	UN	01
08	**MESA AUXILIAR HOSPITALAR** Mesa Auxiliar Hospitalar Aço Inox 43x93x80cm Com Rodízios Especificações: Pés em tubo de aço inox redondo; Tampo e prateleira em chapa de aço de aço inox sem arestas cortantes; Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Opcional 3". Tamanho: 43 x 93 x 80 cm	UN	02
09	**MONITOR MULTIPARAMÉTRICO, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:** pré-configurável em bloco único integrado com até 7 parâmetros simultâneos e visualização de 8 curvas, tela lcd colorida hd de 10.4”. Completo Eletrocardiograma contínuo; pressão arterial não invasiva; pressão arterial invasiva; pressão arterial média; frequência cardíaca; capnografia; frequência respiratória; temperatura, medição de spo2; frequência de pulso; tela de onda pletismogáfica; compatível com software de gestão de dados; indicador de perfusão; tela lcd; alarme audiovisual; tabelas de tendência; grande capacidade de armazenamento. Garantia de 12 meses, manual em português e certificado de garantia devidamente preenchido.	UN	03
10	**OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL COM LCD COLORIDO E ONDA PLETISMOGRÁFICA;** Oxímetro de pulso portátil com LCD colorido e onda pletismográfica, produto de alta qualidade multifuncional com visor colorido de alta resolução. Com indicação da SPO2, frequência cardíaca, força de pulso, onda pletismográfica e	UN	03

	tabelas de tendência. Aparelho portátil e leve, pesando apenas 260 gramas, com baterias e sensor, adapta-se confortavelmente na palma da sua mão. Tela rotacional permite visualização na vertical ou horizontal. Níveis de alarmes ajustáveis da SPO2 e frequência cardíaca. Memória interna permite armazenar 120 horas de dados de tendências, indicador luminoso de alerta, software permite armazenar, visualizar e compartilhar eventos através da conexão USB (opcional), alimentação bivolt automático, bateria interna recarregável com autonomia de 20 horas e carregador integrado ao equipamento, gerenciamento de informações do paciente, incluindo nome, sexo e tipo, aplicável para pacientes adulto, pediátrico e neonatal. Dados técnicos: SPO2: Intervalo: 0-100%; Precisão: ± 2% em 70-100%; Resolução: 1%; Pulsação: 30-250bpm; Precisão: ± 2bpm; Resolução: 1%; Dimensões: 13,5 x 7,5 x 2,8 cm; 260 gramas. Acessórios inclusos: 01 Sensor de SpO2 reutilizável adulto; 04 baterias Ni-MH recarregáveis; 01 capa de proteção com suporte; 01 fonte de alimentação bivolt (100 a 240VAC); 01 manual de operação		
11	**POLTRONAS HOSPITALAR** Estrutura Base em aço inoxidável equipada com 4 rodízios reforçada e alta resistência, espessura mínima de 1,2 mm, desenvolvida para uso hospitalar contínuo e capacidade de suporte de até 200 kg. Estrutura totalmente coberta pelo estofado, sem partes metálicas expostas. Apoios de braço, assento e encosto anatômicos, projetados para oferecer conforto e ergonomia. Sistema de Movimentação Sistema de movimentação realizado através do peso do corpo do acompanhante/paciente, sem necessidade de sistemas adicionais de acionamento. Inclinação aproximada de 145°, com travamento na posição escolhida, garantindo praticidade e segurança. Base e Rodízios Base equipada com 04 rodízios de 100 mm de diâmetro, sendo 02 com travas para segurança. Rodízios silenciosos, de alta capacidade de rodagem, com fácil assepsia e proteção ao piso. Estofado Estofamento em espuma de poliuretano laminado de alta densidade, proporcionando conforto e durabilidade. Densidades: D-23 no encosto e D-30 no assento (ou superior). Alta capacidade de retorno ao formato original após uso, resistente ao desgaste e de longa vida útil. Revestimento Revestimento em courvin hospitalar exclusivo, impermeável, com tratamento antifúngico e antibacteriano. Laminado sintético de PVC reforçado 100% poliéster, 0,8 mm de espessura, acabamento em poliuretano. Superfície lisa, sem costuras, evitando acúmulo de poeira, fácil higienização e resistente a rasgos e perfurações. Dimensões Aproximadas Fechada: Profundidade 800 mm x Largura 800 mm x Altura 1100 mm Aberta (reclinada): Profundidade 1500 mm Dados Técnicos Capacidade máxima de suporte: 200 kg	UN	01

8- Prazos

8.1. Data pretendida para elaboração do processo de contratação (conclusão do planejamento): 30 (TRINTA) DIAS

8.2. Data pretendida para contratação: 30 (TRINTA) DIAS

9 – Estimativa de Recursos
O valor estimado da contratação será apurado mediante realização de pesquisa de preços, conforme disposições da Lei nº 14.133/2021 e regulamentações vigentes.

A presente aquisição será custeada com recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 42720004, de autoria do Senador Jaime Bagattoli, conforme disponibilidade e classificação orçamentária a ser indicada pelo setor competente.

10. Prioridade da Contratação

Considerando que os equipamentos serão destinados à prestação de serviços públicos de saúde e que parte deles possui aplicação direta em situações de urgência, emergência, monitoramento e suporte assistencial, a demanda é considerada de prioridade relevante para a Secretaria Municipal de Saúde.

A aquisição deverá ser planejada de forma a assegurar a aplicação tempestiva e adequada dos recursos vinculados à emenda parlamentar, evitando a perda de oportunidade de investimento e contribuindo para o fortalecimento da assistência municipal.

11. Previsão de início da Contratação

Prevê-se que os procedimentos necessários à contratação sejam iniciados após a formalização da presente demanda e a conclusão dos documentos da fase preparatória, observando-se os prazos administrativos, a disponibilidade orçamentária e financeira e as condições estabelecidas para utilização dos recursos da Emenda Parlamentar nº 42720004.

12. Responsabilidade pelo Acompanhamento da Demanda

A Secretaria Municipal de Saúde indicará servidor(es) responsável(is) pelo acompanhamento da demanda, elaboração dos documentos da fase preparatória e posterior fiscalização da execução contratual, observando as disposições da Lei nº 14.133/2021.

13. Considerações Finais

Diante do exposto, fica formalizada a necessidade de aquisição de equipamentos hospitalares e médico-assistenciais, compreendendo Aspirador de Secreção, Bomba de Infusão, Cama Hospitalar Fowler, Desfibrilador Cardíaco, Eletrocardiógrafo 12 Canais, Estetoscópios Adulto e Infantil, Mesa Auxiliar, Monitor Multiparâmetro, Oxímetro de Pulso e Poltrona Hospitalar.

A contratação apresenta relevante interesse público, uma vez que os equipamentos serão destinados à melhoria da estrutura e da capacidade assistencial da rede municipal de saúde, possibilitando melhores condições de atendimento, monitoramento, diagnóstico, tratamento e segurança dos usuários do SUS.

A utilização dos recursos provenientes da Emenda Parlamentar nº 42720004, de autoria do Senador Jaime Bagattoli, representa importante oportunidade para fortalecimento da infraestrutura da saúde municipal, devendo sua aplicação observar rigorosamente a finalidade prevista, a legislação vigente e os princípios da administração pública.

Dessa forma, solicita-se o prosseguimento da fase de planejamento da contratação, com a elaboração do Estudo Técnico Preliminar – ETP, análise das alternativas disponíveis no mercado, levantamento e dimensionamento das quantidades, pesquisa de preços, elaboração do Termo de Referência e demais documentos necessários à adequada instrução do processo administrativo.

Cujubim – RO, 08 de Julho de 2026.

Centro Administrativo Municipal - Avenida Condor, 2588, Setor Institucional
Tel: (69) 98441-0096 - CEP: 76.864-000 - Cujubim-RO
E-mail: **semsaucujubim@gmail.com**

Documento assinado eletronicamente por **DAYANE TEIXEIRA ALVES**, **ASSESSOR ESPECIAL**, em 13/08/2026 às 09:25, horário de Cujubim/RO, com fulcro no art. 18 do Decreto nº 781 de 19/02/2021.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site transparencia.cujubim.ro.gov.br, informando o ID **512784** e o código verificador **9468505D**.

Referência: Processo nº 1-915/2026. Docto ID: 512784 v2