

A**Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul – UEMS****PREGÃO ELETRONICO Nº 10/2025****RECURSO ADMINISTRATIVO AO ITEM 37 (trinta e sete)****Ilustríssimo(a) Sr.(a) Pregoeiro(a)****Prezados(as) Senhores(as) da Equipe de Apoio e Técnica**

A FORPH EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS E INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ N.º 46.300.550/0001-27, através de seu representante legal infra-assinado e identificado, nos termos da Lei Federal nº 14.133, de 1º de Abril de 2021; Lei Complementar Federal nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Lei Complementar Estadual nº 303, de 7 de Dezembro de 2022; Decreto Estadual nº 16.118, de 3 de Março de 2023; Decreto Estadual nº 15.775, de 28 de Setembro de 2021; Decreto Estadual nº 15.941, de 26 de Maio de 2022; Decreto Estadual nº 16.189, de 17 de Maio de 2023; IN SEGES/ME N.º 73, de 30 de setembro de 2022, e demais especificações e condições constantes no ato convocatório, vem apresentar RECURSO ADMINISTRATIVO, contra decisão que culminou na aceitação da proposta da empresa HD-Miyahara Comercio e Serviços Ltda, para o item 37 (trinta e sete), fato esse que não deve prosperar, como haveremos de provar.

I - DOS FATOS

Após análise de aceitabilidade a proposta da empresa HD-Miyahara Comercio e Serviços Ltda, foi aceita e habilitada para o item 37, ofertando conforme sua proposta e catálogo MOINHO TIPO WILLEY – Marca NewLab – Modelo NL226-03/02 pelo valor final unitário de R\$ 31.450,00.

II – DAS RAZÕES

Após análise minuciosa do catálogo em relação a proposta apresentada, podemos afirmar que o modelo ofertado pela Recorrida não atende algumas exigências técnicas do edital, merecendo sua recusa.

Vejamos,

A proposta apresentada é uma cópia do descritivo do edital, não confirmando que o modelo e marca ofertado, atende integralmente o exigido.

Em contraposição o catálogo apresentado com o Modelo NL226-03/02 Marca NewLab, conforme print da página do site da fabricante, não apresenta as seguintes características exigidas no edital:

Câmara de moagem com cabeçote e rotor em aço inox AISI 304 polido**Tampa em aço inox com fecho rápido**

Conforme catálogo do fabricante o Modelo NL226-03/02 Marca NewLab, é fornecido com:

Câmara de moagem: Em **aço** com 5 facas reguláveis em aço especial (VND) de alta dureza e tratamento anti-oxidação

Tampa: Em **alumínio** tratado ou **acrílico** transparente

Assim sendo fica evidenciado que o produto ofertado, não atende as exigências técnicas mínimas do edital, sendo de material inferior ao requisitado, comprometendo a operacionalidade e aplicação do equipamento, assim como sua durabilidade.

III – DO PEDIDO

Requeremos assim, que essa peça seja acatada, tendo em vista sua legalidade e tempestividade

Que a proposta apresentada pela empresa HD-Miyahara Comercio e Serviços Ltda, para o item 37 (trinta e sete), seja recusada, comprovado não atender as exigências técnicas requisitadas no edital para o item.

Que o item retorne a sua fase de aceitação, convocando-se os demais participantes, por ordem de colocação.

E por fim, caso não seja esse o entendimento do Sr. Pregoeiro, que o processo seja apreciado por Autoridade superior, para o esgotamento na fase administrativa.

Piracicaba, 07 de julho de 2025.

Edimilson Bezerra Maia Junior
Sócio Proprietário
CPF/MF: 259.049.028-32