Gmail **Compras Governamentais <licitacaopmpelotas@gmail.com>**

PE 074/2026 - Aquisição de Desfibriladores - Análise do Catálogo Técnico

Denis Farias <denis.engclinhps@gmail.com> 20 de julho de 2026 às 11:12
Para: Compras Governamentais <licitacaopmpelotas@gmail.com>

Bom dia, Patricia,

Em reanálise da documentação apresentada pela empresa **Starmedical Produtos Hospitalares**, considerando a proposta comercial que identifica o equipamento como **CMOS Drake – VIVO Gold**, permanece o entendimento pelo **não atendimento integral ao Termo de Referência**, pelos seguintes motivos:

1. **Indicação de uso incompatível:** o Manual do Usuário apresentado pelo próprio fornecedor informa que o equipamento **"NÃO é indicado para uso em ambientes de Urgência e Emergência"**, enquanto o objeto da contratação destina-se ao Hospital Regional de Pronto Socorro, conforme previsto no Termo de Referência.
2. **Não comprovação do requisito 1.3.1, alínea "m":** o Termo de Referência exige leitura de frequência cardíaca na faixa mínima de **30 a 240 bpm**. Entretanto, na documentação técnica apresentada constam apenas referências à faixa de **30 a 200 bpm**, não havendo comprovação documental do atendimento ao requisito exigido.
3. **Configuração não comprovada:** embora a proposta informe o modelo **VIVO Gold**, o manual contempla diferentes configurações da linha, sem identificar objetivamente quais funcionalidades e acessórios compõem o equipamento ofertado, impossibilitando a verificação do atendimento integral às especificações do Termo de Referência.

Dessa forma, **permanece o parecer técnico pelo não aceite da proposta**, uma vez que a documentação apresentada não comprova o atendimento integral às especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

Att...

Denis Farias
Engenheiro Clínico
HPS Pelotas - RS

De: Compras Governamentais <licitacaopmpelotas@gmail.com>
Enviado: sexta-feira, 17 de julho de 2026 10:53
Para: Denis Farias <denis.engclinhps@gmail.com>
Assunto: Re: PE 074/2026 - Aquisição de Desfibriladores - Análise do Catálogo Técnico

[Texto das mensagens anteriores oculto]