

Relatório de Dúvidas do Processo

Processo

Número: 21/2025**Modalidade:** Registro de Preços Eletrônico**Orgão:** Setor de Licitações e Contratos**Número do Processo Interno:** 1473**Abertura:** 14/05/2025 - 09:00**Município:** Agudo / RS

Registrado em	Assunto	Respondido Em
06/05/2025 - 18:20:46	Boa Tarde! Segue solicitação de esclarecimento!	06/05/2025 - 18:55:08
ITEM 55: Referente ao Pregão 21/2025, especificamente no item 55, onde é solicitado um hidrômetro multijato de 2", solicitamos que seja considerada, como alternativa técnica viável e vantajosa, a aceitação do medidor Woltmann Horizontal DN50. O medidor Woltmann DN50 apresenta especificações superiores em diversos aspectos, como: - Capacidade de vazão (Q3): 25 m³/h; - Classe metrológica: R80; - Comprimento: 200 mm, conforme ABNT NBR 8194; - Desempenho e robustez: maior durabilidade e menor perda de carga; - Facilidade de manutenção: o mecanismo de medição é removível sem necessidade de desmontar a carcaça, otimizando tempo e custo operacional. - Trata-se de um modelo amplamente utilizado no mercado para aplicações de maior porte, sendo tecnicamente mais eficiente e aderente às normas vigentes, incluindo a Portaria Inmetro nº 155/2022. Diante do exposto acima, reforçamos que o aceite do medidor Woltmann com as características supra como alternativa contribui para maior competitividade, ampla concorrência e isonomia entre os participantes, além de oferecer à administração uma solução mais eficaz e moderna. Solicitamos deferimento! At.te		
Prezados(as), As empresas, ao ofertarem sua proposta, devem atentar para as características mínimas solicitadas no edital, em estrito atendimento ao Princípio de Vinculação ao Instrumento Convocatório. Ou seja, objeto com características superiores ao solicitado, é perfeitamente possível de ser cotado. No entanto, pelo exposto no Pedido de Esclarecimentos, a marca Woltmann não atende o edital, pois possui apenas 25m³/h de vazão, quando o item 55 solicita 30m³/h de vazão. Qualquer dúvida, estamos à disposição. Att. Clair Wilhelm Pregoeira		

[Voltar](#)