



Estado do Rio Grande do Sul  
MUNICÍPIO DE JAGUARI  
Secretaria de Administração

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 072/2026  
LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 011/2026  
LEI FEDERAL Nº. 14.133, DE 01/04/2021

**RETIFICAÇÃO 001**

**OBJETO:** Consiste na aquisição de equipamentos e bens permanentes destinados a melhorias e qualificação da infraestrutura da Farmácia de Medicamentos Especiais - ESF RIVERA, deste Município com RECURSOS PROA 25/2000-01-0172384-6 PORTARIA SES Nº. 1253/2025.

**RETIFICA-SE do edital o que segue:**

**1.2. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS ITENS DO OBJETO E VALORES ESTIMADOS:**

1.1. Diante do repasse de recursos oriundos da Secretaria Estadual de Saúde e próprios se faz necessário a aquisição dos itens descritos na tabela abaixo para melhorias na Farmácia ESF Rivera. Segue abaixo o **NOVO DESCRITIVO DO ITEM 008 DO EDITAL:**

**Leia-se:**

Item	RETIFICAÇÃO DO ITEM 008 - Descrição mínima dos itens	Qtde	Unid	Valor Unitário (R\$)
08	Geladeira/câmara científica de no mínimo 560 litros; Gabinete Externo: Tipo vertical, construído em chapa de aço eletro galvanizado com película de inox escovado. montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios atravessáveis Gabinete Interno: Construindo totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de cinco gavetas em aço inoxidável, com perfuração hermética, munidas e corredeiras telescópicas proporcionando deslizamento suave. Isolamento Térmico: Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura mínima de 75mm. Homogeneização de Temperatura: Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. Porta: De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético. Iluminação Interna: Através de lâmpada LED com acionamento automático na abertura da porta. Refrigeração: Através de compressor herético, com circulação de gás ecológico R-134 a isento de CFC, unidade evaporadora aletada tipo ar forçado. Sistema de degelo seco com evaporação do condensador; Pannel de Comando: Montado na parte superior da câmara com chave geral; display em LCD com apresentação simultânea das temperaturas de momento, temperaturas máximas e mínimas atingidas, falta de energia elétrica comercial, falha de sensor bateria fraca, alerta de manutenção preventiva, simulador de alarmes de temperatura; Registro de Temperatura: registro eletrônico das temperaturas mínima e máxima atingidas, apresentadas no display de processos; Saida USB/ PEN Drive: Para exportação de dados e eventos que ocorrem no equipamento; Datalogger: Armazenamento interno de variáveis de processo ao longo do tempo; alarmes: Temperatura abaixo de fora da faixa de trabalho Pré-determinada, falta de energia elétrica, porta aberta, com tela de nibição para silenciar p buzzer por 15 minutos; Faixa de Trabalho: Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário; Software de Gerenciamento; certificação de software válida pela RDC 658/2022; RDC 430/2022 e CFR 21 parte 11; Sistema de segurança: Termostato instalado em paralelo ao controlador eletrônico da câmara; Discador WI-FI: Dispositivo que irá avisar os responsáveis sempre que houver DESVIOS DE TEMPERATURA OU FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA; Sistema de emergência para falta de energia elétrica 24 horas: através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (AC); Dimensões mínimas externas 198alt. x 75 larg x 87 prof. (cm); Dimensões mínimas internas: 130 alt x 60 larg x 73 prof (cm); Funcionamento Bivolt: 127 ou 220 volts 50/60 Hz; Certificado de Calibração: Certificação do controlador de temperatura, para comprovação da incerteza de medição (IM, erros, tendências, etc, calibrando em três pontos, +2°C, +4°C e +8°C, juntamente com rastreabilidade, comprovada pelo INMETRO (RBC).	001	Unid	16.900,00



Estado do Rio Grande do Sul  
**MUNICÍPIO DE JAGUARI**  
Secretaria de Administração

## **Leia-se:**

**ENCERRAMENTO:**

**ALTERA-SE A DATA DE ABERTURA deste PREGÃO, PARA O DIA 23 DE JUNHO DE 2026, às 14:00h,  
DEMAIS DISPOSIÇÕES CONSTANTES DO EDITAL DE PREGÃO PERMANECEM INALTERADAS.**

**MUNICÍPIO DE JAGUARI, 09 DE JUNHO DE 2026.**

**IGOR ROSA TAMBARA**  
Prefeito Municipal

## Assinantes



**IGOR ROSA TAMBARA**

Assinou em 09/06/2026 às 08:50:41 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF **\*\*\*.343.690-\*\***.

Eu, IGOR ROSA TAMBARA, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**92R-XVM-1YM-GJG**