

A

PREFEITURA DE PASSO FUNDO

CNPJ: 87.612.537/0001-90

PREGÃO ELETRÔNICO SRP – 90047/2026

OBJETO:).

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

BRAZIL 3 BUSINESS PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.515.403/0001-27, Inscrição Estadual nº 671.768.430.110, com sede na Rod. Adauto Campo Dall'Orto, Km 2,2 Galpão 2 a 6 – Espaço B3B, Jardim Manchester, CEP 13.178-440, Sumaré, SP, e-mail: licitacoes@bluehealth.com.br : 11 – 3164-4181, no interesse de participação no futuro processo supracitado, vem mui respeitosamente perante a ilustre presença de V.Sa., onde após análise técnica do Pregão Eletrônico nº **53/2026**, solicitar os esclarecimentos abaixo, sem qualquer prejuízo à qualidade diagnóstica, segurança do paciente ou desempenho clínico do equipamento e sugerir alteração junto ao termo descritivo, para o **Item 01 – Aparelho de Ultrassonografia**, com fundamento nos princípios e diretrizes estabelecidos pela Lei nº 14.133/2021, especialmente no que se refere à ampla competitividade, isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

Após análise do Termo de Referência referente ao Pregão Eletrônico nº 53/2026, visando ampliar a competitividade do certame e evitar interpretações divergentes durante a fase de julgamento, solicitamos os seguintes esclarecimentos:

Do edital temos o seguinte descritivo:

APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA PORTÁTIL COM DOPPLER COLORIDO PARA RADIOLOGIA, OBSTETRÍCIA, VASCULAR, CARDIOLOGIA, ENTRE OUTROS.

Verificamos que a descrição técnica constante no Termo de Referência apresenta apenas a indicação genérica das áreas de aplicação, não contemplando características técnicas mínimas necessárias para a correta identificação do equipamento pretendido.

Considerando que existem no mercado diversos equipamentos portáteis com diferentes níveis de desempenho, configurações, tecnologias embarcadas e aplicações clínicas, solicitamos, por gentileza, que sejam disponibilizadas maiores informações técnicas acerca do equipamento desejado, tais como, exemplificativamente:

Quantidade mínima de portas ativas para transdutores;
Tipos de transdutores que deverão compor o fornecimento (convexo, linear, endocavitário, setorial, entre outros), bem como suas respectivas faixas de frequência;
Modos de imagem mínimos exigidos (2D, Modo M, Doppler Colorido, Power Doppler, Doppler Espectral Pulsado e/ou Contínuo);
Recursos tecnológicos mínimos desejados, como imagem harmônica, redução de ruído, imagem trapezoidal, imagem panorâmica, composição de feixes (beamforming), entre outros;
Especificações do monitor (tamanho e resolução);
Quantidade de canais digitais ou arquitetura de processamento, quando aplicável;
Recursos de conectividade (DICOM, exportação para mídia USB, rede, Wi-Fi, etc.);
Softwares clínicos específicos eventualmente necessários para aplicações em cardiologia, vascular, obstetrícia e ginecologia;
Requisitos de mobilidade, autonomia de bateria e peso máximo do equipamento;

Demais acessórios e funcionalidades considerados indispensáveis ao atendimento da necessidade da Administração.

O esclarecimento dessas informações é de fundamental importância para que todos os licitantes possam compreender de forma inequívoca o objeto da contratação, formular propostas tecnicamente compatíveis e comparáveis entre si, garantindo a observância dos princípios da isonomia, da competitividade, da transparência e do julgamento objetivo, previstos na Lei nº 14.133/2021.

Dessa forma, solicitamos a gentileza de complementar as especificações técnicas do equipamento ou esclarecer quais serão os requisitos mínimos exigidos para fins de habilitação técnica e julgamento das propostas.

As informações solicitadas visam apenas **garantir a elaboração correta de propostas e a isonomia competitiva**, sem qualquer prejuízo à segurança, ao desempenho ou à qualidade diagnóstica do equipamento que será adquirido dentro de um processo que terá por objetivo alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

No aguardo de manifestação de Vsas. em relação ao descrito e sem mais no momento, elevamos nossos votos de respeito e consideração.

Sumaré - SP, 22 de junho de 2026.

JOSÉ CURSINO FERREIRA

Supervisor de Licitações.