



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER

RESPOSTA AOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2025

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 115/2025

Em atenção aos pedidos de esclarecimentos apresentados no âmbito do Pregão Eletrônico nº 25/2025, o Município de Fontoura Xavier/RS, com fundamento no **Edital** e no **Termo de Referência**, esclarece o que segue:

1. Prazo para troca de fornecedor

Conforme disposto no **item 6, alínea “d”, do Termo de Referência**, caso a empresa vencedora seja diferente da atual prestadora dos serviços, esta deverá realizar a **troca de todos os equipamentos em uso diretamente nos domicílios dos pacientes**, sem prejuízo à saúde dos usuários, no **prazo mínimo de 1 (um) dia e máximo de 7 (sete) dias**, contados da assinatura do contrato ou instrumento equivalente.

2. Prazo de atendimento / fornecimento

Nos termos do **item 6, alínea “c”, do Termo de Referência**, bem como do **item 10, alínea “e”, do Edital**, o prazo para **entrega e instalação dos equipamentos** será de até **72 (setenta e duas) horas**, contadas da solicitação formal da Secretaria Municipal da Saúde.

3. Prazo e condições de assistência técnica

Conforme previsto no **item 2, alínea “l”, do Termo de Referência**, a empresa contratada deverá disponibilizar **assistência técnica local**, incluindo **manutenção preventiva e corretiva, com reposição de peças**, de forma contínua e gratuita durante toda a vigência contratual, devendo atender às solicitações no prazo máximo de **72 (setenta e duas) horas**.

Adicionalmente, conforme **item 2, alínea “n”, do Termo de Referência**, deverá ser garantido **suporte técnico permanente, inclusive 24 (vinte e quatro) horas por dia**, assegurando a continuidade do atendimento aos pacientes.

4. Unidade de medida do oxigênio medicinal

De acordo com a **Tabela de Itens da Licitação (item 7 do Edital)**, a unidade de medida adotada para o fornecimento de oxigênio medicinal em cilindros é o **metro cúbico (m³)**, conforme especificado expressamente nos **Itens 1, 2 e 3**.



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTOURA XAVIER

5. Previsão de cilindro backup – Item 4

Conforme previsto no **Item 4 da Tabela de Itens da Licitação** e no **item 10, alínea “g”, do Edital**, o **kit concentrador para oxigenoterapia domiciliar** deverá ser acompanhado de **cilindro de oxigênio para backup**, com capacidade mínima entre **3,5m³ e 10m³**, destinado a situações emergenciais, tais como falhas técnicas ou interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Ressalta-se que os presentes esclarecimentos **limitam-se à explicitação de dispositivos já constantes no Edital e no Termo de Referência, não implicando qualquer alteração das regras do certame**, permanecendo inalteradas todas as condições originalmente estabelecidas.

Fontoura Xavier/RS, 27 de janeiro de 2026.

Daiane dos Santos Pedroso

Pregoeira

Município de Fontoura Xavier/RS