

Rio Grande do Sul
MUNICÍPIO DE VICENTE DUTRA
Rua Garibaldi, 644 em
Vicente Dutra/RS
C.N.P.J. 87.612.883/0001-79
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA DE EDITAL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 22/2025
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2025

No item 16 do objeto do Edital e do Termo de Referência, anexo I do Edital do pregão supramencionado, onde se lê:

OXIMETRO DE PULSO, do tipo de mesa com 1 sensor reutilizável; com tela de LCD colorida de 54 a 10 polegadas; com medição de 30 a 250 BPM e leitura de 0 a 100; perfusão na tela; com bivolt e bateria interna recarregável de lítio; com autonomia de 4 a 5 horas; com porta de rede para comunicação com computador; com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e funcionamento.

Leia se:

OXIMETRO DE PULSO, do tipo de mesa com 1 sensor reutilizável; com tela de LCD colorida de 5 a 10 polegadas; com medição de 30 a 250 BPM e leitura de 0 a 100; perfusão na tela; com bivolt e bateria interna recarregável de lítio; com autonomia de 4 a 5 horas; com porta de rede para comunicação com computador; com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação e funcionamento.

Vicente Dutra – RS, 10 de abril de 2025

TOMAZ DE AQUINO ROSSATO
Prefeito Municipal