



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOSSOROCA

COMPRAS

LEVANTAMENTO DE PREÇOS DO PEDIDO DE COMPRA

Impressão: 19/10/2026

Hora: 10:51:19

PEDIDO DE COMPRA Nº 002127/2026

JULGAMENTO: Por Item

DATA DE EMISSÃO: 05/10/2026

SECRETARIA: SECRETARIA DA SAÚDE

OBJETO: PEDIDO DE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA REGULADORA COM FLUXOMETRO PARA OS CILINDROS DE OXIGÊNIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PAGAMENTO MEDIANTE NOTA FISCAL ASSINADA NO PRAZO DE 30 DIAS.

Lote	Seq	Unidade Medida	Quantidade	Código	Descrição
0000	001	UN	5,00	37548	VALVULA REGULADORA PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO COM FLUXOMETRO. 1 Válvula Regulador P/ Cilindro Oxigênio (o2) Com FluxômetroA válvula para cilindro de oxigênio com fluxômetro é essencial para o controle preciso e seguro do fluxo de oxigênio em ambientes hospitalares, clínicas. Possui corpo em latão cromado de alta resistência, manômetro para indicação da pressão residual do cilindro e Fluxômetro que permite controle de vazão de 0 a 15 litros por minuto. Pressão de Entrada: Máximo 200 kgf/cm ² Pressão de Saída: 3,5 ±0,3 kgf/cm ² Escala do Manômetro: 0 à 315 kgf/cm ² Material utilizado: Latão Cromado Válvula de Alívio: 7,0 ±0,3 kgf/cm ² Conexões de Entrada e Saída: Conforme a Norma ABNT NBR 11.725 Tipos de Gás: Oxigênio

Marca/Modelo: UNITEC Preço Unitário R\$ 510,00 Preço Total: 2.550,00

ENTREGA: 10 DIAS

VALOR MÍNIMO P/PEDIDO R\$ 500,00

Validade da Proposta: 08 DIAS

Prazo para Pagamento: 10 DIAS

Total Avaliado: R\$ _____

Fornecedor:	
CNPJ:	44100756/0001-88
Endereço:	SANTA MARIA MEDICAL - DISTRIBUIDORA DE
Contato:	MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.
E-mail:	Rua Marechal Floriano Peixoto, 2245
Data Proposta:	Centro - CEP 97015-373
Banco:	SANTA MARIA - RS
Agência Bancária:	
RESPONSÁVEL	
Conta Corrente:	

OBSERVE O DISPOSTO NA IN RFB Nº 1234/2012 REF. AO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.

RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO

SANTA MARIA, 19 DE OUTUBRO DE 2026.