



**AO
MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026
PROCESSO Nº 59/2026**

A/C: Sr(a) Pregoeiro(a) e Equipe de Apoio

Diz:

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 04.187.384/0001-54, situada a Rua João Ropelatto, 202, bairro Nereu Ramos, na cidade e comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, ora representada por sua Procuradora, vem a presença de V.S.as., de conformidade com a legislação vigente, "**tempestivamente**" para apresentar a presente:

Impugnação ao valor de referência do ITEM 33 – VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR pelos fatos, motivos e razões de direito abaixo aduzidos.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
☎ (47) 99985-6173



É sabido por todos que a impugnação ao edital tem por objetivo indicar à administração eventuais falhas na condução do processo licitatório, antes de iniciada as fases de concorrência propriamente dito, que se concretiza na abertura das propostas de preços, no caso específico do Pregão, e o mesmo deve atender aos requisitos legais e fáticos para que tenha eficácia, conforme se expõe a seguir:

A. DOS FATOS

O Pregão epigrafado tem como objeto **"REGISTRO DE PREÇOS DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS E HOSPITALAR"** e apresenta como critério de seleção e julgamento das propostas o de MENOR PREÇO POR ITEM.

B. DO DIREITO

Quanto à sua tempestividade, o edital, que é a lei que reza a disputa e acordo entre as partes traz:

16. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS:

16.1. Impugnações ao ato convocatório deste Pregão Eletrônico serão recebidos até **03 (três) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública**, no endereço eletrônico licitacao@santoangelo.rs.gov.br; **(grifo nosso)**

Diz ainda o principal diploma legal:

LEI Nº 14.133/21

Art. 9º É vedado ao agente público designado para atuar na área de licitações e contratos, ressalvados os casos previstos em lei:

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos que praticar, situações que:

a) comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter competitivo do processo licitatório, inclusive nos casos de participação de sociedades cooperativas;

O Edital aqui impugnado contraria frontalmente o estipulado no texto legal, senão vejamos:

O valor de referência informado no ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR), para nortear a compra do ITEM 33 – VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR "Valor Unitário R\$ 41.282,62", está levantado fora dos padrões de mercado, considerado assim inexecuível para a compra do mesmo.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108


Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
(47) 99985-6173



33	<p>Ventilador mecânico pulmonar adulto/ pediátrico /neonatal: Ventilador pulmonar para suporte ventilatório adulto, pediátrico e neonatal com tela de lcd colorida de 12 polegadas, sensível ao toque. Micro-processado, ciclado a tempo, volume ou fluxo. Deve operar por rede de o2 e rede de ar comprimido ou ter turbina própria para o ar comprimido. O ventilador deve possuir sistema de auto teste para detecção de vazamento no circuito respiratório bem como medir a complacência e resistência do circuito para maior precisão de leitura; possuir bateria interna com autonomia de 240 minutos, braço articulado para suporte do circuito respiratório, pedestal com rodízios e travas; possuir sensibilidade de disparo a fluxo e pressão; possuir liberação de oxigênio a 100% com retorno automático para manobra de aspiração. Blender de o2 eletrônico e interno, sem fios ou conexões aparentes, deverá armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; possuir os seguintes modos ventilatórios; controlada a volume; controlada a pressão; prvc – pressão regulada com volume controlado; ventilação mandatória intermitente sincronizada a volume controlado, associada a pressão de suporte; ventilação mandatória intermitente sincronizada a pressão controlada, associada a pressão de suporte; ventilação mandatória intermitente sincronizada a pressão regulada com volume controlado; psv – pressão de suporte; volume suporte; possuir modo de ventilação não invasiva com compensação de fuga; oxigenação de alto fluxo para canula nasal até 60 l/min; possuir nebulizador integrado ao sistema sem variação da fio2 ofertada; frequência respiratória programável de 1 até 100 ciclos/min ; tempo inspiratório programável de 0,1 até 5,0 segundos; volume corrente programável de 10ml até 2000ml; fluxo inspiratório ate 160l/min pressão controlada inspiratória ajustável de 1 à 95 cmh2o; pressão de suporte até 80 cmh2o; peep/cpap: até 50cmh2o; concentração de oxigênio de 21 a 100% monitorada por célula interna ou sensor permanente; trigger expiratório ajustável de no mínimo 5% a 70% do</p>	4	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">R\$ 41.282,62</div>
----	---	---	--

Recorte da pag. 38 do ETP (ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR).

Sem a alteração do valor de referência o Município não conseguirá comprar o **ITEM 33 - VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR** solicitado no descritivo técnico do Edital. Pois o **valor médio** de mercado de um **VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR** é de no mínimo **R\$ 64.700,00** bem acima do valor de referência mencionado.

O equipamento com as características técnicas solicitadas no descritivo juntamente com todos os acessórios solicitados é de valor superior ao referenciado no ETP. Levando-se em consideração esses fatos, pedimos a reformulação dos preços de referência, para que assim os partícipes possam ofertar equipamentos compatíveis e de qualidade conforme solicita o descritivo técnico do edital, e assim atender as necessidades do Município.

Acreditamos que a finalidade desta conceituada Comissão é de proceder de forma zelosa pelos interesses do órgão público em questão, protegendo o erário procurando comprar equipamentos e demais produtos, que fazem parte do uso rotineiro junto aos órgãos ligados a saúde, com qualidade, que atendam às necessidades dos profissionais da saúde e seus pacientes.

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108
 Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos
 CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267
www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
 ☎ (47) 99985-6173



A Leistung Equipamentos Ltda, empresa Brasileira sediada em Jaraguá do Sul - Santa Catarina fabrica seus equipamentos com tecnologia de ponta e avançados conceitos mundiais, prova disto são as próprias Certificações e Registros adquiridos como a ISO 13485, Boas Práticas de Fabricação RDC 665/2022, e Registro na ANVISA - MS, oferecendo aos profissionais da saúde, equipamentos de altíssima confiabilidade para tratamento de pacientes, aliados a preços que espelham a realidade do país.

Em sendo assim.

Requer:

- Que seja revisto o valor de referência do **ITEM 33 - VENTILADOR MECÂNICO PULMONAR**, dessa forma, abrindo oportunidade para várias empresas participarem.
- Seja o edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2026**, revogado ou que seja modificado através de adendo, para que possam dar a todos os interessados em participar, chances idênticas de competição.

Termos em que
Pede Deferimento

Jaraguá do Sul-SC, 19 de março de 2026.


Leistung Equipamentos Ltda
CNPJ: 04.187.384/0001-54
Andréia Aparecida Pazze
Gerente Comercial - Procuradora
RG e CPF: 972.395.850-34

04.187.384/0001-54

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA

Rua João Ropelatto, 202
89265-520 - Nereu Ramos
Jaraguá do Sul - Santa Catarina

LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 04.187.384/0001-54 - Insc. Est. 254.417.108

Rua João Ropelatto, 202, Nereu Ramos

CEP: 89265-520- Jaraguá do Sul / SC - Fone/Fax (47) 3371-2741 / 3371-9267

www.leistungbrasil.com - E-mail: leistung@leistungbrasil.com

Assistência Técnica
(47) 99985-6173