

AO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS E PATRIMÔNIO

REFERENTE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 16/2026

SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO

A **GIGANTE RECÉM-NASCIDO LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ sob o número 62.413.869/0001-15, com sede em Ribeirão Preto, na Rua Martins Pena, 93, Estado de São Paulo, através de seu representante legal abaixo assinado, vem apresentar pedido de esclarecimento ao que segue abaixo:

ITEM 16 - MESA GINECOLÓGICA ELÉTRICA

Primeiramente gostaríamos de mencionar que temos conhecimento que o Município de Santo Ângelo antes de realizar a abertura do processo licitatório realizou o devido Estudo Técnico Preliminar, sendo esta parte integrante do edital, porém temos conhecimento que a aquisição se trata de recurso público, possuindo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR ITEM, assim se faz necessário o esclarecimento para que os Princípios da Economicidade, Legalidade, Isonomia e Vantajosidade sejam alcançados.

Analisando a descrição contida no edital para o item mencionado, verifica-se que foi utilizada uma descrição neutra, porém consta uma exigência que apesar de simples, torna a descrição “tendenciosa” a marca Kolplast, pois as Dimensões exigidas são bem idênticas as dimensões do equipamento, vejamos o que consta na especificação do edital:

000/016 UN 10,00 00007783 - MESA GINECOLOGICA

Descrição adicional:


Mesa Ginecológica Elétrica
Totalmente automatizada: Subida, Descida, Encosto e Perneira;
Placa eletrônica com seleção automática de voltagem 127 V/220V;
Pedal de comando com oito funções, posição de trabalho (memorizável) e volta zero automático, com acionadores removíveis para assepsia;
Sistema volta a zero e posição de trabalho;
Base tubular de alta performance, pintura epóxi de alta resistência.
Braço direito e esquerdo com fecho, estofado na cor rose, com movimentos de abertura Lateral e longitudinal, através de suportes em alumínio fundido e réguas em aço cromado;
Os movimentos de subida, descida, encosto e perneira, são através de 3 motores redutores isento de óleo;
Conjunto de apoio de coxas (direito e esquerdo) com regulagem horizontal e longitudinal até 320mm e vertical em até 420mm, estofado na cor rose;
Conjuntos de apoio de pés (direito e esquerdo) com regulagem longitudinal até 320mm, estofado na cor rose;
Encosto estruturado em aço, pintura epóxi de alta resistência.
Suporte lençol em aço tubular, sistema de mola para facilitar substituição do rolo;
Perneira estruturada em alma de aço, pintura epóxi de alta resistência.
Assento estruturado em aço, pintura epóxi de alta resistência.
Estofamento PU injetado na cor rose é revestido corvin e com PVC cristal.
Exclusivo apoio de cabeça anatômico, estofado na cor e revestido corvin e PVC cristal;
Chave geral liga e desliga bipolar;
Fusível externo de segurança;
Estrutura em aço maciço, com base tubular de alta resistência, pintura epóxi cor padrão;
Movimentos através de moto-reductor isento de óleo;
Altura máxima do assento em relação ao solo: 98cm;
• **Altura mínima do assento em relação ao solo: 65cm;**
• Medidas do Assento: 53 x 60 cm;
• Medidas do Encosto: 73 x 60cm;
• Medidas da perneira: 36 x 58cm;
• **Largura total da mesa: 81cm;**
• **Comprimento total posição maca: 171cm**

Usuário/Matricula: ANDRE DA SILVA KISSEL/61565 - Sistema de compras e licitações - Abase Sistemas e Soluções LTDA

Página 3 de 44

Agora vejamos as medidas disponibilizadas pela marca através do link:

<https://loja.kolplast.com.br/mesa-ginecologica/p>



Diante do direcionamento demonstrado que apenas restringe a ampla concorrência e acaba, mesmo que sem intenção ferindo os Princípios da Legalidade, Isonomia e Competitividade, sendo que o material utilizado para confecção, bem como as DIMENSÕES, pesos, cores etc., são características específicas que variam de acordo com o projeto de cada equipamento/fabricante, que entre vários fatores são desenvolvidos para atender as características médias da população.

Entende-se que a variação de alguns centímetros para mais ou para menos em nada interferem na funcionalidade, finalidade e tampouco na qualidade do equipamento pretendido, ainda mais tratando-se de equipamento eletromédico que para ser fabricado e comercializado necessita além de registro junto a Anvisa, do Certificado Inmetro, ou seja, comprova-se que as medidas oferecidas foram testadas e aprovadas comprovando a segurança e qualidade do equipamento.

Diante ao exposto, solicitamos os esclarecimentos:

1º - Para maior abrangência dos fornecedores serão aceitas **“DIMENSÕES APROXIMADAS”** das contidas na especificação do edital?

Destaca-se que o intuito é apenas que o edital possa permitir e proporcionar o ingresso do maior número de participantes no certame, pois quanto maior for o universo de licitantes, maior será a probabilidade de obtenção da proposta mais vantajosa, beneficiando o erário e atendendo aos Princípios da Economicidade, Isonomia, Legalidade e Impessoalidade, princípios almejados por qualquer processo licitatório.

Sem mais para o momento, aguardamos retorno e nos colocamos à disposição para o que se fizer necessário.

Ribeirão Preto, 19 de março de 2026.

ERICA VERNILE
PEREIRA
VEZONO:138771588
70

Assinado de forma
digital por ERICA
VERNILE PEREIRA
VEZONO:13877158870

Érica Vernile Pereira Vezono
RG. 18.294.531-5-SSP/SP
CPF: 138.771.588-70

