

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura de Campinas do Sul
Secretaria de Administração e Finanças
Pregão Eletrônico - 005/2024

Resultado da Homologação

0001 - Monitor Cardioversor/ Desfibrilador Bifásico com DEA e Marca Passo

O equipamento deve promover desfibrilação e cardioversão a pacientes acometidos de taquicardias e reverter arritmias de fibrilação ventricular, além de monitoração de ECG, respiração e frequência cardíaca e com função de marca passo transcutâneo e desfibrilação externa automática.

Parâmetros Incluso: Desfibrilador Bifásico, ECG (Eletrocardiograma), Bateria removível, DEA - Desfibrilador Externo Automático e Marcapasso Externo.

Características Técnicas Mínimas:

- Uso em pacientes adultos e pediátricos;
- Com alça de transporte;
- Com Tela (LCD) colorido de no mínimo 8 polegadas;
- Tecnologia Bifásica;
- Interface em Português;
- Bateria interna recarregável, de fácil substituição pelo próprio usuário, sem a necessidade da utilização de quaisquer tipos de ferramentas, com autonomia de, no mínimo 3 horas em modo de monitoração ou no mínimo 100 choques em carga máxima (360 J).
- Tecnologia de Checagem em tempo real - CTR: auto diagnostico que informa antecipadamente se existe qualquer ação de manutenção a ser realizada;
- Tecnologia de Prevenção de Morte Súbita - PMS;
- Configuração: Cardioversão, Desfibrilação, Monitorização de ECG 7D, Respiração, Funções ASC, DEA/PMS e Marcapasso;
- Fonte de alimentação 220v ou bivolt.

Desfibrilação:

- Deve permitir a carga de energia máxima em até 8 segundos com uma bateria totalmente carregada.
- Escala de desfibrilação de até 360 joules
- Aplicação de choque: Por meio de pás (adesivas) multifuncionais ou pás de desfibrilação.

Monitoração de ECG:

- Com no mínimo sete derivações (D1, D2, D3, AVR, AVL, AVF e C);
- Com possibilidade de visualização de no mínimo 2 curvas de ECG no display ao mesmo tempo;
- Deve possuir medição da frequência cardíaca de 20 a 300 batimentos por minuto, no mínimo;

Marca Passo externo não invasivo:

- Modos: demanda ou fixo;
- Com ajuste de frequência de estimulação; - S8 - Valor Referência: 30.313,38

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	S8	1 Unidade	30.313,38	30.313,38	Homologado em 13/06/2024 09:37:14 Por: Paulo Sérgio Battisti

Paulo Sérgio Battisti
Autoridade Competente

