

Re: PE 250/2024 materiais médico hospitalares - análise técnica



De Daniele Picinini <daniele.picinini@erechim.rs.gov.br>

Para SMA - Divisao de Licitacoes - Comissao <comissaolicitacoes.sma@erechim.rs.gov.br>

Data 2024-12-23 10:56

Quanto ao item 015 do Ranking observa-se que algumas marcas não cotaram aparelhos de oxímetro que possua o SENSOR Spo2 Y neonatal. Este sensor é INDISPENSÁVEL para uso do equipmaneto em neonatal. Modelo Gtech marca LEd não atende da empresa Foccus, o modelo Virto da empresa Alfa Med não é possível ter a certeza que apresenta o sensor, desta forma precisamos entrar em contato coma empresas para deixar claro a necessidade deste sensor específico.

Em 23/12/2024 08:26, SMA - Divisao de Licitacoes - Comissao escreveu:

Bom Dia!

Encaminho o ranking e as propostas referentes ao PE 250/2024 para análise quanto às marcas e modelos ofertados para os itens. Caso alguma não atenda aos descritivos, por favor, sinalizar tecnicamente quais pontos não atendem e indicar próximo colocado.

A sessão foi retomada a pouco.

Desta forma minimizamos o retrabalho com chamada de próximo colocado.

At.te,

Tainã Padilha

--

