

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Erechim
Comissão Permanente de Contratação
Pregão Eletrônico - 51/2025

Resultado da Homologação

0001 - Câmara de Conservação de Imunobiológicos CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS, Câmara para conservação de vacinas, medicamentos e termolábeis com temperatura de 2°C a 8°C, alarmes, discador telefônico e sistema de homogeneização de temperatura. GABINETE EXTERNO: Tipo vertical, construído em chapas de aço inoxidável escovado. Montado sobre chassi metálico e rodízios giratórios traváveis. GABINETE INTERNO: Construído totalmente em chapa de aço inoxidável, dotado de seis gavetas em aço inoxidável, com perfuração hermética e regulagem de altura. ILUMINAÇÃO INTERNA: Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta, temporizada com acionamento externo com a porta fechada. ISOLAMENTO TÉRMICO: Em poliuretano injetado de alta densidade, com espessura de 75 MM. HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA: Através de ventilador da unidade de ar forçado, com desligamento na abertura da porta. PORTA: De vidro triplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético., RE - NI 1760/600 - Valor Referência: 25.356,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NOVA INSTRUMENTS EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	14.000,00	168.000,00	Homologado em 20/05/2025 11:15:05 Por: ALINE DA COSTA PIETROSKI

ALINE DA COSTA PIETROSKI

Autoridade Competente

