



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

Pregão
Para Compras e Outros Serviços
178/2023
Processo Administrativo: 508/2023

O Secretário(a) Municipal / Diretor(a), na(s) figuras de autoridade superior, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, em especial a Lei 8.666/93 e alterações, tendo a vista o(s) parecer(es) técnicos emitidos por essa secretaria / órgão, resolve homologar / adjudicar a presente licitação nos seguintes termos:

102544786 - MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA						
Lote: 1 - LOTE 1 - EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
1	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO, USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CONTENDO PONTA PERFURANTE, PADRÃO ISO, COM TAMPA PROTETORA ADAPTÁVEL A BOLSAS E FRASCOS, FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO COM NÃO MAIS DE 22 MICRA, RESPIRO LATERAL, CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL QUE PERMITA A ADAPTAÇÃO DO SENSOR DE GOTEJAMENTO, FILTRO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS DE 15 MICRA, TUBO EM PVC TRANSPARENTE DE NO MÍNIMO 220CM DE COMPRIMENTO, PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO NO CONTROLE DE FLUXO, INJETOR LATERAL COM MEMBRANA AUTOCICATRIZANTE E QUE PERMITA VÁRIAS PUNÇÕES, CONECTOR LUER LOCK, COM CAPA PROTETORA, E FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE. REGISTRO NO MS. EQUIPO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO FORNECIDA EM COMODATO.	UNIDADE		1.000	24,0000	R\$24.000,00
2	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO FOTOSENSÍVEL, USO ÚNICO, ESTÉRIL, ATÓXICO, APIROGÊNICO, CONTENDO PONTA PERFURANTE, PADRÃO ISO, COM TAMPA PROTETORA ADAPTÁVEL A BOLSAS E FRASCOS, FILTRO DE AR BACTERIOLÓGICO COM NÃO MAIS DE 22 MICRA, RESPIRO LATERAL, CÂMARA DE GOTEJAMENTO TRANSPARENTE E FLEXÍVEL QUE PERMITA A ADAPTAÇÃO DO SENSOR DE GOTEJAMENTO, FILTRO PARA RETENÇÃO DE PARTÍCULAS COM 15 MICRA, TUBO EM PVC NA COR ÂMBAR DE NO MÍNIMO 220CM DE COMPRIMENTO, PINÇA ROLETE DE ALTA PRECISÃO NO CONTROLE DE FLUXO, CONECTOR LUER LOCK, COM CAPA PROTETOR E FILTRO DE MEMBRANA HIDROFÓBICA, EMBALAGEM INDIVIDUAL, COM ABERTURA EM PÉTALA, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, TIPO E DATA DA ESTERILIZAÇÃO, VALIDADE, NÚMERO DO LOTE, REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. EQUIPO DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM A BOMBA DE INFUSÃO FORNECIDA EM COMODATO.	UNIDADE		500	31,0000	R\$15.500,00
Lote: 2 - LOTE 2 - EQUIPOS PARA BOMBAS DE INFUSÃO						
Item	Produto	Unidade	Marca	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
3	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO PARA DIETA ENTERAL(SISTEMA FECHADO), DE PVC COLORIDO DE PREFERÊNCIA LIVRE DE DEHP, COMPRIMENTO DE APROXIMADAMENTE 180CM, EXTREMIDADE DO EQUIPO COM CONECTOR POSITIVO DO FECHAMENTO DE LUER LOOK OU ADAPTADOR UNIVERSAL PARA SONDAS NASOENTÉRICAS E PERCUTÂNEAS. PRESENÇA NO EQUIPO DE CLAMP DE ANTI-FLUXO. O EQUIPO NÃO DEVE PERMITIR A CONEXÃO EM ACESSO VENOSO. EMBALAGEM INDIVIDUAL, QUE CONTENHA EXTERNAMENTE DADOS DE ROTULAGEM E NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DEVE ATENDER A RDC 185 DE 22/10/2001.	UNIDADE		500	23,5000	R\$11.750,00
Total do Fornecedor:						R\$51.250,00

Bento Gonçalves, 05 de março de 2024.

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/03/2024 15:26 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p65a7627073a0f>





Assinatura e Carimbo

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 05/03/2024 15:26 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/65e7627073a0>.

