



MUNICÍPIO DE BENTO GONÇALVES
Setor de Licitações

ATA DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES

EDITAL: 0056/2024 **PROCESSO:** 198/2024

PNCP [87849923000109-1-000283/2024](#)

Objeto: Pregão Eletrônico (14.133/21) - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES.

ESCLARECIMENTOS

Pedido de esclarecimento

Protocolo 20525

Situação: Respondido

Data do pedido: 10/09/2024 15:13

Solicitação: Prezado Pregoeiro! Interessado em participar do referido pregão, solicitamos esclarecimentos conforme segue abaixo: EDITAL ITEM 28 - MEDIDOR DE SINAIS VITAIS Edital pede: "MEDIDOR DE SINAIS VITAIS COM TELA DE LCD COM PELO MENOS 7POLEGADAS" Poderá ser aceito monitor de sinais vitais com tela de alta resolução de 5,6 polegadas? Essa resolução não altera a qualidade de visualização dos sinais vitais, conforme catálogo em anexo. Diante do exposto acima, aguardamos retorno. COREMED LTDA.

Documentos anexados: [PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - ITEM 28](#)

Acompanhamentos

Data: 11/09/2024 08:14

Mensagem: Bom dia Encaminhado para análise e resposta. Att

Resposta

Data: 11/09/2024 16:16

Responsável: Alexandre Faes da Silva

Texto: Boa tarde Em anexo resposta a vossa solicitação.

Documentos anexados: [Resposta solicitação de esclarecimento](#)

Pedido de esclarecimento

Protocolo 20568

Situação: Respondido

Data do pedido: 12/09/2024 14:35

Solicitação: Sr. Pregoeiro, Solicito o seguinte esclarecimento sobre o item 28 - Monitor: TERMÔMETRO COM INFRAVERMELHO - Aceita termômetro axilar?

Documentos anexados: Nenhum documento anexado

Acompanhamentos

Data: 13/09/2024 08:46

Mensagem: Bom dia Recebido e encaminhado para análise. Att

Resposta

Data: 13/09/2024 11:11

Responsável: Alexandre Faes da Silva

Texto: Bom dia Segue resposta em anexo. Att

Documentos anexados: [Resposta solicitação de esclarecimento](#)

IMPUGNAÇÕES

Pedido de impugnação

Protocolo 20584

Situação: Respondido

Data do pedido: 13/09/2024 09:59

Solicitação: Pedido de impugnação

Documentos anexados: [IMPUG INMETRO](#)

Acompanhamentos

Data: 13/09/2024 10:42

Mensagem: Bom dia Recebido e encaminhado para análise. Att

Resposta

Data: 16/09/2024 10:54

Julgamento: Negado

Responsável: Alexandre Faes da Silva

Texto: Bom dia Resposta do Setor Técnico em anexo.

Documentos anexados: [Resposta pedido de impugnação](#)

Pedido de impugnação

Protocolo 20594

Situação: Respondido

Data do pedido: 13/09/2024 14:48

Solicitação: Pedido de impugnação

Documentos anexados: [Apresentação de Impugnação ao Edital - Número Interno P253756](#)

Acompanhamentos

Data: 13/09/2024 14:56

Mensagem: Boa tarde Recebido e encaminhado.

Resposta

Data: 16/09/2024 10:55

Julgamento: Negado

Responsável: Alexandre Faes da Silva

Texto: Bom dia Resposta a seu pedido em anexo.

Documentos anexados: [Resposta pedido de impugnação](#)

----- Data/Hora de Geração deste documento: 27/02/2025 13:43 -----