

SEGUNDA RODADA

ITEM 1

Proposta SEVEN

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Aparelho Mindray A5

Não há descritivo sobre chave mecânica ou eletrônica para seleção da mistura com O2 entre N2O e ar comprimido.

Monitor ePM 15M

O monitor apresenta grau de proteção IPX1, o edital exige grau de proteção mínima IP21.

ITEM 2

Proposta FRACASSADA

ITEM 3

Proposta DHMED

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Aparelho Comen AX-800

Não há descritivo sobre chave eletrônica ou mecânica para mistura de O2 do N2O e ar comprimido.
Não há descritivo se os vaporizadores (um para sevoflurano e outro para isoflurano) serão fornecidos.

Monitor Comen K12

Não há descritivo sobre a possibilidade de fornecimento de integração com central de monitoração bidirecional e que possibilite solução de interfaceamento online de dados de monitoração incluindo parâmetros gráficos para o sistema do hospital, através de protocolo **hl7** bidirecional.

ITEM 4

Proposta Deltronix Equipamentos LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – SEM

ITEM 5

Proposta AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: **“compatível com coagulador argônio”**,

“Microcontrolado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos

bipolar e corte, alternando a voltagem e a corrente, mantendo assim a consistência da potência nos diferentes cortes de tecidos, isso reduz a dispensação térmica nos tecidos adjacentes.”

ITEM 6

Proposta AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
AVISA EQUIPAMENTO – OK
ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “Deverá permitir desfibrilação desde 1J até 360J”; o cardioversor deverá possuir tela LCD de pelo menos 8,4 polegadas de alta definição;

ITEM 7

NÃO ENCONTREI PROPOSTA

ITEM 8

Proposta: MF MEDICAL LTDA.
AVISA DO EQUIPAMENTO – OK
ANVISA DA IMPORTADORA – OK

PROCESSADORA

- O descritivo que consta no Catálogo da empresa não menciona a memória da processadora.
- O descritivo que consta no Catálogo da empresa não menciona se o resfriamento da processadora é feito por ar forçado.
- No descritivo que consta no Catálogo da empresa consta que o aparelho possui 2 níveis de intensidade de insuflação e não 3 como consta em nosso edital.
- O descritivo que consta no Catálogo da empresa não menciona se o balanço de branco é automático.
- O descritivo que consta no Catálogo da empresa não menciona se existe a função de seleção automática da imagem mais nítida.

MONITOR DE VÍDEO GRAU MÉDICO

- O descritivo que consta no Catálogo da empresa é compatível com o que o edital solicita.

VIDEOCOLONOSCÓPIO FLEXÍVEL

- Segundo o Descritivo que consta no Catálogo da empresa o Colonoscópio é totalmente submersível, mas nada consta sobre não haver a necessidade de tampa de vedação para o processo de Desinfecção.
- O descritivo que consta no Catálogo da empresa não menciona sobre o chip de imagem ser CMOS OU CCD.
- Segundo o catálogo o Colonoscópio possui imagem HD e não FULL HD como pede o descritivo do edital.

VIDEOGASTROSCÓPIO FLEXÍVEL

- Segundo o Descritivo que consta no Catálogo da empresa o Colonoscópio é totalmente submersível, mas nada consta sobre não haver a necessidade de tampa de vedação para o processo de Desinfecção.
- O descritivo que consta no Catálogo da empresa não menciona sobre o chip de imagem ser CMOS OU CCD.
- Segundo o catálogo o Colonoscópio possui imagem HD e não FULL HD como pede o descritivo do edital.

CARRINHO PARA ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTOS

– Não consta no catálogo se a estrutura é em aço-carbono como solicita o edital.

TESTE DE VAZAMENTO

– O descritivo que consta no Catálogo da empresa é compatível com o que o edital solicita.

NOBREAK

– O descritivo que consta no Catálogo da empresa é compatível com o que o edital solicita.

ITEM 9

Proposta Med Light Equipamentos Médicos Hospitalres Ltda

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – SEM

ITEM 10

Proposta Med Light Equipamentos Médicos Hospitalres Ltda

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – SEM

ITEM 11

Proposta KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “movimento de elevação acionado por sistema elétrico com sensores anticolisão”; “comprimento do tampo mínimo 2015mm.

ITEM 12

Proposta OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “permitindo uso de arco cirúrgico em toda a extensão do tampo” , “movimento de elevação acionado por sistema elétrico com sensores anticolisão”; “comprimento do tempo mínimo 2015mm.

ITEM 13

Proposta AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “bateria recarregável, 240 minutos de tempo de trabalho”. Além disso não tem catálogo, apenas o manual. Analisando o manual, este não possui informações técnicas como o tamanho, resolução e mobilidade da tela de vídeo, saídas HDMI, USB e WI-FI, possibilidade de conexão de monitor.

ITEM 14

Proposta MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – SEM

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – SEM

ITEM 15

Proposta CASA HOSPITALAR IBIPORÃ LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: **“painel com teclado de membrana de alta durabilidade”**

ITEM 16

Proposta ELROI TECNOLOGIA HOSPITALAR LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Atende ao descritivo

ITEM 17

Proposta FRANZON

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: **“deve possibilitar rotação em sentidos diferentes (horário e anti-horário), por meio de gatilho duplo ou outro dispositivo de acionamento rápido”, “deve acompanhar no mínimo: 06 brocas helicoidais em tamanhos diferentes, com diâmetro entre 0,5mm a 6,0 mm;”**

ITEM 18

NÃO ENCONTREI PROPOSTA

ITEM 19

DESERTO

ITEM 20

Proposta AMB DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: **“Possibilita conectar com fonte de luz externa.”**

ITEM 21

DESERTO

ITEM 22

NÃO ENCONTREI PROPOSTA

ITEM 23

Proposta DPS Comércio de Materiais Hospitalares LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “resolução do display **mínima de 1920 x 1080 pixels**”

ITEM 24

Proposta DPS Comércio de Materiais Hospitalares LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “resolução do display **mínima de 1920 x 1080 pixels**”

ITEM 25

Proposta PORTAL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – SEM

ITEM 26

Proposta 216 Material Hospitalar Ltda

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – SEM

ITEM 27

Proposta Intermed Equipamento Médico Hospitalar LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “compatível com as seguintes características: ECG, respiração, temperatura, SPO2, PNI, pressão invasiva, **capnografia**, analisador de gases anestésicos, **módulo BIS e módulo TOP**”, “**grau de proteção contra respingos mínimo IP44.**”

ITEM 28

Proposta 216 Material Hospitalar Ltda

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – SEM

ITEM 29

Porposta CEC IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “ display de LCD de **pelo menos 8 polegadas**”

ITEM 30

Proposta: Brasmedical indústria e comércio de produtos para a saúde ltda me

ANVISA DO EQUIPAMENTO – Produto não necessita do cadastro.

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

– No catálogo do equipamento não consta as dimensões da câmera interna, porém o descritivo da proposta menciona que a largura da câmera seria de 410 mm, não atendendo o mínimo de 490 mm como solicita o edital da prefeitura.

– No catálogo do equipamento não menciona quantos balões o suporte acomoda.

– No catálogo do equipamento não menciona as dimensões do cesto.

ITEM 31

DESERTO

ITEM 32

Proposta: SANDERS DO BRASIL LTDA

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

– No catálogo não consta se há proteção eletrônica para prevenir operação com excesso de temperatura.

– No catálogo não consta se a lavadora possui sistema pulsátil/intermitente com saídas intercambiáveis para conexão de no mínimo doze (12) canulados. Como também se possui conexão ou adaptadores para uso em canulados com padrão luer lock.

– No catálogo não consta se o equipamento possui um sistema de segurança com controle de nível inferior e superior para água.

– Quanto aos acessórios requisitados em nosso edital, no catálogo não há especificação sobre a quantidade de cestos e bobinhas de papel, bem como não menciona nada sobre os Pen Drives.

ITEM 33

Proposta:

ANVISA DO EQUIPAMENTO – Produto não necessita do cadastro.

– No catálogo da seladora não há especificações sobre a velocidade da selagem.

– No catálogo da seladora a espessura da selagem consta como sendo de 0,6-1,2 mm diferente do que é solicitado no edital de 13 mm.

– No catálogo do equipamento não menciona se a seladora é eficaz na selagem de papel grau cirúrgico para materiais hospitalares de grande volume, consta somente que é ideal para pequenos produtos como grãos, temperos, sementes, componentes eletrônicos, parafusos e pregos.

ITEM 34

Proposta Med Light Equipamentos Médicos Hospitalres Ltda

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – SEM

Atende ao descritivo

Débora Bettú Grigolo
Secretária Adjunta de Saúde de Bento Gonçalves