

Análise Técnica Pregão Eletrônico nº 23/25

ITEM 1

Proposta MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES S/A

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Aparelho de anestesia CARESTATION 620

Atende ao descritivo.

Monitor B155

Atende ao descritivo.

ITEM 2

ITEM 3

Proposta MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES S/A

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Aparelho de anestesia CARESTATION 620

Atende ao descritivo.

Monitor CARESCAPE B450 X Generation

Atende ao descritivo.

ITEM 4

Proposta Barrfab Ind. Com. Importação e Exportação De Equipamentos Hospitalares Ltda

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende o descrito na parte em negrito: “permite dois cirurgiões coagularem simultaneamente, **módulos monopolares e bipolar independentes**”

ITEM 5

ITEM 6

ITEM 7

ITEM 8

Proposta Endobrax Comercio Importação e Exportação de Equipamentos

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – SEM

ITEM 9

ITEM 10

Proposta Oqtis Indústria de Equipamentos hospitalares LTDA

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Solicitação de esclarecimento: as lâmpadas LED são substituíveis individualmente ou em conjunto?

Na proposta é ofertado o modelo SIRIUS S3 com 140.000 LUX, porém no catálogo este modelo é de 160.000 LUX. Qual está correto?

ITEM 11

Proposta SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende o descrito na parte em negrito: “**capacidade de carga de trabalho segura para pacientes de mínimo 400 kg em todas as posições**”

ITEM 12

Proposta SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende o descrito na parte em negrito: “**capacidade de carga de trabalho segura para pacientes de mínimo 400 kg em todas as posições**”

ITEM 13

ITEM 14

ITEM 15

ITEM 16

ITEM 17

ITEM 18

Proposta MF Medical LTDA

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende o descrito na parte em negrito: “ microcâmara digital: 01 (uma) microcâmara de alta definição, composta por processadora de imagens e **cabeça de câmera** com adaptador óptico compatíveis entre si, **com tela sensível ao toque, digital**, ultra hd 4k, com resolução 3840x2160 pixels e com 1 sensor (chip) de imagem cmos. **com peso estimado em 300 gramas com variação de 10% à 15% desse valor. com função para ajuste de cor branca, ajuste de brilho, congelamento de imagem, dentre outras. a cabeça de câmera deve possuir botões acionadores para controle de funções facilmente programáveis através de menu na tela em português**” ou seja, está descrita como “Micro-Câmera Endoscópica 4K UHD” modelo 20114735, mas especificações apresentadas correspondem ao **processador de vídeo**; não há descrição detalhada da cabeça da câmera, peso, ergonomia, botões programáveis, tipo/número de sensores conforme exigido; não cita 12G-SDI; filtros exigidos não listados.

ITEM 19

ITEM 20

ITEM 21

ITEM 22

ITEM 23

ITEM 24

Proposta SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende o descrito na parte em negrito: “resolução do display mínima de **1920 x 1080 pixels**, deve possuir **proteção mínima IP22** contra infiltração perigosa de água, bateria de lítio com autonomia mínima de **6 horas**, **possibilidade de visor secundário.**”

ITEM 25

Proposta RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Atende ao descritivo

ITEM 26

ITEM 27

Proposta Magnamed Tecnologia Médica S/A

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Solicitação de esclarecimento: O sensor e cabo de capnografia estão inclusos ou não na proposta?

ITEM 28

Proposta Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos Ltda

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Não atende o descrito na parte em negrito: “deverá possuir 4 gavetas com guias deslizantes, **sendo 2 delas com divisórias internas** para armazenamento de medicamentos;

ITEM 29

Proposta COREMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS
HOSPITALARES LTD-ME

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Atende ao descritivo.

ITEM 30

ITEM 31

ITEM 32

Proposta Labnews Industrial LTDA

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Atende ao descritivo.

ITEM 33

ITEM 34

Débora Bettú Grigolo
Secretária Adjunta de Saúde de Bento Gonçalves