

Análise Técnica Pregão Eletrônico nº 23/25

ITEM 1 e 3 – HABILITAÇÃO

Empresa MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES S/A / CNPJ: 04.078.043/0002-21
Avaliação de cumprimento do Edital, ITEM 6.1.4. Qualificação Técnica

- Cumpre plenamente os requisitos técnicos.

ITEM 8 – PROPOSTA

Proposta: New Life Comercial de Equipamentos Médicos Hospitalares LTDA.

Avisa do equipamento – **ok**

Anvisa da empresa – **ok**

A proposta da empresa atende o edital do município.

ITEM 9 – PROPOSTA

Proposta: KSS Comércio e Indústria de Equipamentos Médico LTDA

Avisa do equipamento – **ok**

Anvisa da empresa – **ok**

A proposta da empresa atende o edital do município.

ITEM 10 – DILIGENCIA

Proposta Oqtis Indústria de Equipamentos hospitalares LTDA

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Atende ao descritivo.

ITEM 18 – PROPOSTA

Proposta DPS Comércio de Materiais Hospitalares LTDA / CNPJ 32.473.099/0001-35

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – SEM

Falta catálogo para o monitor e, além disso, na proposta também não especificou a luminância e o contraste do monitor.

Não atende o descrito na parte em negrito: “com saídas de vídeo compatíveis com ultra HD 4K: 12G-SDI e **HDMI 2.0**. Possuir **filtro de homogeneização da iluminação, filtro de aumento de contraste, filtro de inversão de cores para realce de contraste das imagens e modificação do espectro de**

vermelho, filtro personalizável. Com comprimento do cabo da cabeça da câmera de **3,0 metros;** **com sistema de comunicação, o qual permite que o insuflador seja controlado pela cabeça de câmera ;** fonte de luz led: 01 (uma) fonte de luz de led com tela sensível ao toque, com módulo de led de 50.000 horas de vida útil e com iluminação equivalente a xênon 300 w. **Possuir contador de horas com indicador de fim de vida útil do led** no painel frontal.”

ITEM 25-HABILITAÇÃO

Empresa: RC Moveis e Equipamentos Hospitalares LTDA / CNPJ: 02.377.937/0001-06

Avaliação de cumprimento do Edital, ITEM 6.1.4. Qualificação Técnica

- Atestado de Capacidade Técnica Incompleta, não atendendo a parte **grifada** a seguir: “- O atestado deverá ser em papel timbrado e carimbado que identifique a pessoa jurídica declarante, e conter, NO MÍNIMO, as seguintes informações: nome/razão social completa do contratado e do contratante; endereços atualizados, CNPJ, **telefone/e-mail**; identificação do contrato (tipo ou natureza/serviços/produtos); localização dos serviços; quantitativos dos serviços; nome da pessoa responsável indicada para contato;”
- Demais requisitos técnicos são plenamente cumpridos.

ITEM 27 - DILIGENCIA

Proposta Magnamed Tecnologia Médica S/A

ANVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Atende ao descritivo técnico

ITEM 29 – HABILITAÇÃO

Empresa: COREMED COM. E REP. LTDA / CNPJ n.º 09.171.488/0001-94

Avaliação de cumprimento do Edital, ITEM 6.1.4. Qualificação Técnica

- Atestado de Capacidade Técnica Incompleta, não atendendo a parte **grifada** a seguir: “- O atestado deverá ser em papel timbrado e carimbado que identifique a pessoa jurídica declarante, e conter, NO MÍNIMO, as seguintes informações: nome/razão social completa do contratado e do contratante; endereços atualizados, CNPJ, **telefone/e-mail**; identificação do contrato (tipo ou natureza/serviços/produtos); localização dos serviços; quantitativos dos serviços; nome da pessoa responsável indicada para contato;”
- Demais requisitos técnicos são plenamente cumpridos.

Débora Bettú Grigolo
Secretária Adjunta de Saúde de Bento Gonçalves