

QUINTA ANÁLISE TÉCNICA

ITEM 8

EMPRESA: NEW LIFE COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA

HABILITAÇÃO: Cumpre plenamente os requisitos técnicos.

ITEM 9

EMPRESA: KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA

HABILITAÇÃO: Cumpre plenamente os requisitos técnicos.

ITEM 10

EMPRESA: VR MEDICAL IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA

Edital do Município	Proposta da Empresa
Cada cúpula deve ter no mínimo 60 leds.	Cúpula principal e secundária com 15 leds.
Nível de iluminação: ≥ 140.000 lux por cúpula. O edital não permite valores abaixo de 140.000.	130.000 lux $\pm 10\%$
Consumo máximo ≤ 80 W por cúpula	300VA
Temperatura de cor entre 4.500 °k, no mínimo. O edital não permite valores abaixo de 4.500.	4350K $\pm 15\%$

A proposta da empresa não atende os requisitos do edital.

ITEM 11

EMPRESA: BARRE FAB IND. COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Edital do Município	Proposta da Empresa
Inclinação lateral esquerda e direita mínima de 18°	Lateral esquerdo e direito 17

A proposta da empresa não atende os requisitos do edital.

ITEM 18 – Proposta
(Aguardando resolução no problema da plataforma.)

ITEM 23 – Proposta

EMPRESA: MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES S/A

Editais do Município	Proposta da Empresa
Oximetria com tecnologia Nellcor ou similar.	Nada consta sobre o equipamento ter alguma tecnologia que ofereça uma solução de oximetria confiável em situações críticas.
Pressões monitoradas: ART, PAD, PAE, PIC, PAP, PVC, CAU, PVE	ART, CVP/PAD/PAE/PIC
Proteção: IP22 mínima contra água	Proteção IPX1

A proposta da empresa não atende os requisitos do edital.

ITEM 27

EMPRESA: MAGNAMED TECNOLOGIA MÉDICA S/A

HABILITAÇÃO: Cumpre plenamente os requisitos técnicos.

Débora Bettú Grigolo
Secretária Adjunta de Saúde de Bento Gonçalves