

SEXTA ANÁLISE TÉCNICA

ITEM 10

EMPRESA: RJN Comercio de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Ltda

Não há informação sobre a quantidade de Leds que cada cúpula possui no modelo oferecido.
Não atende à exigência do edital de garantia mínima de 24 meses.

ITEM 18

EMPRESA: STRYKER DO BRASIL LTDA.

Não atende ao descritivo no brilho máximo do monitor – o edital exige 800 cd/m², a proposta é de 540 cd/m².

Não atende ao descritivo no peso da microcâmera digital – o edital exige ≤ 300 g, a proposta é de 500 g.

Não atende ao descritivo na tecnologia do laparoscópio rígido – o edital exige 4K, a proposta é full HD.

Não atende o critério de fabricante único para todos os itens – o insuflador é Novanta/WOM.

ITEM 23

EMPRESA: SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

O Mindray uMEC 120 NÃO atende integralmente ao edital nos seguintes itens: resolução da tela (1280x800 vs exigido 1920x1080); autonomia da bateria (4,5h em especificação oficial vs exigido ≥6h); tendências (120h vs exigido 150h); grau de proteção (IPX1 vs exigido IP22); garantia (12 meses vs exigido 24 meses).

Débora Bettú Grigolo

Secretária Adjunta de Saúde de Bento Gonçalves