

SÉTIMA ANÁLISE TÉCNICA

ITEM 10

EMPRESA: MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. – CNPJ:
05.032.608/0001-11

REGISTRO ANVISA EQUIPAMENTO – OK

REGISTRO ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

ANÁLISE TÉCNICA

- Segundo o catálogo do produto ofertado pela empresa: FOCO CIRÚRGICO DE TETO DUPLO MODELO: BFH2 COM DUAS CÚPULAS o equipamento possui somente 50 Leds cada cúpula, não atendendo nosso requisito de ter no mínimo 60 Leds cada.
- O Modelo BFH2 possui uma potência de consumo máxima de 150 W excedendo 80 W cúpula conforme solicita o edital.

Débora Bettú Grigolo
Secretária Adjunta de Saúde de Bento Gonçalves