

OITAVA ANÁLISE TÉCNICA

ITEM 10

**EMPRESA: SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA – CNPJ:
38.200.470/0001-71**

REGISTRO ANVISA EQUIPAMENTO – OK

REGISTRO ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

ANÁLISE TÉCNICA

- Tamanho da cúpula: edital exige mínimo 580 mm; a proposta informa 540 mm.
- Quantidade mínima de LEDs (≥ 60 por cúpula): proposta não informa o número exato, apenas vida útil e características.

Débora Bettú Grigolo
Secretária Adjunta de Saúde de Bento Gonçalves