

Respostas FASE RECURSAL

ITEM 1

Recurso administrativo da empresa SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

• Sobre a chave seletora de gases: A comissão de avaliação técnica revisou a exigência da chave seletora de gases, objeto deste recurso, e definiu que a sua ausência no equipamento pode ser suprida mediante sistema eletrônico que faça sua função. Sendo assim, esta comissão reavaliou todas as proposta de todas as empresas referente aos itens 1, 2 e 3, quando a exigência da chave seletora, caso aja sistema eletrônico com suprimindo a mesma função. A classificação nos leilões para a habilitação das empresas não foi alterada.”

Resultado: **Aceito**

Sobre o questionamento: “Monitor ePM 15M - O monitor apresenta grau de proteção IPX1, o edital exige grau de proteção mínima IP21.

Resultado: **Recusado**

Justificativa: Não atende ao edital.

ITEM 3

Recurso administrativo da empresa SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Resultado: **Aceito**

ITEM 4

Recurso administrativo da empresa BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Resultado: **Recusado**

Justificativa: Não foi comprovada que pode ocorrer o uso da coagulação simultânea nos dois módulos independentes (monopolar e bipolar).

ITEM 9 e 10

Recurso de razão da empresa OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, em oposição à empresa e KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA.

Resultado: **Aceito**

Justificativa: Foco cirúrgico ofertado pela KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA não atende o descritivo de tamanho do campo a 1 metro de distância com 18 cm (180mm).

Recurso de contrarrazão da empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA em oposição ao recurso da empresa OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Resultado: **Recusado.**

Justificativa: Foco cirúrgico ofertado pela KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA não atende o descritivo de tamanho do campo a 1 metro de distância com 18 cm (180mm).



7.2 Informações Técnicas

Informações		Sirius S1	Sirius S2	Sirius S3
Iluminância Central Ec (lx)		110.000	160.000	160.000
Iluminância Central Mínima (lx)		40.000	40.000	40.000
Temperatura de Cor (K)		3000 a 6700		
Modo ENDO / Penumbra (lx)		Configurável de 0 a 20000		
Diâmetro de Campo D10 (mm) – Menor Campo (Configuração de ± 100 mm)		185	160	150
Diâmetro de Campo D10 (mm) – Maior Campo (Configuração de ± 100 mm)		350	390	395
Diâmetro de Campo D50 (mm) – Menor Campo (Configuração de ± 100 mm)		160	150	140
Diâmetro de Campo D50 (mm) – Maior Campo (Configuração de ± 100 mm)		220	285	316
Índice de Reprodução de cores (Ra/IRC)		98	98	98
Índice de Reprodução de cor Vermelha (R9)		97	97	97
Profundidade de Campo (mm)		1400	2300	2500
Iluminação Remanescente	1 Máscara	lx	60.000	140.000
		%	55%	88%
	2 Máscaras	lx	50.000	80.000
		%	45%	54%
	1 Tubo	lx	105.000	155.000
		%	95%	98%
	1 Máscara + 1 Tubo	lx	55.000	135.000
		%	50%	86%
	2 Máscaras + 1 Tubo	lx	48.000	75.000
		%	44%	53%
	Máxima Irradiação (Ee)		W/m ²	190
	Número de Leds			24
Permite a troca individual de Leds		Sim	Sim	Sim

Logo, retifica-se a análise para o item 10 feito na terceira rodada, para **foco ofertado pela empresa OQTIS industria de equipamentos hospitalares LTDA NÃO ATENDE O DESCRITIVO DE TAMANHO DO CAMPO A 1 METRO DE DISTÂNCIA COM 18 CM (180MM).**

ITEM 11 e 12

Recurso administrativo das empresas:

- OQTIS INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
- KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA
- SUPERALIFE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
- BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Resposta única que cabe para todos os recursos: Foi analisado novamente todas as propostas e manuais/catálogos disponibilizados no dia da apresentação da proposta de todas as rodadas do leilão. Nenhuma empresa provou que a mesa cirúrgica ofertada tinha um tampo com dimensão no mínimo 2015mm, seja com ou sem os acessórios, portanto os itens 11 e 12 seguem fracassados.

ITEM 16

Recurso administrativo empresa Elroi Tecnologia Hospitalar LTDA

Resultado: **ACEITO**

ITEM 18

Recurso administrativo empresa CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A

Resultado: **Recusado**

Justificativa: Devido a comissão técnica ter declarado que não havia catálogo ou mesmo manual de microcâmera, porém o material enviado pela empresa tinha sim catálogo e manual da microcâmera, procedemos uma revisão completa do item ofertado. Observado que não há na proposta, no manual ou catálogo da microcâmera, citação do peso deste equipamento. Logo, a empresa não atende o descritivo “COM PESO ESTIMADO EM 300 GRAMAS COM VARIAÇÃO DE 10% À 15% DESSE VALOR”. Item 18 segue fracassado.

ITEM 34

Recurso administrativo empresa: Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos LTDA

Resultado: **ACEITO**

Débora Bettú Grigolo
Secretária Adjunta de Saúde de Bento Gonçalves