

ITEM 1

Recurso administrativo da empresa SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

• Sobre a chave seletora de gases: A comissão de avaliação técnica revisou a exigência da chave seletora de gases, objeto deste recurso, e definiu que a sua ausência no equipamento pode ser suprida mediante sistema eletrônica que faça sua função. Sendo assim, esta comissão reavaliou todas as proposta de todas as empresas referente aos itens 1, 2 e 3, quando a exigência da chave seletora, caso aja sistema eletrônico com suprimindo a mesma função. A classificação nos leilões para a habilitação das empresas não foi alterada.”

Resultado: **Aceito**

Sobre o questionamento: “Monitor ePM 15M - O monitor apresenta grau de proteção IPX1, o edital exige grau de proteção mínima IP21.

Resultado: **Recusado**

Justificativa: Não atende ao edital.

ITEM 3

Recurso administrativo da empresa SEVEN IMPORT EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

Resultado: **Aceito**

ITEM 4

Recurso administrativo da empresa BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Resultado: **Recusado**

Justificativa: Não foi comprovada que pode ocorrer o uso da coagulação simultânea nos dois módulos independentes (monopolar e bipolar).

ITEM 9

Recurso de razão da empresa OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, em oposição à empresa e KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA.

Resultado: **Aceito**

Justificativa: Foco cirúrgico ofertado pela KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA não atende o descritivo de tamanho do campo a 1 metro de distância com 18 cm (180mm).

Recurso de contrarrazão da empresa KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA em oposição ao recurso da empresa OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

Resultado: **Recusado**.

Justificativa: Foco cirúrgico ofertado pela KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA não atende o descritivo de tamanho do campo a 1 metro de distância com 18 cm (180mm).

ITEM 11 e 12

Recurso administrativo das empresas:

- ⑩ OQTIS INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
- ⑩ KSS COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS MÉDICO LTDA
- ⑩ SUPERALIFE INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA
- ⑩ BARRFAB INDÚSTRIA E COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Resposta única que cabe para todos os recursos: Foi analisado novamente todas as propostas e manuais/catálogos disponibilizados no dia da apresentação da proposta de todas as rodadas do leilão. Nenhuma empresa provou que a mesa cirúrgica ofertada tinha um tampo com dimensão no mínimo 2015mm, seja com ou sem os acessórios, portanto os itens 11 e 12 seguem fracassados.

ITEM 16

Recurso administrativo empresa Elroi Tecnologia Hospitalar LTDA

Resultado: **ACEITO**

ITEM 18

Recurso administrativo empresa CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MÉDICOS S.A

Resultado: **Recusado**

Justificativa: Devido a comissão técnica ter declarado que não havia catálogo ou mesmo manual de microcâmera, porém o material enviado pela empresa tinha sim catálogo e

manual da microcâmera, procedemos uma revisão completa do item ofertado. Observado que não há na proposta, no manual ou catálogo da microcâmera, citação do peso deste equipamento. Logo, a empresa não atende o descritivo “COM PESO ESTIMADO EM 300 GRAMAS COM VARIAÇÃO DE 10% À 15% DESSE VALOR”. Item 18 segue fracassado.

ITEM 34

Recurso administrativo empresa: Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos LTDA

Resultado: **ACEITO**

Débora Bettú Grigolo
Secretária Adjunta de Saúde de Bento Gonçalves