

ITEM 3

Habilitação SEVEN IMPORTS

Empresa atende aos requisitos técnicos para habilitação

ITEM 9

Proposta RJN Comercio de Maquinas, Aparelhos e Equipamentos Ltda

AVISA EQUIPAMENTO – OK

ANVISA FABRICANTE DO EQUIPAMENTO/IMPORTADORA – OK

Foco cirúrgico ofertado SKYLED160/160. Não atende o descritivo de tamanho do campo a 1 metro de distância mínimo de 18 cm (180mm).

ITEM 34

Habilitação Squadra do Brasil Distribuidora de Equipamentos Ltda

Empresa não atende requisitos técnicos para habilitação, faltando entrega dos documentos exigidos no edital itens 6.1.1.4 d).

Débora Bettú Grigolo
SECRETÁRIA ADJUNTA DE SAÚDE