

Análise Técnica Pregão Eletrônico nº 23/25

ITEM 1

Proposta JPL Produtos Hospitalares

SEM ANVISA

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “Display LCD Mínimo de 15 polegadas colorido para facilitar acompanhamento da ventilação mecânica; com **ajuste do posicionamento do display para permitir correta ergonomia ao usuário.**

Não há descritivo sobre a **possibilidade de sistema de exaustão de gases.**

Não há descritivo sobre **chave mecânica ou eletrônica para seleção para mistura com O2 entre N2O e ar comprimido.**

Não há descritivo sobre **indicador de fluxo total ajustado.**

Não encontramos no descritivo o tamanho do canister (mínimo de 800g).

Não encontramos no descritivo se os sensores de fluxo são autoclaváveis.

Não há descritivo sobre a **célula de oxigênio estar localizada no interior do aparelho.** Pela imagem, aparentemente, localiza-se na parte externa do aparelho, o que não está de acordo com o edital.

Não há descritivo se a identificação dos gases anestésicos é feita de forma automática.

Não há descritivo sobre o monitor multiparâmetro.

ITEM 2

Proposta SEVEN

ANVISA OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “Display LCD Mínimo de 15 polegadas colorido para facilitar acompanhamento da ventilação mecânica; com **ajuste do posicionamento do display para permitir correta ergonomia ao usuário.**

Não há descritivo sobre a **célula de oxigênio estar localizada no interior do aparelho.** Pela imagem, aparentemente, localiza-se na parte externa do aparelho, o que não está de acordo com o edital.

ITEM 3

Proposta SEVEN

ANVISA OK

Não há descritivo sobre **possibilidade de sistema de exaustão de gases.**

Não há descritivo sobre **chave eletrônica ou mecânica para mistura de O2 de N2o e ar comprimido.**

Não há descritivo de **sensor de fluxo autoclavável.**

Não há descritivo sobre os seguintes acessórios: **dois circuitos ventilatórios adultos, mangueiras de extensão para oxigênio, óxido nitroso e ar comprimido.**

ITEM 4 – 5

Proposta Casa Hospitalar

ANVISA OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: **“Compatível com coagulador argônio”; “Micro controlado por microprocessadores capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte, alterando a voltagem e a corrente mantendo assim a consistência da potência nos diferentes cortes de tecidos, isso reduz dispersão térmica nos tecidos adjacentes”; deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG”; Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas à prova d’água com leitura digital de potência”; “permite dois cirurgões coagularem simultaneamente, módulos monopolar e bipolar independentes”; “monitora o controle de impedância no eletrodo de retorno do paciente (placa)”; “corte puro 300w”; deve ser compatível com sistema de gás argônio”.**

ITEM 6

Proposta C E C IMPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA – EPP

ANVISA OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: **“Deverá permitir desfibrilação desde 1J até 360J”; o cardioversor deverá possuir tela LCD de pelo menos 8,4 polegadas de alta definição; “Possuir impressora térmica para registro do sinal de ECG”.**

ITEM 7

Sem Anvisa, Sem catálogo

ITEM 8

Sem Anvisa, Sem catálogo

ITEM 9

Sem Anvisa, Sem catálogo

ITEM 10

Sem Anvisa, Sem catálogo

ITEM 11

Proposta OQTIS INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

ANVISA OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “capacidade de carga de trabalho segura para pacientes de mínimo 400Kg em todas as posições”; “ permitindo uso de arco cirúrgico em

toda a extensão do tampo”; “movimento de elevação acionado por sistema elétrico com sensores anticollisão”; “comprimento do tempo mínimo 2015mm.

ITEM 12

Proposta MONTEGGIA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

ANVISA OK

Sem catálogo

ITEM 13

Proposta DF COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP

ANVISA OK

Sem catálogo

ITEM 14

Proposta Martec

ANVISA OK

Não atende ao descritivo técnico de 5 aumentos variáveis (6x, 10x, 16x, 25x, 40x).

ITEM 15

Proposta BHIOS

ANVISA OK

Não atende aos critérios e ao descritivo - Insuflador / Pressão de 50 a 600 / Sem bateria / Sem suporte para pedestal / Braçadeiras descartáveis

ITEM 16

Proposta MHM

ANVISA OK

Não atende ao critério dos tamanhos P, M, G.

Não há descritivo do tamanho do cabo (o edital pede 1,45m).

ITEM 17

Proposta FRANZON

ANVISA OK

Não atende ao critério **“DEVE ACOMPANHAR NO MÍNIMO: 06 BROCAS HELICOIDAIS EM TAMANHOS DIFERENTES, COM DIÂMETRO ENTRE 0,5MM A 6,0 MM;”**

ITEM 18

Proposta CONFIANCE

ANVISA OK

Sem catálogo da microcâmera.

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “possui entradas de vídeo compatíveis com resolução 4K e com a processadora de imagens ofertada.”

ITEM 19

DESERTO

ITEM 20

Proposta DPS Comercio

ANVISA OK

Não atende ao descritivo técnico na parte grifada: “Possibilita conectar com fonte de luz externa.”

ITEM 21

DESERTO

ITEM 22

Proposta CE CARVALHO

ANVISA OK

Não há descritivo se o gabinete é protegido contra o ingresso de água.

Não atende ao critério de indicador visual digital.

Não há descritivo do nível de ruído (o edital pede ruído máximo de 60 dB).

Não possui sistema de segurança com alarme que interrompa a operação do equipamento quando o frasco coletor estiver cheio.

ITEM 23

Sem Anvisa, Sem catálogo

ITEM 24

Sem Anvisa, Sem catálogo

ITEM 25

Proposta Medmed

ANVISA OK

Não há descritivo se há 4 motores ou acionadores elétricos.
Não atende ao edital que pede estrado em termoplástico.
Não atende ao edital quanto à variação da altura da base do leito (o edital pede 46 cm a 75 cm).
Não há descritivo da angulação da posição Fowler.
Não há descritivo sobre a posição vascular automativo.
Não há descritivo se a cabeceira e a peseira são removíveis.
Não há descritivo sobre controles elétricos com sistema de trava de proteção por membranas internas para o paciente, externas para enfermagem ou controle com fio
Não há descritivo sobre possuir local para bolsas coletoras no mínimo 3 de cada lado.
Não há descritivo sobre possuir 4 soquetes para suporte de soro nas extremidades da cama.
Não há descritivo sobre possuir alavanca de PCR para destravamento mecânico permitindo que a cama fique na posição horizontal.
Não há descritivo sobre rodízios blindados contra entrada sujidades
Não há descritivo sobre freio central por pedal ou barra com travamento das 4 rodas acionados em ambos os lados da cama para facilitar a dirigibilidade da cama no transporte.
Não há descritivo sobre possuir 5ª roda ou sistema que proporcione esta funcionalidade.
Não há descritivo sobre indicador de ângulo embutido nas grades da cabeceira e peseira e dos dois lados.
Não há descritivo sobre sobre acionamento das grades com amortecimento através de pistão com sistema de amortecimento independente possibilitando um único toque e a grade desça sozinha, deixando as mão livres.
Não há descritivo se as grades fecham o leito ou permitir uma rota de fuga, tendo somente os espaços entre elas com sistema de antiesmagamento das mãos.
Não há descritivo da bateria interna recarregável com vida útil mínima de 2 anos.
Não há descritivo se acompanha um suporte de soro e colchão com sistema para prevenção de úlceras de pressão, revestida por capa de material impermeável, com cobertura retardante de fogo, com dimensões e capacidade compatíveis com o tamanho do leito e carga segura da cama.

ITEM 26

Proposta Medmed

ANVISA OK

Não há descritivo se há 4 motores ou acionadores elétricos.
Não atende ao edital que pede estrado em termoplástico.
Não atende ao edital quanto à variação da altura da base do leito (o edital pede 46 cm a 75 cm).
Não há descritivo da angulação da posição Fowler.
Não há descritivo sobre a posição vascular automativo.
Não há descritivo se a cabeceira e a peseira são removíveis.
Não há descritivo sobre controles elétricos com sistema de trava de proteção por membranas internas para o paciente, externas para enfermagem ou controle com fio
Não há descritivo sobre possuir local para bolsas coletoras no mínimo 3 de cada lado.
Não há descritivo sobre possuir 4 soquetes para suporte de soro nas extremidades da cama.
Não há descritivo sobre possuir alavanca de PCR para destravamento mecânico permitindo que a cama fique na posição horizontal.
Não há descritivo sobre rodízios blindados contra entrada sujidades
Não há descritivo sobre freio central por pedal ou barra com travamento das 4 rodas acionados em ambos os lados da cama para facilitar a dirigibilidade da cama no transporte.
Não há descritivo sobre possuir 5ª roda ou sistema que proporcione esta funcionalidade.

Não há descritivo sobre indicador de ângulo embutido nas grades da cabeceira e peseira e dos dois lados.

Não há descritivo sobre acionamento das grades com amortecimento através de pistão com sistema de amortecimento independente possibilitando um único toque e a grade desça sozinha, deixando as mãos livres.

Não há descritivo se as grades fecham o leito ou permitir uma rota de fuga, tendo somente os espaços entre elas com sistema de antiesmagamento das mãos.

Não há descritivo da bateria interna recarregável com vida útil mínima de 2 anos.

Não há descritivo se acompanha um suporte de soro e colchão com sistema para prevenção de úlceras de pressão, revestida por capa de material impermeável, com cobertura retardante de fogo, com dimensões e capacidade compatíveis com o tamanho do leito e carga segura da cama.

ITEM 27

Sem Anvisa, Sem catálogo

ITEM 28

Proposta CE CARVALHO

ANVISA OK

Não há descritivo se a pintura é eletrostática a pó.

Não atende ao edital que pede 2 gavetas com divisórias internas para armazenamento de medicamentos.

Não atende ao edital por não possuir sistema de trava das gavetas com dispositivo para colocação de lacre.

Não atende ao edital por não possuir tampo superior e uma prateleira para instalação de desfibrilador.

Não atende ao edital por não possuir para-choque em toda sua volta para proteção de paredes

Não atende ao edital por não possuir suporte para cilindro de oxigênio

Não atende ao edital por não possuir uma tábua de massagem cardíaca e uma régua de tomadas três pinos com pelo menos 3 saídas e respectivo cabo de ligação à tomada de força.

ITEM 29

Sem Anvisa, Sem catálogo

ITEM 30

Sem Anvisa, Sem catálogo

ITEM 31

DESERTO

ITEM 32

Proposta BRASMEDICAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA A SAÚDE LTDA ME

ANVISA OK

Não consta no catálogo se a lavadora possui controle de tempo com ajuste de pelo menos 30 minutos.

Não consta no catálogo interface de comunicação (usb ou rede) para coleta de dados do ciclo e transferência para computador/servidor, através de cabo ou pendrive.

Não consta no catálogo se a tampa deve apresenta vedação adequada e sistema de proteção que impeça o uso quando aberta.

Consta no catálogo um cesto para pequenos materiais e não 02 cestos para instrumentais e acessórios como pede o descritivo.

Não consta no catálogo os seguintes acessórios: 02 pendrives, caso necessário e 20 rolos para impressora.

ITEM 33

Sem Anvisa, Sem catálogo

ITEM 34

Sem Anvisa, Sem catálogo

Débora Bettú Grigolo
Secretária Adjunta de Saúde de Bento Gonçalves