



RE: PE 0736/2025 - LOTE 1 E 2 - ANALISE PROPOSTA FINAL

De HBMPA - Farmácia - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-farmacia@bm.rs.gov.br>

Data Qui, 15/01/2026 13:12

Para Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA
BRIGADA MILITAR - DS
HOSPITAL DA BRIGADA MILITAR DE PORTO ALEGRE
SETOR FARMÁCIA

Porto Alegre, 15 de Janeiro de 2025

Ao cumprimentar cordialmente V.S.^a, encaminho parecer dos lotes 1 e 2, ambos da marca Polarfix:

LOTE 01 CURATIVO OCLUSIVO DE SILICONE 15X15 CM

Empresa: MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA

Marca: Polarfix WoundCare FP0123

Justificativa:

O curativo ofertado marca Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P 15x15 cm não está em conformidade com as especificações do edital, pois o descritivo exige: "MULTICAMADAS INTERNAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, MACIA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, SISTEMA TRANCA FLUÍDO E CAMADA DE RETENÇÃO DO EXSUDATO; ", não possui a "SISTEMA TRANCA-FLUIDO E UMA CAMADA EXTRA DE RETENÇÃO DO EXSUDATO".

Características efetivas de absorção e retenção são essenciais para o tratamento de lesões. Quando uma cobertura não consegue absorver e reter quantidades relevantes de exsudato, o leito da ferida pode se tornar excessivamente úmido, resultando na saída do exsudato para a pele ao redor da ferida. Isso pode causar maceração, atraso no processo de cicatrização, aumento do risco de infecção, fricção e expansão da lesão.

LOTE 02 CURATIVO OCLUSIVO DE SILICONE 10X10 CM

Empresa: MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA

Marca: Polarfix WoundCare FP0097

Justificativa:

O curativo ofertado marca Curativo de Espuma Absorvente Estéril com Silicone Wound Care P 10x10cm não está em conformidade com as especificações do edital, pois o descritivo exige: "MULTICAMADAS INTERNAS DE ESPUMA DE POLIURETANO, MACIA, COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO VERTICAL, SISTEMA TRANCA FLUÍDO E CAMADA DE RETENÇÃO DO EXSUDATO; ", não possui a "SISTEMA TRANCA-FLUIDO E UMA CAMADA EXTRA DE RETENÇÃO DO EXSUDATO".

Características efetivas de absorção e retenção são essenciais para o tratamento de lesões. Quando uma cobertura não consegue absorver e reter quantidades relevantes de exsudato, o leito da ferida pode se tornar excessivamente úmido, resultando na saída do exsudato para a pele ao redor da ferida. Isso pode causar maceração, atraso no processo de cicatrização, aumento do risco de infecção, fricção e expansão da lesão.

LUANA BARBOSA MARTINS - Cap Farm PM
Setor de Farmácia HBMPA
Fone (51) 3288-3556

BRIGADA MILITAR
HBMPA

De: Pregoeiros - CELIC - [SPGG] <pregoeiros-celic@planejamento.rs.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 14 de janeiro de 2026 17:36

Para: HBMPA - Farmácia - [BRIGADAMILITAR] <hbmpa-farmacia@bm.rs.gov.br>

Assunto: PE 0736/2025 - LOTE 1 E 2 - ANALISE PROPOSTA FINAL

Prezados,

Informo que hoje, dia 14/01/2026, foi recebida a propostas final e catálogo técnico **no lote 2**, referente ao produto ofertado no **PE 0736/2025**, enviado pela empresa Licitante MEDPOA COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALAR LTDA.

Com base no subitem 12.3 do Edital, solicito a análise técnica desse órgão técnico para que se manifeste se o produto ofertado atende a todas as exigências descritas no Termo de Referência (em anexo).

Caso não atenda, faz-se necessário justificar de forma técnica e objetiva quais pontos que constam nas descrições dos itens e que não estão de acordo com as especificações técnicas.

Saliento que a desclassificação sem justificativa robusta pode gerar recurso ou até mesmo demanda judicial por parte do licitante.

Informo que, a divulgação do resultado restou AGENDADA para próxima quarta-feira, dia 14/01/2026 às 14hs.

Fico no aguardo do retorno da análise, a fim de dar prosseguimento no certame.

Informamos que a resposta ao presente e-mail, quando se tratar de PARECER TÉCNICO/DOCUMENTOS encaminhados por órgãos da Administração, recebe tratamento de documento público e será anexado ao respectivo processo administrativo, podendo, ainda, ser publicizada no Portal de Compras do Estado.

Por fim, informo que segue em anexo catalogo técnico complementar do lote 1, para fins de análise aos documentos enviados.

Atenciosamente,

Joycemar Moreira,

Pregoeiro.



**GOVERNO DO ESTADO
RIO GRANDE DO SUL**

**Divisão de Pregoeiros
DELIC/CELIC**

Secretaria Planejamento, Governança e Gestão
+55 (51) 3288 1195 • 1587 • 1179

CAFF • Av. Borges de Medeiros 1501, 2º andar
Porto Alegre, RS • 90119-900

planejamento.rs.gov.br

