

Sr: Pregoeiro

A análise técnica dos itens 17 e 18 da empresa delta shop, conforme catálogo recebido **atende** o descritivo do edital, Válvula com duas vias(entrada e saída), pois o adaptador de duas saídas é comprado separadamente, adaptável a qualquer cilindro de oxigênio, respeitando ABNT- NBR 11725, embalagem com informações de acordo com RDC 185/2001. Com número de registro na ANVISA.

Então não entendo o questionamento e pedido de desclassificação da empresa Brasil Devices.
Pois em nenhum momento no edital pede duas saídas, e sim duas vias (entrada e saída) sinalizando que não é válvula para parede de oxigênio a qual possui somente 1 via.

Atenciosamente
Lucielen Brant
Responsável técnica
oxigênio domiciliar