

Viamão, 29 de outubro de 2024.

De: DAS/SMS

Para: Compras Saúde / Gabinete Secretária de Saúde

Assunto: Aprovação dos itens do Registro de Preços Eletrônico - 67/2024.

Prezados(as),

Vimos por meio deste, apontar, após análise da documentação apresentada, as seguintes observações abaixo:

ISIS GUTERRES MOREIRA RAMOS ME

Lote 0058 - Tira reagente para detecção de glicemia capilar, venosa, arterial e neonatal, frasco com no mínimo 50 tiras. faixa de medição entre 14 a 600 mg/dl, amostra igual ou inferior a 02 microlitros que tenha reação química mediada por glicose desidrogenase, e que aceite apenas mg/dl como unidade de medida, tempo de leitura entre 5 e 10 segundos e taxa de hematócrito entre 10 a 70%, para uso em monitor de glicemia compatível com software de controle de testes em português, gratuito e certificado de boas práticas de fabricação na anvisa das tiras e do monitor. o monitor deve possuir memória de no mínimo 300 testes. deverá fornecer baterias para reposição. 5.000 monitores compatíveis em forma de comod -item atende às exigências editalícias, passou na análise técnica da amostra recebida portanto.

APROVADO

MC FARMA LTDA

Lote 0059 - Tira reagente para detecção de glicemia capilar, venosa, arterial e neonatal, frasco com no mínimo 50 tiras. faixa de medição entre 14 a 600 mg/dl, amostra igual ou inferior a 02 microlitros que tenha reação química mediada por glicose desidrogenase, e que aceite apenas mg/dl como unidade de medida, tempo de leitura entre 5 e 10 segundos e taxa de hematócrito entre 10 a 70%, para uso em monitor de glicemia compatível com software de controle de testes em português, gratuito e certificado de boas práticas de fabricação na anvisa das tiras e do monitor. o monitor deve possuir memória de no mínimo 300 testes. deverá fornecer baterias

para reposição. 5.000 monitores compatíveis em forma de comod – Empresa não enviou amostra para análise técnica portanto **REPROVADO**.

Andréa Bilhar dos Santos Teixeira

Enfermeira Coren RS 267839

Responsável Técnica SMS