

Viamão, 13 de junho de 2024.

De: DAS/SMS

Para: Compras Saúde / Gabinete Secretária de Saúde

Assunto: Aprovação dos itens do Registro de Preços Eletrônico - 35/2024

Prezados(as),

Vimos por meio deste, apontar, após análise da documentação apresentada, as seguintes observações abaixo:

BLUMEDICA PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS LTDA EPP

Lote 0001 - Espéculo vaginal descartável pequeno, modelo tipo collins, esterilizado a gás óxido de etileno, não lubrificado, com parafuso rosqueado e acoplado em sua extremidade proximal, dispositivo cilíndrico em uma das valvas com aproximadamente 29 mm em sua maior largura distal, 24 mm em sua maior largura proximal, 110 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados, de material polietileno/polipropileno, resistente. as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poli acetel e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. Embalagem individual, trazendo externamente dados de identificação - item atende às exigências editalícias, portanto **APROVADO**.

Lote 0002 - Espéculo vaginal descartável médio, modelo tipo collins, esterilizado a gás óxido de etileno, não lubrificado, com parafuso rosqueado e acoplado em sua extremidade proximal, dispositivo cilíndrico em uma das valvas com aproximadamente 33 mm em sua maior largura distal, 30 mm em sua maior largura proximal, 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados de material polietileno/polipropileno, resistente. As valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poli acetel e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. embalagem individual, trazendo externamente dados de identificação. item atende às exigências editalícias, portanto **APROVADO**.

Lote 0003 - Espéculo vaginal descartável grande, modelo tipo collins, esterilizado a gás óxido de etileno, não lubrificado, com parafuso rosqueado e acoplado em sua extremidade proximal, dispositivo cilíndrico em uma das valvas com aproximadamente 43 mm em sua maior largura distal, 36 mm em sua maior largura proximal, 116 mm no eixo longitudinal dos elementos articulados de material polietileno/polipropileno, resistente. as valvas são produzidas em poliestireno cristal, apresentando contornos lisos e regulares sem reentrâncias e/ou protuberâncias. O parafuso é produzido em poli acetel e é acoplado ao espéculo, tornando-o pronto para uso. embalagem individual, trazendo externamente dados de identificação. item atende às exigências editalícias, portanto **APROVADO**.

Andréa Bilhar dos Santos Teixeira

Enfermeira Coren RS 267839
Responsável Técnica SMS