



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Saúde

PARECER TÉCNICO DA SOLICITAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO ITEM 28

Processo Licitatório: Pregão Eletrônico nº 56/2025 Lote: 28 – Detector Fetal Portátil Digital

Recorrente: FRANZON SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA – CNPJ 20.065.097/0001-28

I – DO OBJETO

O presente parecer técnico tem por finalidade analisar o recurso administrativo interposto pela empresa FRANZON SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, referente ao Lote 28 do Pregão Eletrônico nº 56/2025, que trata da aquisição de Detector Fetal Portátil Digital, verificando a conformidade dos produtos ofertados pelas empresas classificadas frente às especificações técnicas exigidas no edital.

II – DAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL

O edital, soberano e vinculante, estabeleceu requisitos técnicos obrigatórios para o Lote 28, entre os quais destacam-se:

- ⇒ Tela LCD colorida de 2,4”
- ⇒ Modos de exibição gráfico e numérico
- ⇒ Faixa de FCF: 30–240 bpm, precisão $\pm 2\%$
- ⇒ Faixa de FCM: 40–200 bpm, precisão $\pm 2\%$
- ⇒ Sensibilidade a partir da 10ª semana de gestação
- ⇒ Função de estimulação acústica (100Hz/75Hz)
- ⇒ Interface com PC e software dedicado para salvar e gerenciar dados

Medições da gestante:

- ⇒ Frequência cardíaca, IMC e % de gordura corporal



Para verificar a autenticidade das assinaturas, leia o QR Code ao lado ou acesse o link abaixo:
https://r.muit24h.com.br/BV/ajmWHM7GFjpXMO7G_1_8



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Saúde**

⇒ Desligamento automático em 3 minutos

⇒ Registro na ANVISA e testes pelo INMETRO

III – DA ANÁLISE DAS EMPRESAS CLASSIFICADAS

1ª colocada – J.F Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda (Modelo VCOMIN FD640)

Não atende ao edital: faixa de FCF incorreta (50–230 bpm), ausência de FCM, sensibilidade apenas após 12ª semana, ausência de IMC e % gordura, desligamento automático em 1 minuto, ausência de estimulação acústica e tela não especificada.

→ Descumprimento do Item 28 do Edital.

2ª colocada – J.T Comércio de Produtos Médicos Ltda (Modelo Koplast FD100)

Não atende ao edital: faixa de FCF incorreta (50–240 bpm), ausência de gráfico, sensibilidade apenas após 12ª semana, desligamento automático em 1 minuto, ausência de interface com PC/software.

→ Descumprimento do Item 28 do Edital.

3ª colocada – Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos à Saúde Eireli (Modelo MD FD200C)

Não atende ao edital: tela inferior (1,9”), faixa de FCF incorreta (50–240 bpm), ausência de FCM, IMC e % gordura, ausência de estimulação acústica, desligamento automático em 1 minuto, interface apenas para gravação de áudio.

→ Descumprimento do Item 28 do Edital.

4ª colocada – Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda (Modelo EDAN SD1)

Não atende ao edital: faixa de FCF incorreta (50–240 bpm), ausência de FCM, IMC e % gordura, ausência de gráfico, desligamento automático em 2 minutos, ausência de interface com software.

→ Descumprimento do Item 28 do Edital.

5ª colocada – J.S.A Comércio Ltda (Modelo MEDPE LDE7001)



Para verificar a autenticidade das assinaturas, leia o QR Code ao lado ou acesse o link abaixo:
https://r.muit24h.com.br/BVlaJmWHM7GFpXMO7G_1_8



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Saúde**

Não atende ao edital: precisão variável, ausência de IMC e % gordura, ausência de estimulação acústica, desligamento automático em 2 minutos, ausência de software dedicado.

→ Descumprimento do Item 28 do Edital.

IV – DA CONFORMIDADE DO PRODUTO OFERTADO PELA RECORRENTE

O modelo ofertado pela FRANZON SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA (MD BT220C) atende integralmente às exigências do edital, contemplando todos os requisitos técnicos obrigatórios, incluindo:

- ⇒ Tela LCD colorida de 2,4”;
- ⇒ Modos gráfico e numérico;
- ⇒ Faixa de FCF: 30–240 bpm, precisão $\pm 2\%$;
- ⇒ Faixa de FCM: 40–200 bpm, precisão $\pm 2\%$;
- ⇒ Sensibilidade a partir da 10ª semana;
- ⇒ Estimulação acústica em duas frequências;
- ⇒ Interface com PC e software dedicado;
- ⇒ Medições da gestante (Freq. cardíaca, IMC e % gordura);
- ⇒ Desligamento automático em 3 minutos;
- ⇒ Registro ANVISA e testes INMETRO.

→ **Conclusão:** Único produto que cumpre integralmente o Item 28 do Edital.

V – DO PARECER

Diante do exposto, este parecer técnico conclui pela procedência do recurso administrativo interposto pela empresa FRANZON SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, recomendando:



Para verificar a autenticidade das assinaturas, leia o QR Code ao lado ou acesse o link abaixo:
https://r.muit24h.com.br/BVlaJmWHM7GFpxM07G_1_8



**Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Saúde**

Desclassificação das propostas das cinco primeiras colocadas:

J.F Comércio de Material e Medicamentos Hospitalares Ltda

J.T Comércio de Produtos Médicos Ltda

Equipsul Comércio e Assistência Técnica de Equipamentos à Saúde Eireli

Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda

J.S.A Comércio Ltda

Todas descumpriram o Item 28 do Edital, que é soberano.

Reclassificação da proposta da recorrente FRANZON SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA para a 1ª colocação, por apresentar produto plenamente compatível com o edital.

Juntada deste parecer aos autos, para subsidiar a decisão da comissão de licitação.

VI – FUNDAMENTAÇÃO LEGAL⇒

Este parecer encontra respaldo nos princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia entre os licitantes, previstos na Lei nº 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos), especialmente nos artigos que tratam da observância estrita das especificações técnicas e da obrigatoriedade de julgamento objetivo das propostas.

Sapucaia do Sul/RS, 08 de dezembro de 2025.



Assinado digitalmente por:
ALFREDO BROCHIER NETO
429.440.820-00
09/12/2025 00:37:43 -03:00

Alfredo Brochier Neto
Mestre na Lei nº 14.133/21
Matrícula nº 93.225



Para verificar a autenticidade das assinaturas, leia o QR Code ao lado ou acesse o link abaixo:
https://r.muit24h.com.br/BVlaJmWHM7GFpXMO7G_1_8



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Saúde



Para verificar a autenticidade das assinaturas, leia o QR Code ao lado ou acesse o link abaixo:
https://r.muit24h.com.br/BVlaJmWHM7GFjpxM07G_1_8

