



Prefeitura Municipal de Sapucaia do Sul
Secretaria Municipal de Saúde

Conforme verificado:

- A proposta da empresa **AUTOMX Soluções EIRELI** atende às especificações técnicas para o item de **caixa térmica com capacidade de 5 litros**, equipada com termômetro, estando em conformidade com o descritivo do edital.
- A proposta da empresa **GO Vendas Eletrônicas Ltda** atende às especificações técnicas para o item de **caixa térmica com capacidade de 15 litros**, equipada com termômetro, conforme especificado no Termo de Referência, incluindo catálogo do produto apresentado.

Do ponto de vista técnico, os produtos ofertados apresentam características compatíveis com o uso em serviços de imunização, possibilitando a manutenção da temperatura entre **2°C e 8°C**, requisito essencial para a conservação de imunobiológicos.

Diante do exposto, **esta área técnica manifesta parecer FAVORÁVEL ao prosseguimento do certame**, uma vez que os produtos ofertados pelas empresas analisadas atendem às exigências técnicas previstas no edital do Pregão Eletrônico nº 81/2025, estando aptos ao atendimento da necessidade da Secretaria Municipal de Saúde.

