

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo
Diretoria de Compras e Licitações
Pregão Eletrônico - 36/2024

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
20/03/2024 11:25	20/03/2024 12:00	05/04/2024 18:00	10/04/2024 08:59	10/04/2024 09:00

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
03/04/2024 - 15:26:30	Esclarecimento	04/04/2024 - 16:03:22

Dúvida: No descritivo do edital "Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia." e no campo "O monitor deve conter os seguintes acessórios" não constam os acessórios para tal aferição. Visto que este item impacta substancialmente o valor final do equipamento, devemos considerar este acessório ou não ?

Resposta: Segue parecer técnico:

"Pedido de esclarecimento,
Ref.: ITEM 1 - MONITOR MULTIPARÂMETROS
Segue abaixo pedido de esclarecimentos da empresa AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, para sua análise e parecer:
" Dúvida No descritivo do edital "Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia." e no campo "O monitor deve conter os seguintes acessórios" não constam os acessórios para tal aferição. Visto que este item impacta substancialmente o valor final do equipamento, devemos considerar este acessório ou não ?"
Resposta: Como consta no descritivo deverá considerar capnografia e analisador de gases anestésicos, como todos acessórios necessários para seu perfeito funcionamento."

Att,

Pregoeira

02/04/2024 - 16:05:36 ESCLARECIMENTO, 36/2024 03/04/2024 - 09:16:48

Dúvida: Prezados, boa tarde!

Pedido de esclarecimento,
Ref.: ITEM 1 - MONITOR MULTIPARÂMETROS

Para confirmação, o parâmetro de Capnografia/Agentes Anestésicos deve estar habilitado no equipamento ou é possibilidade futura de aquisição?

Aguardo retorno.

Resposta: Prezados Licitantes,

Segue resposta do setor técnico:
" Pedido de esclarecimento,
Ref.: ITEM 1 - MONITOR MULTIPARÂMETROS
Para confirmação, o parâmetro de Capnografia/Agentes Anestésicos deve estar habilitado no equipamento ou é possibilidade futura de aquisição?

Resposta: Será para uso imediato e deverá compor no equipamento ofertado."

Att,

Pregoeira

28/03/2024 - 16:14:45 Esclarecimento 01/04/2024 - 11:21:59



Dúvida: À PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HAMBURGO - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024

MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 02.949.582/0001-82, com sede na Rodovia BR 277 – km 4 – nº 3.931, Curitiba, Paraná, vem, através de seu representante legal, apresentar PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/ALTERAÇÃO, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos:

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

Não obstante o fato da proponente ter conhecimento do descritivo constante do Edital, pretende, através do presente expediente pedir esclarecimentos/alteração acerca da especificação no Item 1 – Monitor multiparâmetro, com o objetivo de contribuir com a clareza e transparência do Certame e visando a lisura do Processo de Licitação em questão.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Considerando que o equipamento descrito no Item 1 – Monitor multiparâmetro, é item que conta com desenvolvimento de alta tecnologia a requerente considera que o Edital exige certas características que restaram dúvidas, ou ainda, que podem ser desnecessárias, pelo que pedimos esclarecimentos e alteração nos seguintes quesitos:

Item 1 – Monitor multiparâmetro

Após uma análise minuciosa do edital em questão, identificamos pontos que consideramos passíveis de questionamento, os quais podem gerar ambiguidades e prejudicar a competitividade no processo licitatório.

Destacamos a importância de esclarecer esse ponto antes da abertura das propostas, visando assegurar a transparência e a equidade no certame.

O edital solicita: Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo.

"Nota-se": As configurações mencionadas acima, de forma retangular direcionam especificamente para a fabricante de produtos GE, ao qual exclusivamente possui a conexão do formato mencionado.

Sendo assim, serão aceitas tecnologias similares e/ou superiores com as tecnologias mencionadas (SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET), porém com o formato específico de cada fabricante, mas que também possui a efetividade para evitar o giro do cabo/sensor ao colocar e retirar?

A configuração solicitada irá limitar a participação de concorrentes, pois restringem a oferta a de todas outras marcas ou modelos específicos. Sugiro uma revisão das especificações de forma a garantir a equivalência técnica e a possibilidade de participação de fornecedores que atendam aos requisitos mínimos estabelecidos.

Sendo assim, aguardamos os esclarecimentos acima e ficamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre o exposto acima.

De modo que a manutenção das exigências das características conforme irão constar no Edital poderá limitar em muito a competição, restringindo a concorrência, por consequência poderá gerar um direcionamento do Edital.

Requeremos desta forma, o esclarecimento/alteração destas descrições para que nossa empresa não seja impedida de participar do presente Certame, pelo não cumprimento do Edital pela falta/complemento das características acima apontadas.

Nestes termos,
pede deferimento.
Curitiba, 28 de março de 2024.

MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA.

Resposta: Prezados,

Segue resposta do setor técnico:

" Resposta Questionamentos empresa Medicalway Equipamentos Médicos Ltda PE 36/2024

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

Considerando que o equipamento descrito no Item 1 – Monitor multiparâmetro, é item que conta com desenvolvimento de alta tecnologia a requerente considera que o Edital exige certas características que restaram dúvidas, ou ainda, que podem ser desnecessárias, pelo que pedimos esclarecimentos e alteração nos seguintes quesitos:

Item 1 – Monitor multiparâmetro

Após uma análise minuciosa do edital em questão, identificamos pontos que consideramos passíveis de questionamento, os quais podem gerar ambiguidades e prejudicar a competitividade no processo licitatório.

Destacamos a importância de esclarecer esse ponto antes da abertura das propostas, visando assegurar a transparência e a equidade no certame.

O edital solicita: Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo.

"Nota-se": As configurações mencionadas acima, de forma retangular direcionam especificamente para a fabricante de produtos GE, ao qual exclusivamente possui a conexão do formato mencionado.

Sendo assim, serão aceitas tecnologias similares e/ou superiores com as tecnologias mencionadas (SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET), porém com o formato específico de cada fabricante, mas que também possui a efetividade para evitar o giro do cabo/sensor ao colocar e retirar?

Resposta: não aceito, temos orçamentos de diversas empresas que tem o formato retangular, também tivemos no ano de 2023 diversos casos de funcionários que giraram o sensor de oximetria denificado planca de monitores e oxímetro portátil.

A configuração solicitada irá limitar a participação de concorrentes, pois restringem a oferta a de todas outras marcas ou modelos específicos. Sugiro uma revisão das especificações de forma a garantir a equivalência técnica e a possibilidade de participação de fornecedores que atendam aos requisitos mínimos estabelecidos.

Sendo assim, aguardamos os esclarecimentos acima e ficamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas sobre o exposto acima.

De modo que a manutenção das exigências das características conforme irão constar no Edital poderá limitar em muito a competição, restringindo a concorrência, por consequência poderá gerar um direcionamento do Edital.

Requeremos desta forma, o esclarecimento/alteração destas descrições para que nossa empresa não seja impedida de participar do presente Certame, pelo não cumprimento do Edital pela falta/complemento das características acima apontadas.

Resposta: não aceito, temos diversos orçamentos que atendem ao edital destes monitores que serão utilizados dentro de bloco cirúrgico."

Att,
Pregoeira

25/03/2024 - 16:18:48

Esclarecimento item 01

26/03/2024 - 15:04:26



Dúvida: Temos alguns pontos a esclarecer:

- O edital pede: "Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela" – Esclarecer para aceite de 8 curvas. Em caso negativo precisa alterar para o CM150.
- O edital pede: "SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET" – Sabe-se que as tecnologias de SpO2 padrao Nellcor Oximax ou Masimo SET podem ser comercializadas por diversos fabricantes de monitores. Porem por ser uma tecnologia terceira, existe um custo a mais ao se optar por uma delas. Por outro lado, tecnologias proprias dos fabricantes de monitores possuem um custo mais baixo justamente por serem tecnologias proprias. O edital esta possibilitando a participação de 3 tecnologias proprias: Trusignal (GE Healthcare), Mindray (Mindray) e BluePro (Nihon Kohden). Assim, entende-se uma clara vantagem financeira para essas tres empresas que podem cotar suas tecnologias proprias. Assim, gostaríamos de solicitar tambem o aceite de outras tecnologias proprias, desde que comprovadas por estudos científicos e em seus manuais a capacidade de monitorização em baixa perfusão e movimentação. A exemplo podemos citar a tecnologia FAST, da empresa Philips, projetada para melhorar a precisão da medição da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) em situações desafiadoras. A principal vantagem da tecnologia FAST é sua capacidade de detectar e reduzir artefatos de movimento e interferências ambientais que podem comprometer a precisão das medições de SpO2. Durante situações em que o paciente pode estar se movendo, com baixa perfusão periférica ou em ambientes com interferências de luz ambiente, a tecnologia FAST da Philips é capaz de filtrar essas interferências e fornecer leituras mais confiáveis e precisas de SpO2 em tempo real. Tal tecnologia é similar ou mesmo superior às tecnologias pedidas nesse edital, com comprovação científica e estudos clinicos. O estudo mencionado esta disponível para Consulta em: Journal of Critical Care, from New-Generation Pulse Oximetry in the Care of Critically Ill Patients, Karen K. Giuliano, RN, PhD, and Thomas L. Higgins,MD, MBA from the Boston College William F. Connell School of Nursing, Chestnut Hill, Mass (KKG), Philips Medical Systems,Andover Mass (KKG), the Adult Critical Care Division, Baystate Medical Center, Springfield, Mass (TLH), and Tufts University School of Medicine, Boston, Mass (TLH),Volume 14, No.1, 2005)
- O edital pede: "02 sensor tipo clipe de SPO2 adulto e 01 sensor tipo clipe neonatal;" – não é comum o uso de sensores tipo clipe para pacientes neonatal, visto a extrema delicadeza da pele desses pacientes, sendo o mais indicado o tipo "Y". Assim solicitamos o aceite de sensores tipo Y para neonatal. Tambem solicitamos o aceite de sensores tipo "Luva de silicone" para pacientes adultos, visto que tal modelo apresenta muito maior conforto ao paciente, e sendo mais duravel que o tipo clip.

Globalmed-Michele Ramos

Resposta: Segue parecer técnico: " Resposta Questionamentos empresa Globalmed Suporte de Material Terapêutico Ltda, PE 36/2024.

Questionamento 1 O edital pede: "Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela" – Esclarecer para aceite de 8 curvas. Em caso negativo precisa alterar para o CM150.

Resposta : não aceito, monitoração de no mínimo de 10 ondas.

O edital pede: "SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET" – Sabe-se que as tecnologias de SpO2 padrao Nellcor Oximax ou Masimo SET podem ser comercializadas por diversos fabricantes de monitores. Porem por ser uma tecnologia terceira, existe um custo a mais ao se optar por uma delas. Por outro lado, tecnologias proprias dos fabricantes de monitores possuem um custo mais baixo justamente por serem tecnologias proprias. O edital esta possibilitando a participação de 3 tecnologias proprias: Trusignal (GE Healthcare), Mindray (Mindray) e BluePro (Nihon Kohden). Assim, entende-se uma clara vantagem financeira para essas tres empresas que podem cotar suas tecnologias proprias. Assim, gostaríamos de solicitar tambem o aceite de outras tecnologias proprias, desde que comprovadas por estudos científicos e em seus manuais a capacidade de monitorização em baixa perfusão e movimentação. A exemplo podemos citar a tecnologia FAST, da empresa Philips, projetada para melhorar a precisão da medição da saturação de oxigênio no sangue (SpO2) em situações desafiadoras. A principal vantagem da tecnologia FAST é sua capacidade de detectar e reduzir artefatos de movimento e interferências ambientais que podem comprometer a precisão das medições de SpO2. Durante situações em que o paciente pode estar se movendo, com baixa perfusão periférica ou em ambientes com interferências de luz ambiente, a tecnologia FAST da Philips é capaz de filtrar essas interferências e fornecer leituras mais confiáveis e precisas de SpO2 em tempo real. Tal tecnologia é similar ou mesmo superior às tecnologias pedidas nesse edital, com comprovação científica e estudos clinicos. O estudo mencionado esta disponível para Consulta em: Journal of Critical Care, from New-Generation Pulse Oximetry in the Care of Critically Ill Patients, Karen K. Giuliano, RN, PhD, and Thomas L. Higgins,MD, MBA from the Boston College William F. Connell School of Nursing, Chestnut Hill, Mass (KKG), Philips Medical Systems,Andover Mass (KKG), the Adult Critical Care Division, Baystate Medical Center, Springfield, Mass (TLH), and Tufts University School of Medicine, Boston, Mass (TLH),Volume 14, No.1, 2005)

Resposta : Será aceito.

• O edital pede: "02 sensor tipo clipe de SPO2 adulto e 01 sensor tipo clipe neonatal;" – não é comum o uso de sensores tipo clipe para pacientes neonatal, visto a extrema delicadeza da pele desses pacientes, sendo o mais indicado o tipo "Y". Assim solicitamos o aceite de sensores tipo Y para neonatal. Também solicitamos o aceite de sensores tipo "Luva de silicone" para pacientes adultos, visto que tal modelo apresenta muito maior conforto ao paciente, e sendo mais durável que o tipo clip.

Resposta : Será aceito."

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	---------	----------



0001	MONITOR MULTIPARÂMETRO, COM TELA INTEGRADA DE, NO MÍNIMO DE 10 POLEGADAS COM CONTROLES E AJUSTES ATRAVÉS DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN). PARA USO EM PACIENTES NEONATAIS, PEDIÁTRICOS A ADULTOS. RESOLUÇÃO MÍNIMA DO DISPLAY DE 1024 X 768 PIXELS. DEVE POSSIBILITAR MONITORAÇÃO DE NO MÍNIMO 10 CURVAS EM TELA COM 5 OU MAIS VALORES NUMÉRICOS PARA PACIENTES DE ALTA COMPLEXIDADE EM CENTROS CIRÚRGICOS E NAS INTERNAÇÕES EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA ADULTO. DEVE POSSIBILITAR MODELOS TELAS PERSONALIZÁVEIS COMO, POR EXEMPLO, "/NÚMEROS GRANDES"/, DEVERÁ POSSUIR SAÍDA PARA EXIBIÇÃO DE SINAIS VITAIS EM UMA CENTRAL DE MONITORAMENTO E POSSIBILITAR INTEGRAÇÃO AO SISTEMA HOSPITALAR DA INSTITUIÇÃO COM POSSIBILIDADE DE HL7. DEVE APRESENTAR RESPIRAÇÃO POR IMPEDÂNCIA E MODO DE DEMONSTRAÇÃO PROTEGIDO POR COMBINAÇÃO DE TECLAS OU SENHA. TER, NO MÍNIMO, 2 ENTRADAS DE PRESSÃO INVASIVA OU ADAPTADOR PARA EXTENSÃO DOS CANAIS, TENDO COM CÁLCULO DE ART, PAD, PAE, PIC, PAP, QUE POSSUA ANÁLISE DA VARIAÇÃO DE PULSO, ISTO É, DELTA PP. SPO2 PADRÃO NELLCOR OXIMAX, TRUSIGNAL, MINDRAY, BLUPRO OU MASIMO SET. CONEXÃO NO EQUIPAMENTO DE SENSOR OU CABO EXTENSOR DE SPO2 DEVERÁ SER RETANGULAR OU SIMILAR, EVITANDO A POSSIBILIDADE DE GIRO DO MESMO AO INSERIR OU RETIRAR O SENSOR/CABO. DEVERÁ POSSUIR, NO MÍNIMO, 2 TEMPERATURAS, RESPIRAÇÃO, PRESSÃO INVASIVA (PNI); DEVERÁ POSSUIR CAPNOGRAFIA E ANALISADORES DE GASES ANESTÉSICOS (MODULAR OU INTEGRADO AO EQUIPAMENTO) COMO SEVOFLURANO E ISOFLURANO COM FRAÇÃO INSPIRADA E EXPIRADA. APRESENTAÇÃO DA ONDA DE CAPNOGRAFIA E DOS RESPECTIVOS VALORES DE ETCO2 E RESPIRAÇÕES/MINUTOS, ALARMES AUDIOVISUAIS DE TODOS OS PARÂMETROS MONITORADOS COM LIMITES AJUSTÁVEIS MANUAL OU AUTOMATICAMENTE COM DETECÇÃO DE APNEIA. AJUSTES DE LIMITES DE ALARMES PARA TODOS OS PARÂMETROS; DEVE PERMITIR LIGAÇÃO EM REDE; E AJUSTES NA PRÓPRIA TELA; DEVERÁ PERMITIR A MONITORAÇÃO DOS SEGUINTE PARÂMETROS BÁSICOS: ECG, SPO2, PNI (PRESSÃO NÃO INVASIVA), FREQUÊNCIA DE PULSO E 2 TEMPERATU... (CONFORME EDIT	66.218,7500	11,0000 UN	Homologado
------	---	-------------	------------	------------

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
20/03/2024 - 11:23	EDITAL202436.pdf
10/06/2024 - 14:22	Resposta_sobre_classificacao_e_desclassificacao_PE_36-2024_item_1_Vencedor_7assinado.pdf
12/06/2024 - 15:24	Resposta_sobre_classificacao_e_desclassificacao_PE_36-2024_item_1_Vencedor_9assinado.pdf
03/07/2024 - 16:43	PARECER JURÍDICO PE 36.2024.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
10/04/2024 - 09:55:13	Negociação aberta para o processo 36/2024	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2024 - 10:02:44		Você recebeu uma nova proposta readequada no item 000 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/04/2024 - 10:05:33		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
15/04/2024 - 16:24:05	Documentos solicitados para o processo 36/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
16/04/2024 - 13:06:20	Documentos solicitados para o processo 36/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



17/04/2024 - 11:26:23	Documentos solicitados para o processo 36/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 13:59:26		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/04/2024 - 14:02:58		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/04/2024 - 10:39:08	Documentos solicitados para o processo 36/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/04/2024 - 14:10:32		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
04/06/2024 - 16:12:06	Documentos solicitados para o processo 36/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
05/06/2024 - 09:48:44		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 09:58:12	Documentos solicitados para o processo 36/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
06/06/2024 - 13:33:55		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 09:47:38	Documentos solicitados para o processo 36/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
07/06/2024 - 13:21:10		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2024 - 14:25:31	Documentos solicitados para o processo 36/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
10/06/2024 - 17:18:38		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 10:07:13	Documentos solicitados para o processo 36/2024	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/06/2024 - 10:49:05		Você recebeu um novo documento em resposta à diligência no item 0001 do processo 36/2024. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	---------------------	------------	-------------



0001	Monitor multiparâmetro, com tela integrada de, no mínimo de 10 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque (touchscreen). Para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 5 ou mais valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto. Deve possibilitar modelos telas personalizáveis como, por exemplo, "/números grandes/", deverá possuir saída para exibição de sinais vitais em uma central de monitoramento e possibilitar integração ao sistema hospitalar da instituição com possibilidade de HL7. Deve apresentar respiração por impedância e modo de demonstração protegido por combinação de teclas ou senha. Ter, no mínimo, 2 entradas de pressão invasiva ou adaptador para extensão dos canais, tendo com cálculo de Art, PAD, PAE, PIC, PAP, que possua análise da variação de pulso, isto é, Delta PP. SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. Deverá possuir, no mínimo, 2 temperaturas, respiração, pressão invasiva (PNI); Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; deve permitir ligação em rede; e ajustes na própria tela; Deverá permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG, SPO2, PNI (pressão não invasiva), frequência de pulso e 2 temperaturu... (Conforme Edit	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	VITA 1100a	ALFA MED	44.900,0000	11,0000	493.900,0000
------	---	--------------------------------	------------	----------	-------------	---------	--------------

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de conhecimento do Edital	Declaro que estou ciente e concordo com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que cumprio plenamente os requisitos de habilitação definidos no edital.



Declaração de reserva de cargos	Declaro cumprir as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaração de proposta econômica	Sob pena de desclassificação, declaro que minhas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaração de Não-Emprego de menores	Declaro para fins do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional, nº 20/98, que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de que qualquer trabalho a menores de 16 anos.
Declaração de Não-Emprego de trabalho degradante	Declaro não possuir em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, nos termos do inciso III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.
Declaração de Acessibilidade	Declaro que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estou ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.
Declaração de Inexistência de Fato Superveniente	Declaro sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Monitor multiparâmetro, com tela integrada de, no mínimo de 10 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque (touchscreen). Para uso em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 5 ou mais valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto. Deve possibilitar modelos de telas personalizáveis como, por exemplo, "números grandes", deverá possuir saída para exibição de sinais vitais em uma central de monitoramento e possibilitar integração ao sistema hospitalar da instituição com possibilidade de HL7. Deve apresentar respiração por impedância e modo de demonstração protegido por combinação de teclas ou senha. Ter, no mínimo, 2 entradas de pressão invasiva ou adaptador para extensão dos canais, tendo como cálculo de Art, PAD, PAE, PIC, PAP, que possua análise da variação de pulso, isto é, Delta PP. SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. Deverá possuir, no mínimo, 2 temperaturas, respiração, pressão invasiva (PNI); Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; deve permitir ligação em rede; e ajustes na própria tela; Deverá permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG, SPO2, PNI (pressão não invasiva), frequência de pulso e 2 temperatu... (Conforme Edit

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Lance	Valor Total	LC 123/2006
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	08/04/2024 - 11:47:57	VITA 1100a	ALFA MED	11,0000	R\$80.000,0000	R\$ 880.000,0000	Não
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	09/04/2024 - 09:05:02	G3D	GENERAL MEDITECH	11,0000	R\$18.940,0000	R\$ 208.340,0000	Sim
MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	01.405.834/0001-40	10/04/2024 - 07:30:42	C150	Prolife/Prolife	11,0000	R\$39.060,0000	R\$ 429.660,0000	Não
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0021-11	09/04/2024 - 15:12:28	Efficia CM150	PHILIPS	11,0000	R\$72.727,2700	R\$ 799.999,9700	Não
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A	02.357.251/0001-53	09/04/2024 - 15:43:39	LIFETOUCH M15	LIFEMED	11,0000	R\$65.000,0000	R\$ 715.000,0000	Não
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	10/04/2024 - 08:19:47	K12	LEPU	11,0000	R\$22.000,0000	R\$ 242.000,0000	Sim
DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	09/04/2024 - 15:53:46	VISTA 120	DRAGER	11,0000	R\$75.772,9400	R\$ 833.502,3400	Não
DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	35.197.526/0001-98	09/04/2024 - 16:18:03	C70	COMEN	11,0000	R\$111.200,0000	R\$ 1.223.200,0000	Sim
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0001-40	09/04/2024 - 16:40:05	GE- 18495	GE/GE	11,0000	R\$53.162,0000	R\$ 584.782,0000	Não
HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	30.749.060/0001-72	09/04/2024 - 17:14:00	IM70	EDAN	11,0000	R\$20.000,0000	R\$ 220.000,0000	Sim



Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001- 60	09/04/2024 - 17:54:18	K-15 ANVISA:80901110026	CREATIVE / HENZHEN CREATIVE INDUSTRY	11,0000	R\$62.000,0000	R\$ 682.000,0000	Não
F. S. HELLWIG NACHTIGALL	37.255.451/0001- 80	09/04/2024 - 21:48:58	G3L	General Meditech	11,0000	R\$80.000,0000	R\$ 880.000,0000	Sim
Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	14.365.637/0001- 96	10/04/2024 - 07:46:28	BSM-3763	NIHON KOHDEN	11,0000	R\$45.000,0000	R\$ 495.000,0000	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	04.078.043/0001-40	60 dias
MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	01.405.834/0001-40	60 dias
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	60 dias
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A	02.357.251/0001-53	60 dias
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	60 dias
Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	14.365.637/0001-96	60 dias
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	60 dias
PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	58.295.213/0021-11	60 dias
C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	60 dias
F. S. HELLWIG NACHTIGALL	37.255.451/0001-80	90 dias
DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	35.197.526/0001-98	60 dias
HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	30.749.060/0001-72	120 dias
DRAGER DO BRASIL LTDA	61.185.922/0001-05	60 dias

Lances Enviados

0001 - Monitor multiparâmetro, com tela integrada de, no mínimo de 10 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque (touchscreen). Para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 5 ou mais valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto. Deve possibilitar modelos telas personalizáveis como, por exemplo, "números grandes", deverá possuir saída para exibição de sinais vitais em uma central de monitoramento e possibilitar integração ao sistema hospitalar da instituição com possibilidade de HL7. Deve apresentar respiração por impedância e modo de demonstração protegido por combinação de teclas ou senha. Ter, no mínimo, 2 entradas de pressão invasiva ou adaptador para extensão dos canais, tendo com cálculo de Art, PAD, PAE, PIC, PAP, que possua análise da variação de pulso, isto é, Delta PP. SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. Deverá possuir, no mínimo, 2 temperaturas, respiração, pressão invasiva (PNI); Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; deve permitir ligação em rede; e ajustes na própria tela; Deverá permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG, SPO2, PNI (pressão não invasiva), frequência de pulso e 2 temperatu... (Conforme Edit

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2024 - 11:47:57	80.000,0000 (proposta)	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Válido



09/04/2024 - 09:05:02	18.940,0000 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Cancelado - Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital. 3. Foi solicitado que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital. 4. Foi solicitado que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital. 5. Foi solicitado que o monitor tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital. 6. Foi solicitado que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital. 15/04/2024 15:18:40
09/04/2024 - 15:12:28	72.727,2700 (proposta)	58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Válido
09/04/2024 - 15:43:39	65.000,0000 (proposta)	02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A	Cancelado - Segue parecer do responsável técnico: " Item 01 - A proposta da RAZÃO SOCIAL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse "Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo", na proposta não informa e no manual do site da Anvisa na página 42 mostra que é redondo, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que o monitor tivesse "Umidade de funcionamento de 20 a 90% sem condensação", nos documentos enviado não informa, no manual baixado do site da ANVISA na página 219 informa possuir de 15 a 85%, não atende ao edital." 11/06/2024 10:06:11
09/04/2024 - 15:53:46	75.772,9400 (proposta)	61.185.922/0001-05 - DRAGER DO BRASIL LTDA	Válido
09/04/2024 - 16:18:03	111.200,0000 (proposta)	35.197.526/0001-98 - DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
09/04/2024 - 16:40:05	53.162,0000 (proposta)	04.078.043/0001-40 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	Válido
09/04/2024 - 17:14:00	20.000,0000 (proposta)	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados. 16/04/2024 13:05:59
09/04/2024 - 17:54:18	62.000,0000 (proposta)	07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	Cancelado - Segue parecer do responsável técnico: " tem 01 - A proposta da RAZÃO Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA. não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse "Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo", no manual do site da Anvisa tem somente a imagem abaixo do conector é redondo. Figura 1 - Manual Site da Anvisa. Figura 2 - Monitor K12 que temos Como mostra na foto acima retirada de um monitor K12 o conector não é retangular, não atende ao edital. Obs.: O parecer na íntegra será disponibilizado no portal, pois não foi possível anexar a imagem. 10/06/2024 14:21:41
09/04/2024 - 21:48:58	80.000,0000 (proposta)	37.255.451/0001-80 - F. S. HELLWIG NACHTIGALL	Válido
10/04/2024 - 07:30:42	39.060,0000 (proposta)	01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	Cancelado - A proposta da MTB TECNOLOGIA LTDA – EPP CNPJ: 01.405.834/0001-40 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse "fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção", nos documentos enviado não é informado possuir fusível de proteção, no manual do site da ANVISA também não informa possuir fusível de proteção e nem nas imagens que tem no manual aparenta ter, não atende ao edital. 18/04/2024 10:36:08
10/04/2024 - 07:46:28	45.000,0000 (proposta)	14.365.637/0001-96 - Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	Cancelado
10/04/2024 - 08:19:47	22.000,0000 (proposta)	24.864.422/0001-73 - C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados. 17/04/2024 11:26:05
10/04/2024 - 09:24:22	53.000,0000	02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A	Cancelado - Segue parecer do responsável técnico: " Item 01 - A proposta da RAZÃO SOCIAL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse "Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo", na proposta não informa e no manual do site da Anvisa na página 42 mostra que é redondo, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que o monitor tivesse "Umidade de funcionamento de 20 a 90% sem condensação", nos documentos enviado não informa, no manual baixado do site da ANVISA na página 219 informa possuir de 15 a 85%, não atende ao edital." 11/06/2024 10:06:11



10/04/2024 - 09:26:10	27.500,0000	01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	Cancelado - A proposta da MTB TECNOLOGIA LTDA – EPP CNPJ: 01.405.834/0001-40 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse "fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção", nos documentos enviado não é informado possuir fusível de proteção, no manual do site da ANVISA também não informa possuir fusível de proteção e nem nas imagens que tem no manual aparenta ter, não atende ao edital. 18/04/2024 10:36:08
10/04/2024 - 09:27:40	44.900,0000	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Válido
10/04/2024 - 09:29:11	59.632,0900	58.295.213/0021-11 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	Válido
10/04/2024 - 09:30:11	79.990,0000	35.197.526/0001-98 - DHMED PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	Válido
10/04/2024 - 09:31:37	18.939,0000	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados. 16/04/2024 13:05:59
10/04/2024 - 09:33:58	18.900,0000	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Cancelado - Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital. 3. Foi solicitado que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital. 4. Foi solicitado que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital. 5. Foi solicitado que o monitor tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital. 6. Foi solicitado que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital. 15/04/2024 15:18:40
10/04/2024 - 09:34:19	18.899,9999	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados. 16/04/2024 13:05:59
10/04/2024 - 09:34:52	18.000,0000	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Cancelado - Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital. 3. Foi solicitado que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital. 4. Foi solicitado que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital. 5. Foi solicitado que o monitor tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital. 6. Foi solicitado que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital. 15/04/2024 15:18:40
10/04/2024 - 09:35:13	48.000,0000	07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	Cancelado - Segue parecer do responsável técnico: " tem 01 - A proposta da RAZÃO Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA. não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse "Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo", no manual do site da Anvisa tem somente a imagem abaixo do conector é redondo. Figura 1 - Manual Site da Anvisa. Figura 2 - Monitor K12 que temos Como mostra na foto acima retirada de um monitor K12 o conector não é retangular, não atende ao edital. Obs.: O parecer na íntegra será disponibilizado no portal, pois não foi possível anexar a imagem. 10/06/2024 14:21:41
10/04/2024 - 09:35:20	66.200,0000	37.255.451/0001-80 - F. S. HELLWIG NACHTIGALL	Válido



10/04/2024 - 09:35:24	46.800,0000	07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	Cancelado - Segue parecer do responsável técnico: " tem 01 - A proposta da RAZÃO Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA. não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse "Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo", no manual do site da Anvisa tem somente a imagem abaixo do conector é redondo. Figura 1 - Manual Site da Anvisa. Figura 2 - Monitor K12 que temos Como mostra na foto acima retirada de um monitor K12 o conector não é retangular, não atende ao edital. Obs.: O parecer na íntegra será disponibilizado no portal, pois não foi possível anexar a imagem. 10/06/2024 14:21:41
10/04/2024 - 09:35:25	17.999,9999	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados. 16/04/2024 13:05:59
10/04/2024 - 09:35:50	17.900,0000	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Cancelado - Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital. 3. Foi solicitado que que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital. 4. Foi solicitado que que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital. 5. Foi solicitado que que o monitor tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital. 6. Foi solicitado que que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital. 15/04/2024 15:18:40
10/04/2024 - 09:36:14	59.000,0000	37.255.451/0001-80 - F. S. HELLWIG NACHTIGALL	Válido
10/04/2024 - 09:36:31	17.899,9999	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados. 16/04/2024 13:05:59
10/04/2024 - 09:37:10	17.800,0000	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Cancelado - Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital. 3. Foi solicitado que que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital. 4. Foi solicitado que que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital. 5. Foi solicitado que que o monitor tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital. 6. Foi solicitado que que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital. 15/04/2024 15:18:40
10/04/2024 - 09:37:35	30.000,0000	14.365.637/0001-96 - Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	Cancelado
10/04/2024 - 09:37:39	17.799,9999	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados. 16/04/2024 13:05:59
10/04/2024 - 09:38:22	20.000,0000	14.365.637/0001-96 - Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	Cancelado - 10/04/2024 09:39:07



10/04/2024 - 09:39:04	17.790,0000	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Cancelado - Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital. 3. Foi solicitado que que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital. 4. Foi solicitado que que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital. 5. Foi solicitado que que o monitor tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital. 6. Foi solicitado que que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital. 15/04/2024 15:18:40
10/04/2024 - 09:39:38	17.785,0000	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados. 16/04/2024 13:05:59
10/04/2024 - 09:40:15	17.000,0000	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Cancelado - Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital. 3. Foi solicitado que que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital. 4. Foi solicitado que que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital. 5. Foi solicitado que que o monitor tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital. 6. Foi solicitado que que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital. 15/04/2024 15:18:40
10/04/2024 - 09:45:35	16.995,0000	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados. 16/04/2024 13:05:59
10/04/2024 - 09:45:59	16.900,0000	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Cancelado - Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital. 3. Foi solicitado que que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital. 4. Foi solicitado que que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital. 5. Foi solicitado que que o monitor tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital. 6. Foi solicitado que que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital. 15/04/2024 15:18:40



10/04/2024 - 09:47:04	9.470,0000 (lance oculto)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Cancelado - Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital. 3. Foi solicitado que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital. 4. Foi solicitado que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital. 5. Foi solicitado que o monitor tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital. 6. Foi solicitado que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital. 15/04/2024 15:18:40
10/04/2024 - 09:49:34	16.500,0000 (lance oculto)	30.749.060/0001-72 - HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	Cancelado - Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados. 16/04/2024 13:05:59

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0001	17/04/2024 - 13:59:26	01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	Documentos - PM NOVO HAMBURGO-RS.zip
0001	17/04/2024 - 14:02:58	01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	2 - Declarações Prolife (FABRICANTE)-mesclado.pdf
0001	18/04/2024 - 14:10:32	14.365.637/0001-96 - Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	DOCTOS PÓS SESSAO.zip
0001	05/06/2024 - 09:48:44	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	PROPOSTA REALINHADA.zip
0001	06/06/2024 - 13:33:55	11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	RESPOSTA DILIGÊNCIA PE 0362024.pdf ASSINADO.pdf
0001	07/06/2024 - 13:21:10	07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	AJUSTADA.zip
0001	07/06/2024 - 13:21:10	07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	HABILITAÇÃONOVA.zip
0001	10/06/2024 - 17:18:38	02.357.251/0001-53 - LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A	Proposta Atualizada.zip
0001	11/06/2024 - 10:49:05	04.078.043/0001-40 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	DOCSMA.zip

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Dt. de Validade	Arquivo
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	08/04/2024 - 13:10	LEDIANE ALVES PINHEIRO	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	09/04/2024 - 09:07	Licitação	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	09/04/2024 - 15:36	ALANA MARA ALVES DURANS	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A	09/04/2024 - 15:41	Brenda Oriol	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)



C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	09/04/2024 - 15:54	João Pedro Moraes Oliveira	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	09/04/2024 - 17:53	Marcos Vinicius Farias	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	10/04/2024 - 07:27	Erick Yuki Hiratsuka	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)
Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	10/04/2024 - 07:40	Kotaro Ichikawa	-	-	-	-	Documentos de habilitação conforme edital (arquivo único)

Inabilitados / Desclassificados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
15/04/2024 - 15:18:40	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	Abrangendo todo o processo

Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos:

1. Foi solicitado que que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital.
2. Foi solicitado que que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital.
3. Foi solicitado que que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital.
4. Foi solicitado que que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital.
5. Foi solicitado que que o monitor tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital.
6. Foi solicitado que que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital.

16/04/2024 - 13:05:59	HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA	30.749.060/0001-72	Item 0001 - Monitor multiparâmetro, com tela integrada de, no mínimo de 10 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque (touchscreen). Para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 5 ou mais valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto. Deve possibilitar modelos telas personalizáveis como, por exemplo, "números grandes", deverá possuir saída para exibição de sinais vitais em uma central de monitoramento e possibilitar integração ao sistema hospitalar da instituição com possibilidade de HL7. Deve apresentar respiração por impedância e modo de demonstração protegido por combinação de teclas ou senha. Ter, no mínimo, 2 entradas de pressão invasiva ou adaptador para extensão dos canais, tendo com cálculo de Art, PAD, PAE, PIC, PAP, que possua análise da variação de pulso, isto é, Delta PP. SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. Deverá possuir, no mínimo, 2 temperaturas, respiração, pressão invasiva (PNI); Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; deve permitir ligação em rede; e ajustes na própria tela; Deverá permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG, SPO2, PNI (pressão não invasiva), frequência de pulso e 2 temperatu... (Conforme Edit
-----------------------	-----------------------------	--------------------	---

Desclassificação: Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados.



17/04/2024 - 11:26:05	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA	24.864.422/0001-73	Item 0001 - Monitor multiparâmetro, com tela integrada de, no mínimo de 10 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque (touchscreen). Para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 5 ou mais valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto. Deve possibilitar modelos telas personalizáveis como, por exemplo, "números grandes", deverá possuir saída para exibição de sinais vitais em uma central de monitoramento e possibilitar integração ao sistema hospitalar da instituição com possibilidade de HL7. Deve apresentar respiração por impedância e modo de demonstração protegido por combinação de teclas ou senha. Ter, no mínimo, 2 entradas de pressão invasiva ou adaptador para extensão dos canais, tendo com cálculo de Art, PAD, PAE, PIC, PAP, que possua análise da variação de pulso, isto é, Delta PP. SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. Deverá possuir, no mínimo, 2 temperaturas, respiração, pressão invasiva (PNI); Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; deve permitir ligação em rede; e ajustes na própria tela; Deverá permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG, SPO2, PNI (pressão não invasiva), frequência de pulso e 2 temperaturu... (Conforme Edit
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados.

18/04/2024 - 10:36:08	MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	01.405.834/0001-40	Item 0001 - Monitor multiparâmetro, com tela integrada de, no mínimo de 10 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque (touchscreen). Para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 5 ou mais valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto. Deve possibilitar modelos telas personalizáveis como, por exemplo, "números grandes", deverá possuir saída para exibição de sinais vitais em uma central de monitoramento e possibilitar integração ao sistema hospitalar da instituição com possibilidade de HL7. Deve apresentar respiração por impedância e modo de demonstração protegido por combinação de teclas ou senha. Ter, no mínimo, 2 entradas de pressão invasiva ou adaptador para extensão dos canais, tendo com cálculo de Art, PAD, PAE, PIC, PAP, que possua análise da variação de pulso, isto é, Delta PP. SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. Deverá possuir, no mínimo, 2 temperaturas, respiração, pressão invasiva (PNI); Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; deve permitir ligação em rede; e ajustes na própria tela; Deverá permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG, SPO2, PNI (pressão não invasiva), frequência de pulso e 2 temperaturu... (Conforme Edit
-----------------------	------------------------------	--------------------	---

Desclassificação: A proposta da MTB TECNOLOGIA LTDA – EPP CNPJ: 01.405.834/0001-40 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse “fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção”, nos documentos enviado não é informado possuir fusível de proteção, no manual do site da ANVISA também não informa possuir fusível de proteção e nem nas imagens que tem no manual aparenta ter, não atende ao edital.

04/06/2024 - 15:17:10	Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	14.365.637/0001-96	Abrangendo todo o processo
-----------------------	--	--------------------	----------------------------

Conforme parecer técnico do engenheiro responsável pela análise e parecer jurídico.

10/06/2024 - 14:21:41	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	07.626.776/0001-60	Item 0001 - Monitor multiparâmetro, com tela integrada de, no mínimo de 10 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque (touchscreen). Para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 5 ou mais valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto. Deve possibilitar modelos telas personalizáveis como, por exemplo, "números grandes", deverá possuir saída para exibição de sinais vitais em uma central de monitoramento e possibilitar integração ao sistema hospitalar da instituição com possibilidade de HL7. Deve apresentar respiração por impedância e modo de demonstração protegido por combinação de teclas ou senha. Ter, no mínimo, 2 entradas de pressão invasiva ou adaptador para extensão dos canais, tendo com cálculo de Art, PAD, PAE, PIC, PAP, que possua análise da variação de pulso, isto é, Delta PP. SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. Deverá possuir, no mínimo, 2 temperaturas, respiração, pressão invasiva (PNI); Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; deve permitir ligação em rede; e ajustes na própria tela; Deverá permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG, SPO2, PNI (pressão não invasiva), frequência de pulso e 2 temperaturu... (Conforme Edit
-----------------------	--	--------------------	---

Desclassificação: Segue parecer do responsável técnico: " tem 01 - A proposta da RAZÃO Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA. não atendeu ao edital, nos seguintes pontos:

1. Foi solicitado que o monitor tivesse “Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo”, no manual do site da Anvisa tem somente a imagem abaixo do conector é redondo. Figura 1 - Manual Site da Anvisa.

Figura 2 - Monitor K12 que temos Como mostra na foto acima retirada de um monitor K12 o conector não é retangular, não atende ao edital.

Obs.: O parecer na íntegra será disponibilizado no portal, pois não foi possível anexar a imagem.



11/06/2024 - 10:06:11

LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A

02.357.251/0001-53

Item 0001 - Monitor multiparâmetro, com tela integrada de, no mínimo de 10 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque (touchscreen). Para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 5 ou mais valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto. Deve possibilitar modelos telas personalizáveis como, por exemplo, "números grandes", deverá possuir saída para exibição de sinais vitais em uma central de monitoramento e possibilitar integração ao sistema hospitalar da instituição com possibilidade de HL7. Deve apresentar respiração por impedância e modo de demonstração protegido por combinação de teclas ou senha. Ter, no mínimo, 2 entradas de pressão invasiva ou adaptador para extensão dos canais, tendo com cálculo de Art, PAD, PAE, PIC, PAP, que possua análise da variação de pulso, isto é, Delta PP. SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. Deverá possuir, no mínimo, 2 temperaturas, respiração, pressão invasiva (PNI); Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; deve permitir ligação em rede; e ajustes na própria tela; Deverá permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG, SPO2, PNI (pressão não invasiva), frequência de pulso e 2 temperatu... (Conforme Edit

Desclassificação: Segue parecer do responsável técnico: " Item 01 - A proposta da RAZÃO SOCIAL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. não atendeu ao edital, nos seguintes pontos:

1. Foi solicitado que o monitor tivesse "Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo", na proposta não informa e no manual do site da Anvisa na página 42 mostra que é redondo, não atende ao edital.

2. Foi solicitado que o monitor tivesse "Umidade de funcionamento de 20 a 90% sem condensação", nos documentos enviado não informa, no manual baixado do site da ANVISA na página 219 informa possuir de 15 a 85%, não atende ao edital."

Reabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
03/07/2024 - 16:41:31	Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	Item 0001 - Monitor multiparâmetro, com tela integrada de, no mínimo de 10 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque (touchscreen). Para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 5 ou mais valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto. Deve possibilitar modelos telas personalizáveis como, por exemplo, "números grandes", deverá possuir saída para exibição de sinais vitais em uma central de monitoramento e possibilitar integração ao sistema hospitalar da instituição com possibilidade de HL7. Deve apresentar respiração por impedância e modo de demonstração protegido por combinação de teclas ou senha. Ter, no mínimo, 2 entradas de pressão invasiva ou adaptador para extensão dos canais, tendo com cálculo de Art, PAD, PAE, PIC, PAP, que possua análise da variação de pulso, isto é, Delta PP. SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. Deverá possuir, no mínimo, 2 temperaturas, respiração, pressão invasiva (PNI); Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; deve permitir ligação em rede; e ajustes na própria tela; Deverá permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG, SPO2, PNI (pressão não invasiva), frequência de pulso e 2 temperatu... (Conforme Edit

Conforme parecer jurídico anexo.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
12/06/2024 - 17:30	17/06/2024 - 18:00	20/06/2024 - 18:00

0001 - Monitor multiparâmetro, com tela integrada de, no mínimo de 10 polegadas com controles e ajustes através de tela sensível ao toque (touchscreen). Para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos. Resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels. Deve possibilitar monitoração de no mínimo 10 curvas em tela com 5 ou mais valores numéricos para pacientes de alta complexidade em centros cirúrgicos e nas internações em unidades de terapia intensiva adulto. Deve possibilitar modelos telas personalizáveis como, por exemplo, "números grandes", deverá possuir saída para exibição de sinais vitais em uma central de monitoramento e possibilitar integração ao sistema hospitalar da instituição com possibilidade de HL7. Deve



apresentar respiração por impedância e modo de demonstração protegido por combinação de teclas ou senha. Ter, no mínimo, 2 entradas de pressão invasiva ou adaptador para extensão dos canais, tendo com cálculo de Art, PAD, PAE, PIC, PAP, que possua análise da variação de pulso, isto é, Delta PP. SPO2 padrão Nellcor Oximax, Trusignal, Mindray, BLUPRO ou Masimo SET. Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo. Deverá possuir, no mínimo, 2 temperaturas, respiração, pressão invasiva (PNI); Deverá possuir capnografia e analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano com fração inspirada e expirada. Apresentação da onda de capnografia e dos respectivos valores de EtCo2 e respirações/minutos, alarmes audiovisuais de todos os parâmetros monitorados com limites ajustáveis manual ou automaticamente com detecção de apneia. Ajustes de limites de alarmes para todos os parâmetros; deve permitir ligação em rede; e ajustes na própria tela; Deverá permitir a monitoração dos seguintes parâmetros básicos: ECG, SPO2, PNI (pressão não invasiva), frequência de pulso e 2 temperaturu... (Conforme Edit

Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	10/04/2024 - 10:12:57	Bom dia! Declaro intenção de recurso, pois as empresas acima colocadas não atendem as especificações do Edital e seus anexos. Demonstraremos demais razões em nossa peça recursal. Obrigada.	Indeferido
04.078.043/0001-40 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	10/04/2024 - 10:27:44	A empresa MA Hospitalar tem interesse em manifestar a intenção de recurso, pois o modelo ofertado pelo concorrente não atende o Edital na íntegra. Dentro do prazo legal apresentaremos as devidas razões recursais de direito.	Indeferido
11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11/04/2024 - 09:00:42	Declaramos intenção de recurso, pois as empresas acima colocadas não atendem as especificações do Edital e seus anexos.	Indeferido
07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	11/04/2024 - 16:04:32	Manifestamos intenção de recurso, contra a primeira colocada.	Indeferido
04.078.043/0001-40 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	15/04/2024 - 16:04:23	A empresa MA Hospitalar tem interesse em manifestar a intenção de recurso, pois o modelo ofertado pelo concorrente não atende o Edital na íntegra. Dentro do prazo legal apresentaremos as devidas razões recursais de direito.	Indeferido
Justificativa: A empresa já foi desclassificada.			
07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	18/04/2024 - 14:49:53	Declaramos intenção de recurso, pois as empresas acima colocadas não atendem as especificações do Edital e seus anexos.	Indeferido
Justificativa: A empresa já foi desclassificada.			
01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	18/04/2024 - 20:48:22	Bom dia! Declaro intenção de recurso, contra nossa desclassificação, e as empresas acima colocadas não atendem as especificações do Edital e seus anexos. Demonstraremos demais razões em nossa peça recursal. Obrigada.	Deferido
01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	19/04/2024 - 14:23:55	Bom dia! Declaro intenção de recurso, contra nossa desclassificação, e as empresas acima colocadas não atendem as especificações do Edital e seus anexos. Demonstraremos demais razões em nossa peça recursal. Obrigada.	Indeferido
Justificativa: Já aceitamos uma intenção.			
04.078.043/0001-40 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	19/04/2024 - 14:29:44	A empresa MA Hospitalar tem interesse em manifestar a intenção de recurso, pois o modelo ofertado pelo concorrente não atende o Edital na íntegra. Dentro do prazo legal apresentaremos as devidas razões recursais de direito.	Deferido
07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	19/04/2024 - 17:00:14	Declaramos intenção de recurso, pois as empresas acima colocadas não atendem as especificações do Edital e seus anexos.	Deferido
11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	12/06/2024 - 16:01:32	Boa tarde! nós da Alfa med manifestamos intenção de recurso contra nossa desclassificação porque estamos atendendo ao edital, solicitamos prazo para envio.	Deferido

Recursos



CNPJ	Data de Envio	Recurso	Julgamento
07.626.776/0001-60 - Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli	23/04/2024 - 09:57:14	Peça recursal item 01 Recurso - ITEM 01.pdf.	Deferido
01.405.834/0001-40 - MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP	25/04/2024 - 09:56:42	Bom dia! Anexo recurso administrativo contra nossa desclassificação referente ao Item 01 do Pregão Eletrônico nº 36/2024 / Processo: 176 / 2024 - 2595. recurso-contra-desclassificacao-pe-036_2024-item-1.pdf.	Indeferido
04.078.043/0001-40 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	25/04/2024 - 10:40:40	bom dia, segue peça recursal da empresa MA Hospitalar Recurso PE 36.2024 PM Novo Hamburgo.pdf.	Deferido
11.405.384/0001-49 - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	17/06/2024 - 17:04:19	BOA TARDE! SEGUE RECURSO DA EMPRESA ALFA MED. RECURSO ALFA MED.pdf.	Deferido

Contrarrazões

CNPJ	Data de Envio	Contrarrazão	Julgamento
14.365.637/0001-96 - Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	30/04/2024 - 14:32:45	ARQUIVO - CONTRARRAZÃO NIHON KOHDEN Contrarrazões Cirurgica São Felipe - Monteiro Antunes.pdf.	Indeferido
14.365.637/0001-96 - Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	30/04/2024 - 14:32:58	ARQUIVO - CONTRARRAZÃO NIHON KOHDEN Contrarrazões Cirurgica São Felipe - Monteiro Antunes.pdf.	Deferido
14.365.637/0001-96 - Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.	30/04/2024 - 14:33:10	ARQUIVO - CONTRARRAZÃO NIHON KOHDEN Contrarrazões Cirurgica São Felipe - Monteiro Antunes.pdf.	Indeferido
04.078.043/0001-40 - Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda	20/06/2024 - 11:17:08	bom dia, segue Contrarrazão MA Hospitalar. Contrarrazões PE 36.2024 PNH.pdf.	Indeferido

Julgamentos

Data do Julgamento	Justificativa
04/06/2024 - 15:14:03	Conforme parecer jurídico em anexo. Parecer PE 36.2024.pdf.
04/06/2024 - 15:14:50	Conforme parecer jurídico em anexo. Parecer PE 36.2024.pdf.
04/06/2024 - 15:15:15	Conforme parecer jurídico em anexo. Parecer PE 36.2024.pdf.
03/07/2024 - 16:35:58	Após análise da PGM, foi reformada a decisão que julgou inabilitada a empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. .

Chat

Data	Apelido	Frase
10/04/2024 - 09:07:23	Pregoeiro	Bom dia Senhores Licitantes!
10/04/2024 - 09:09:58	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
10/04/2024 - 09:21:34	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/04/2024 - 09:21:34	Sistema	No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
10/04/2024 - 09:21:34	Sistema	Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
10/04/2024 - 09:21:34	Sistema	Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
10/04/2024 - 09:21:57	Pregoeiro	Vamos iniciar a sessão de lances!
10/04/2024 - 09:22:35	Pregoeiro	Lembrando que deverão atender na íntegra o descritivo exigido no termo de referência do edital.
10/04/2024 - 09:23:05	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
10/04/2024 - 09:23:05	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
10/04/2024 - 09:38:05	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
10/04/2024 - 09:38:53	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 20.000,0000 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/04/2024 - 09:39:07	Sistema	O pedido de cancelamento do lance de R\$ 20.000,0000 para o item 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
10/04/2024 - 09:46:18	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 10/04/2024 às 09:51:19.
10/04/2024 - 09:46:18	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 22.000,0000
10/04/2024 - 09:51:19	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 10/04/2024 às 09:51:19.
10/04/2024 - 09:51:19	Sistema	O item 0001 foi encerrado.



10/04/2024 - 09:55:13	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - EPP/SS com lance de R\$ 9.470,0000.
10/04/2024 - 09:55:13	Sistema	Iniciada a fase de negociação.
10/04/2024 - 09:55:30	F. Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospita	Negociação Item 0001: Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos no nosso melhor preço
10/04/2024 - 09:57:39	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 10/04/2024 às 11:00.
10/04/2024 - 09:58:41	Pregoeiro	Prezados, lembrando que deverão atender na íntegra o descritivo exigido no edital. Favor verificar o valor propoosto, pois está muito abaixo no referencial do Município!
10/04/2024 - 09:58:51	Pregoeiro	5. Catálogo/ ANVISA/ Declaração do Fabricante: 5.1. Após a declaração da arrematante, a empresa deverá anexar a proposta, o catálogo, o manual do equipamento, o registro da ANVISA e documentação de atendimento das normas solicitadas no descritivo deste termo de referência, para avaliação da Secretaria responsável, bem como do profissional da FSNH. 5.2. Deve ter assistência técnica no Estado do Rio Grande do Sul, com técnicos ou engenheiros treinados pelo fabricante, devendo indicar os profissionais responsáveis pela manutenção do equipamento, com nome, e-mail e telefone, devendo obrigatoriamente anexar a declaração do fabricante, indicando a assistência técnica e da assistência técnica declarando que realmente conserta o equipamento em sua unidade ou na Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, para assistência técnica durante a garantia.
10/04/2024 - 09:59:58	Pregoeiro	Senhores licitantes, favor acompanharem o andamento do certame através do portal.
10/04/2024 - 10:02:44	Sistema	O fornecedor Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me enviou uma nova proposta readequada e um novo arquivo para o item 0001.
10/04/2024 - 10:05:33	Sistema	A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
10/04/2024 - 10:12:57	Sistema	O fornecedor MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
10/04/2024 - 10:22:11	Pregoeiro	Senhores licitantes, favor acompanharem o andamento do certame através do portal.
10/04/2024 - 10:22:29	Pregoeiro	Agradeço a participação de todos! Tenham um ótimo dia!
10/04/2024 - 10:27:44	Sistema	O fornecedor Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/04/2024 - 09:00:42	Sistema	O fornecedor Alfa Med Sistemas Médicos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/04/2024 - 15:20:23	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 11/04/2024 às 18:00.
11/04/2024 - 16:04:32	Sistema	O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/04/2024 - 15:18:40	Sistema	O fornecedor Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me foi desclassificado no processo.
15/04/2024 - 15:18:40	Sistema	Motivo: Item 01 - A proposta da Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - CNPJ: 18.258.209/0001-15 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse uma resolução mínima do display de 1024 x 768 pixels, nos documentos enviado é de Resolução 800x600 pixels, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que o monitor funcionasse com umidade relativa do ar entre 20% a 90%, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que funciona com umidade menor ou igual a 80%, não atende ao edital. 3. Foi solicitado que o sensor de oximetria tivesse conector retangular, nos documentos enviado não é informado, no manual do site da ANVISA informa que modelo ofertado é redondo, não atende ao edital. 4. Foi solicitado que o monitor tivesse 10 curvas de tela, nos documentos enviado é informado que possui 8 curvas de tela, não atende ao edital. 5. Foi solicitado que o monitor... (CONTINUA)
15/04/2024 - 15:18:40	Sistema	(CONT. 1) tivesse analisadores de gases anestésicos (modular ou integrado ao equipamento) como sevoflurano e isoflurano a fração inspirada e expirada, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com analisadores de gases anestésico, não atende ao edital. 6. Foi solicitado que o monitor tivesse capnografias, nos documentos enviado não é informado que equipamento virá com capnografias, não atende ao edital.
15/04/2024 - 15:18:40	Sistema	O fornecedor Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
15/04/2024 - 15:18:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA com lance de R\$ 16.500,0000.
15/04/2024 - 15:21:14	Pregoeiro	HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA: Solicito que anexe a proposta, o catálogo, o manual do equipamento, o registro da ANVISA e a documentação de atendimento das normas solicitadas no descritivo deste termo de referência para avaliação da Secretaria responsável, bem como do profissional da FSNH. Lembrando que: 5.2. Deve ter assistência técnica no Estado do Rio Grande do Sul, com técnicos ou engenheiros treinados pelo fabricante, devendo indicar os profissionais responsáveis pela manutenção do equipamento, com nome, e-mail e telefone, devendo obrigatoriamente anexar a declaração do fabricante, indicando a assistência técnica e da assistência técnica declarando que realmente conserta o equipamento em sua unidade ou na Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, para assistência técnica durante a garantia.
15/04/2024 - 16:04:24	Sistema	O fornecedor Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
15/04/2024 - 16:24:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 16/04/2024.
16/04/2024 - 13:05:59	Sistema	O fornecedor HEALTH EQUIPAMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
16/04/2024 - 13:05:59	Sistema	Motivo: Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados.
16/04/2024 - 13:05:59	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA com lance de R\$ 22.000,0000.
16/04/2024 - 13:06:21	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 16/04/2024.
16/04/2024 - 13:06:31	Pregoeiro	C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA: Solicito que anexe a proposta, o catálogo, o manual do equipamento, o registro da ANVISA e a documentação de atendimento das normas solicitadas no descritivo deste termo de referência para avaliação da Secretaria responsável, bem como do profissional da FSNH. Lembrando que: 5.2. Deve ter assistência técnica no Estado do Rio Grande do Sul, com técnicos ou engenheiros treinados pelo fabricante, devendo indicar os profissionais responsáveis pela manutenção do equipamento, com nome, e-mail e telefone, devendo obrigatoriamente anexar a declaração do fabricante, indicando a assistência técnica e da assistência técnica declarando que realmente conserta o equipamento em sua unidade ou na Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, para assistência técnica durante a garantia.
17/04/2024 - 11:26:05	Sistema	O fornecedor C E C IMPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
17/04/2024 - 11:26:05	Sistema	Motivo: Licitante não se manifestou, nem apresentou os documentos solicitados.



17/04/2024 - 11:26:05	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP com lance de R\$ 27.500,0000.
17/04/2024 - 11:26:23	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 17/04/2024.
17/04/2024 - 11:26:36	Pregoeiro	MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP: Solicito que anexe a proposta, o catálogo, o manual do equipamento, o registro da ANVISA e a documentação de atendimento das normas solicitadas no descritivo deste termo de referência para avaliação da Secretaria responsável, bem como do profissional da FSNH. Lembrando que: 5.2.Deve ter assistência técnica no Estado do Rio Grande do Sul, com técnicos ou engenheiros treinados pelo fabricante, devendo indicar os profissionais responsáveis pela manutenção do equipamento, com nome, e-mail e telefone, devendo obrigatoriamente anexar a declaração do fabricante, indicando a assistência técnica e da assistência técnica declarando que realmente conserta o equipamento em sua unidade ou na Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, para assistência técnica durante a garantia.
17/04/2024 - 13:59:26	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/04/2024 - 14:02:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/04/2024 - 10:36:08	Sistema	O fornecedor MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
18/04/2024 - 10:36:08	Sistema	Motivo: A proposta da MTB TECNOLOGIA LTDA – EPP CNPJ: 01.405.834/0001-40 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse "fonte chaveada automática e sistema sob fusível de proteção", nos documentos enviado não é informado possuir fusível de proteção, no manual do site da ANVISA também não informa possuir fusível de proteção e nem nas imagens que tem no manual aparenta ter, não atende ao edital.
18/04/2024 - 10:36:08	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda. com lance de R\$ 30.000,0000.
18/04/2024 - 10:39:08	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 18/04/2024.
18/04/2024 - 10:39:23	Pregoeiro	Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda.: Solicito que anexe a proposta, o catálogo, o manual do equipamento, o registro da ANVISA e a documentação de atendimento das normas solicitadas no descritivo deste termo de referência para avaliação da Secretaria responsável, bem como do profissional da FSNH. Lembrando que: 5.2.Deve ter assistência técnica no Estado do Rio Grande do Sul, com técnicos ou engenheiros treinados pelo fabricante, devendo indicar os profissionais responsáveis pela manutenção do equipamento, com nome, e-mail e telefone, devendo obrigatoriamente anexar a declaração do fabricante, indicando a assistência técnica e da assistência técnica declarando que realmente conserta o equipamento em sua unidade ou na Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, para assistência técnica durante a garantia.
18/04/2024 - 14:10:32	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/04/2024 - 14:11:39	F. Nihon Kohden Brasil Importação, Expor	Documentação Item 0001: Estimada Comissão, boa tarde! Encaminhamos os documentos conforme solicitação disposta em sessão pública, havendo a necessidade de quaisquer outras informações, estaremos à disposição.
18/04/2024 - 14:49:53	Sistema	O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
18/04/2024 - 20:48:22	Sistema	O fornecedor MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/04/2024 - 14:19:26	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda..
19/04/2024 - 14:20:03	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/04/2024 às 09:30.
19/04/2024 - 14:23:55	Sistema	O fornecedor MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/04/2024 - 14:29:44	Sistema	O fornecedor Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
19/04/2024 - 17:00:14	Sistema	O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/04/2024 - 11:20:59	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
22/04/2024 - 11:20:59	Sistema	Intenção: A empresa MA Hospitalar tem interesse em manifestar a intenção de recurso, pois o modelo ofertado pelo concorrente não atende o Edital na íntegra. Dentro do prazo legal apresentaremos as devidas razões recursais de direito.
22/04/2024 - 11:20:59	Sistema	Justificativa: A empresa já foi desclassificada.
22/04/2024 - 11:21:25	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
22/04/2024 - 11:21:25	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso, pois as empresas acima colocadas não atendem as especificações do Edital e seus anexos.
22/04/2024 - 11:21:25	Sistema	Justificativa: A empresa já foi desclassificada.
22/04/2024 - 11:21:35	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2024 - 11:21:35	Sistema	Intenção: Bom dia! Declaro intenção de recurso, contra nossa desclassificação, e as empresas acima colocadas não atendem as especificações do Edital e seus anexos. Demonstraremos demais razões em nossa peça recursal. Obrigada.
22/04/2024 - 11:22:26	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
22/04/2024 - 11:22:26	Sistema	Intenção: Bom dia! Declaro intenção de recurso, contra nossa desclassificação, e as empresas acima colocadas não atendem as especificações do Edital e seus anexos. Demonstraremos demais razões em nossa peça recursal. Obrigada.
22/04/2024 - 11:22:26	Sistema	Justificativa: Já aceitamos uma intenção.
22/04/2024 - 11:24:34	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2024 - 11:24:34	Sistema	Intenção: A empresa MA Hospitalar tem interesse em manifestar a intenção de recurso, pois o modelo ofertado pelo concorrente não atende o Edital na íntegra. Dentro do prazo legal apresentaremos as devidas razões recursais de direito.
22/04/2024 - 11:24:42	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
22/04/2024 - 11:24:42	Sistema	Intenção: Declaramos intenção de recurso, pois as empresas acima colocadas não atendem as especificações do Edital e seus anexos.
22/04/2024 - 11:25:18	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 25/04/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 30/04/2024 às 18:00.
23/04/2024 - 09:57:14	Sistema	O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
25/04/2024 - 09:56:42	Sistema	O fornecedor MTB TECNOLOGIA LTDA - EPP - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.



25/04/2024 - 10:40:40	Sistema	O fornecedor Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
30/04/2024 - 14:32:45	Sistema	O fornecedor Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda. - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
30/04/2024 - 14:32:58	Sistema	O fornecedor Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda. - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
30/04/2024 - 14:33:10	Sistema	O fornecedor Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda. - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
31/05/2024 - 15:22:02	Sistema	Os recursos do item 0001 foram encaminhados para julgamento.
31/05/2024 - 15:22:17	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/06/2024 - 15:17:10	Sistema	O fornecedor Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda. foi rejeitado no processo.
04/06/2024 - 15:17:10	Sistema	Motivo: Conforme parecer técnico do engenheiro responsável pela análise e parecer jurídico.
04/06/2024 - 15:17:10	Sistema	O fornecedor Nihon Kohden Brasil Importação, Exportação E Com. De Equipamentos Médicos Ltda. foi rejeitado para o item 0001 pela autoridade competente.
04/06/2024 - 15:17:10	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Alfa Med Sistemas Médicos Ltda com lance de R\$ 44.900,0000.
04/06/2024 - 16:12:06	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 05/06/2024.
04/06/2024 - 16:12:06	Sistema	Motivo: Empresa Alfa Med Sistemas Médicos Ltda.: Solicito que anexe a proposta, o catálogo, o manual do equipamento, o registro da ANVISA e a documentação de atendimento das normas solicitadas no descritivo deste termo de referência para avaliação da Secretaria responsável, bem como do profissional da FSNH. Lembrando que: 5.2.Deve ter assistência técnica no Estado do Rio Grande do Sul, com técnicos ou engenheiros treinados pelo fabricante, devendo indicar os profissionais responsáveis pela manutenção do equipamento, com nome, e-mail e telefone, devendo obrigatoriamente anexar a declaração do fabricante, indicando a assistência técnica e da assistência técnica declarando que realmente conserta o equipamento em sua unidade ou na Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, para assistência técnica durante a garantia.
05/06/2024 - 08:50:53	F. Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Documentação Item 0001: Bom dia! poderia estender o prazo de envio até às 11:30hs?
05/06/2024 - 09:48:44	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/06/2024 - 09:58:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 06/06/2024.
06/06/2024 - 09:58:12	Sistema	Motivo: Segue solicitação de diligência do responsável técnico: " Tenho algumas dúvidas para tirar com a empresa. Os módulos intercambiáveis, poderei utilizar todos os recursos solicitados no edital juntos? Que são os 2 canais de pressão invasiva, análise de variação de pulso - Delta PP, SPO2, ECG, pressão não invasiva, capnografia, analisador de gases, 2 canais de temperatura. E nos itens de possibilidade futura se for adquirido irá funcionar junto com os módulos que virão no monitor? Que são Débito Cardíaco e BIS?
06/06/2024 - 13:33:54	F. Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	Documentação Item 0001: Boa Tarde! Segue resposta da diligência conforme solicitado via chat
06/06/2024 - 13:33:55	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/06/2024 - 09:46:15	Sistema	O fornecedor Alfa Med Sistemas Médicos Ltda foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
07/06/2024 - 09:46:15	Sistema	Motivo: Segue parecer técnico:Item 01 - A proposta da RAZÃO SOCIAL: ALFA MED SISTEMAS MÉDICOS LTDA. CNPJ:11.405.384/0001-49 não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor "Para uso em pacientes neonatais, pediátricos a adultos"e tivesse a seguinte opção "permite análise de segmento ST em todas as derivações", nos documentos enviado na proposta consta "Análise de ST na faixa para todas as derivações sem necessidade de central com visualização simultânea na tela;" mas não menciona em quais tipos de paciente funciona, já no manual baixado no site da ANVISA, consta a seguinte informação na página 127 "OBSERVAÇÃO: 1. A análise do segmento ST serve para uso apenas como pacientes adultos e não é validada clinicamente para uso como pacientes neonatais e pediátricos.", não atende ao edital.
07/06/2024 - 09:46:15	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli com lance de R\$ 46.800,0000.
07/06/2024 - 09:47:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 07/06/2024.
07/06/2024 - 09:47:38	Sistema	Motivo: Empresa Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli : Solicito que anexe a proposta, o catálogo, o manual do equipamento, o registro da ANVISA e a documentação de atendimento das normas solicitadas no descritivo deste termo de referência para avaliação da Secretaria responsável, bem como do profissional da FSNH. Lembrando que: 5.2.Deve ter assistência técnica no Estado do Rio Grande do Sul, com técnicos ou engenheiros treinados pelo fabricante, devendo indicar os profissionais responsáveis pela manutenção do equipamento, com nome, e-mail e telefone, devendo obrigatoriamente anexar a declaração do fabricante, indicando a assistência técnica e da assistência técnica declarando que realmente conserta o equipamento em sua unidade ou na Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, para assistência técnica durante a garantia.
07/06/2024 - 13:21:10	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/06/2024 - 14:21:41	Sistema	O fornecedor Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
10/06/2024 - 14:21:41	Sistema	Motivo: Segue parecer do responsável técnico: " tem 01 - A proposta da RAZÃO Cirúrgica São Felipe Produtos para Saúde LTDA. não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse "Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo", no manual do site da Anvisa tem somente a imagem abaixo do conector é redondo. Figura 1 - Manual Site da Anvisa. Figura 2 - Monitor K12 que temos Como mostra na foto acima retirada de um monitor K12 o conector não é retangular, não atende ao edital. Obs.: O parecer na íntegra será disponibilizado no portal, pois não foi possível anexar a imagem.
10/06/2024 - 14:21:41	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A com lance de R\$ 53.000,0000.
10/06/2024 - 14:22:39	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta_sobre_classificacao_e_desclassificacao_PE_36-2024_item_1_Vencedor_7assinado.pdf) em 10/06/2024 às 14:22.
10/06/2024 - 14:25:31	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 10/06/2024.



10/06/2024 - 14:25:31	Sistema	Motivo: Empresa LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A: Solicito que anexe a proposta, o catálogo, o manual do equipamento, o registro da ANVISA e a documentação de atendimento das normas solicitadas no descritivo deste termo de referência para avaliação da Secretaria responsável, bem como do profissional da FSNH. Lembrando que: 5.2.Deve ter assistência técnica no Estado do Rio Grande do Sul, com técnicos ou engenheiros treinados pelo fabricante, devendo indicar os profissionais responsáveis pela manutenção do equipamento, com nome, e-mail e telefone, devendo obrigatoriamente anexar a declaração do fabricante, indicando a assistência técnica e da assistência técnica declarando que realmente conserta o equipamento em sua unidade ou na Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, para assistência técnica durante a garantia.
10/06/2024 - 17:18:38	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2024 - 10:06:11	Sistema	O fornecedor LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
11/06/2024 - 10:06:11	Sistema	Motivo: Segue parecer do responsável técnico: " Item 01 - A proposta da RAZÃO SOCIAL LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES S.A. não atendeu ao edital, nos seguintes pontos: 1. Foi solicitado que o monitor tivesse "Conexão no equipamento de sensor ou cabo extensor de SPO2 deverá ser retangular ou similar, evitando a possibilidade de giro do mesmo ao inserir ou retirar o sensor/cabo", na proposta não informa e no manual do site da Anvisa na página 42 mostra que é redondo, não atende ao edital. 2. Foi solicitado que o monitor tivesse "Umidade de funcionamento de 20 a 90% sem condensação", nos documentos enviado não informa, no manual baixado do site da ANVISA na página 219 informa possuir de 15 a 85%, não atende ao edital."
11/06/2024 - 10:06:11	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda com lance de R\$ 53.162,0000.
11/06/2024 - 10:07:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 11/06/2024.
11/06/2024 - 10:07:14	Sistema	Motivo: Empresa Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda: Solicito que anexe a proposta, o catálogo, o manual do equipamento, o registro da ANVISA e a documentação de atendimento das normas solicitadas no descritivo deste termo de referência para avaliação da Secretaria responsável, bem como do profissional da FSNH. Lembrando que: 5.2.Deve ter assistência técnica no Estado do Rio Grande do Sul, com técnicos ou engenheiros treinados pelo fabricante, devendo indicar os profissionais responsáveis pela manutenção do equipamento, com nome, e-mail e telefone, devendo obrigatoriamente anexar a declaração do fabricante, indicando a assistência técnica e da assistência técnica declarando que realmente conserta o equipamento em sua unidade ou na Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo, para assistência técnica durante a garantia.
11/06/2024 - 10:49:05	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2024 - 15:24:35	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (Resposta_sobre_classificacao_e_desclassificacao_PE_36-2024_item_1_Vencedor_9_assinado.pdf) em 12/06/2024 às 15:24.
12/06/2024 - 15:26:16	Pregoeiro	Segue parecer técnico do responsável pela análise do Item 01 Item 01 - A proposta da MONTEIRO ANTUNES INSUMOS HOSPITALARES S/A. CNPJ: 04.078.043/0001-40 atendeu ao edital.
12/06/2024 - 15:26:43	Sistema	A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 12/06/2024 às 17:30.
12/06/2024 - 16:01:32	Sistema	O fornecedor Alfa Med Sistemas Médicos Ltda - Ltda/Eireli declarou intenção de recurso para o item 0001.
12/06/2024 - 17:36:17	Sistema	Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
12/06/2024 - 17:36:17	Sistema	Intenção: Boa tarde! nós da Alfa med manifestamos intenção de recurso contra nossa desclassificação porque estamos atendendo ao edital, solicitamos prazo para envio.
12/06/2024 - 17:37:22	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 18/06/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 21/06/2024 às 18:00.
12/06/2024 - 17:41:07	Sistema	O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo pregoeiro para 17/06/2024 às 18:00, com limite de contrarrazão para 20/06/2024 às 18:00.
17/06/2024 - 17:04:19	Sistema	O fornecedor Alfa Med Sistemas Médicos Ltda - Ltda/Eireli enviou recurso para o item 0001.
20/06/2024 - 11:17:08	Sistema	O fornecedor Monteiro Antunes Insumos Hospitalares Ltda - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o item 0001.
03/07/2024 - 16:41:31	Sistema	O fornecedor Alfa Med Sistemas Médicos Ltda foi reabilitado pela autoridade competente para o item 0001.
03/07/2024 - 16:41:31	Sistema	Motivo: Conforme parecer jurídico anexo.
03/07/2024 - 16:41:31	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante Alfa Med Sistemas Médicos Ltda com lance de R\$ 44.900,0000.
03/07/2024 - 16:43:02	Sistema	O Pregoeiro adicionou o arquivo (PARECER JURÍDICO PE 36.2024.pdf) em 03/07/2024 às 16:43.
03/07/2024 - 16:43:49	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Nei Luis Sarmiento.
03/07/2024 - 16:43:56	Sistema	O item 0001 foi homologado por Nei Luis Sarmiento.

Mudanças de Autoridade Competente

Nome	Alterado Em
Cassiano Vargas	03/06/2024 - 09:58:07
Fauston Gustavo Pereira Saraiva	14/06/2024 - 10:08:23

Mudanças de Equipe de Apoio

Nome	Alterado Em
Joice Dutra Gonçalves	03/06/2024 - 09:58:07
Joice Dutra Gonçalves	14/06/2024 - 10:08:23



Marcia Adriana Antunes Perin
Pregoeiro

Nei Luis Sarmiento
Autoridade Competente

Joice Dutra Gonçalves
Apoio

