



Item	Descrição	Marca	Aprov/Rej
1	Teste rápido de dengue - NS1 - Imunocromatográfico para detecção qualitativa do antígeno NS1 do vírus da dengue. Sensibilidade mínima de 92% e especificidade mínima de 95%, com registro na Anvisa. O teste deve ser disponibilizado em caixas com 20 ou 25 exames providos de todos os acessórios necessários para a realização do teste (dispositivo para teste, tubos capilares, frasco de solução tampão e instruções de uso). - O kit deverá conter 01 dispositivo de teste com: a) Os kits de testes entregues deverão conter manual com todas as informações sobre a instrução para a utilização dos mesmos em língua Portuguesa. b) A data de validade e o número do lote deverão estar impressos ou gravados em todas as unidades de apresentação do produto. c) Os testes deverão conter lacre ou selo de segurança; d) Deve ser garantida pela(s) empresa(s) vencedora(s) a entrega dos testes em condições de guarda e armazenamento que não permitam sua deterioração, bem-acondicionados, em embalagens lacradas e invioladas, com a identificação do conteúdo e sua respectiva quantidade. e) A instrução de uso do kit: deve ser apresentada em português do Brasil. Nela deverá constar: patógenos detectados, metodologia, sensibilidade, limites de detecção e quantificação, volume e tipo de amostra utilizada; f) Itens acessórios: todos os itens necessários para a execução do exame (insumos e acessórios), bem como sua forma de apresentação, condições de armazenamento e utilização.		
Observações: _____			

