

Assunto: Desclassificação itens 84, 85 e 86.

De: Ana Claudia Holleben Lesnik <almoxarifadosaude@ivoti.rs.gov.br>

Data: 30/09/2025, 10:55

Para: Licitacao Ivoti <licitacao@ivoti.rs.gov.br>

Bom dia

Verifiquei que as resinas flow da marca Maquira (itens nº84, 85 e 86) não atendem ao descritivo.

Descritivo edital:

Resina Flow : Composição: bário-alumínio silicato, dióxido de silício nanoparticulado , TEGDMA, Bis(EMA), Bis (GMA), canforquinona, iniciadores, conservadores e pigmentos. Teor de carga: 72%. Seringa de 2g.

Composição resina flow Maquira: *Monômeros metacrílicos (TEGDMA e BisGMA), fotoiniciadores, conservantes, pigmentos e carga inorgânica silanizada.*

A composição da marca Maquira não apresenta bário-alumínio silicato, Bis EMA, canforquinina e iniciadores, não atendendo portanto o descritivo.

Por esses motivos, tem parecer NEGATIVO.

Atenciosamente,

--

Ana Claudia H. Lesnik
Farmacêutica CRFRS 16180