TERMO DE REFERENCIA

1-OBJETO:

1.1.Constitui objeto do presente Termo de Referência o Registro de Preços para aquisição de mobiliário, equipamentos, materiais permanentes e materiais de consumo destinados à implantação e ao funcionamento do Centro Municipal de Fisioterapia do Município de Encantado/RS, com recursos de Emendas Impositivas da Câmara Municipal de Vereadores, de Portarias do Ministerio da Saude e próprios do Município, conforme especificações, quantitativos e condições estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

ITEM	QUANT	UNID	DESCRIÇÃO	VALOR REFERENCIA UNITARIO R$	VALOR REFERENCIA TOTAL RS
1.	5	UNID	**MACA DIVÃ BAIXA TIPO TABLADO**, PROJETADA ESPECIFICAMENTE PARA REABILITAÇÃO NEUROLÓGICA E ORTOPÉDICA (CONCEITO BOBATH/FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL). ESTRUTURA DE ALTA ROBUSTEZ CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM MADEIRA MACIÇA DE REFLORESTAMENTO (EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DE DENSIDADE SUPERIOR), TRATADA CONTRA PRAGAS E COM ACABAMENTO EM VERNIZ ACETINADO DE ALTA RESISTÊNCIA. ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE: ESTOFAMENTO: ESPUMA PRÉ-CORTADA DE ALTA RESILIÊNCIA, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 5 CM E DENSIDADE REAL D33 (PARA SUPORTAR PRESSÕES DE TERAPIAS MANUAIS SEM DEFORMAR).REVESTIMENTO: TECIDO SINTÉTICO NÁUTICO OU COURVIN HOSPITALAR DE PADRÃO PREMIUM, IMPERMEÁVEL, COM COSTURA DUPLA REFORÇADA, RESISTENTE À ASSEPSIA CONSTANTE COM ÁLCOOL 70%. DIMENSÕES MÍNIMAS: 180 CM X 130 CM X 51 CM (C X L X A) PARA PERMITIR O POSICIONAMENTO SIMULTÂNEO DO TERAPEUTA E DO PACIENTE.CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA: MÍNIMO DE 300 KG.	1.295,33	6.476,65
2.	10	UNID	**MACA FIXA PARA EXAMES E TERAPIAS CORPORAIS DE FISIOTERAPIA**, COM CABECEIRA RETA E ORIFÍCIO FACIAL ANATÔMICO PARA POSICIONAMENTO EM PRONAÇÃO (ACOMPANHADA DE PLUG/TAMPA DE FECHAMENTO REMOVÍVEL). ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM MADEIRA MACIÇA DE ALTA DENSIDADE COM TRAVESSAS DE REFORÇO ESTRUTURAL QUE ELIMINEM COMPLETAMENTE RANGIDOS E BALANÇOS LATERAIS DURANTE AS MANOBRAS. ESPECIFICAÇÕES DE QUALIDADE: DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 1,90 M DE COMPRIMENTO, 80 CM DE LARGURA E 80 CM DE ALTURA FIXA. LEITO: ESPUMA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 3 CM A 5 CM E DENSIDADE MÍNIMA D28. CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTE MÍNIMO DE PESO DE 200 KG OPERACIONAIS.	1.102,00	11.020,00
3.	5	UNID	**MACA PORTATIL DOBRÁVEL**, DESTINADA AO ATENDIMENTO EM FISIOTERAPIA, EXAMES CLÍNICOS, ATENDIMENTOS DOMICILIARES E DEMAIS PROCEDIMENTOS DE SAÚDE, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS:ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO DE ALTA RESISTÊNCIA, MADEIRATRATADA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE IGUAL OU SUPERIOR QUALIDADE; SISTEMA DOBRÁVEL TIPO MALETA, PERMITINDO FÁCIL TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO; LEITO ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO D28), REVESTIDO EM COURVIN, MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL OU SIMILAR, RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,80 M; LARGURA MÍNIMA DE 60 CM; ALTURA FIXA OU REGULÁVEL ENTRE 60 CM E 85 CM; CAPACIDADE MÍNIMA DE CARGA ESTÁTICA DE 180 KG; PESO MÁXIMO DA MACA DE 18 KG; POSSUIR APOIO DE CABEÇA REMOVÍVEL OU REGULÁVEL; POSSUIR ORIFÍCIO FACIAL COM TAMPA REMOVÍVEL OU SISTEMA EQUIVALENTE PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE EM POSIÇÃO PRONA; DISPOR DE TRAVAS DE SEGURANÇA QUE GARANTAM ESTABILIDADE DURANTE A UTILIZAÇÃO; POSSUIR ALÇAS PARA TRANSPORTE E, QUANDO APLICÁVEL, BOLSA/CAPA PARA ACONDICIONAMENTO; PÉS COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES; MATERIAL RESISTENTE À LIMPEZA E DESINFECÇÃO COM PRODUTOS HOSPITALARES; COR A DEFINIR PELA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO; DIMENSÕES APROXIMADAS: ABERTA: 1,80 M X 0,60 M A 0,65 M X 0,75 M (C X L X A); FECHADA:APROXIMADAMENTE 0,90 M X 0,60 M A 0,70 M X 0,15 M A 0,20 M	1.479,36	7.396,80

4.	**10**	**UNID**	**BANCO MOCHO ERGONÔMICO GIRATÓRIO** COM ENCOSTO ANATÔMICO, PADRÃO CLÍNICO/HOSPITALAR. ASSENTO REDONDO COM DIÂMETRO MÍNIMO DE 35 CM, ESTRUTURADO EM ESPUMA INJETADA MOLDADA DE ALTA DENSIDADE (MÍNIMO D45) E REVESTIDO EM MATERIAL SINTÉTICO IMPERMEÁVEL (TIPO COURVIN NÁUTICO) SEM COSTURAS APARENTES, RESISTENTE À ASSEPSIA HOSPITALAR COM ÁLCOOL 70%.SISTEMA DE REGULAGEM DE ALTURA PNEUMÁTICO POR PISTÃO A GÁS (MÍNIMO CLASSE 3) COM ACIONAMENTO POR ALAVANCA LATERAL. BASE FORMATO ESTRELA DE 5 PONTAS CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA EPÓXI, AÇO CROMADO OU NYLON COM REFORÇO DE FIBRA DE VIDRO, DOTADA DE 5 RODÍZIOS DUPLOS COM REVESTIMENTO EM POLIURETANO OU SILICONE (ANTI-RISCO E SILENCIOSOS).CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 135 KG. PADRÃO DE REFERÊNCIA: ARKTUS, AUDREY, CARCI OU EQUIVALENTE TÉCNICO.	**423,00**	**4.230,00**
5.	**2**	**UNID**	**ESCADA DE CANTO** MODELO COM RAMPA PARA REABILITAÇÃO - MATERIAL: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ DE ALTA RESISTÊNCIA; - DEGRAUS EM MADEIRA DE ALTA RESISTÊNCIA OU MDF NAVAL, REVESTIDOS COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE; -PONTEIRAS OU SAPATAS ANTIDERRAPANTES; - ESTRUTURA REFORÇADA PARA SUPORTAR CARGA ≥ 120 KG; - OUTRAS CARACTERÍSTICAS: CONFIGURAÇÃO EM "L" (CANTO), PERMITINDO TREINO DE MUDANÇA DE DIREÇÃO; - QUANTIDADE MÍNIMA DE 03 (TRÊS) DEGRAUS EM CADA LADO; -CORRIMÃOS BILATERAIS COM REGULAGEM DE ALTURA; -SISTEMA DE REGULAGEM COM TRAVAMENTO SEGURO	**2.763,33**	**5.526,66**
6.	**3**	**UNID**	**CADEIRA PORTÁTIL RETRÁTIL QUICK MASSAGE SHIATSU** -AÇO CARBONO E COURVIN PRETO A CADEIRAPORTÁTIL RETRÁTIL QUICK MASSAGE SHIATSU. FABRICADA EMAÇO CARBONO, DIMENSÕES: 100 CM DE COMPRIMENTOX 54 CM DE LARGURA X 30CM DE ALTURA, ETC	**1.119,30**	**3.357,90**
7.	**10**	**KIT**	**SUPORTE DE PAREDE** COMPOSTO POR 03 UNIDADES DE PARA FIXAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE BOLAS INFLÁVEIS. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO 1020 E NYLON, COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA. FABRICAÇÃO COM CORTE A LASER LIVRE DE REBARBAS. DIMENSÕES UNITÁRIAS APROXIMADAS: 71,4 X 46,6 X 8,7 CM (CXLXA) E PESO DE 1,20 KG. COMPATÍVEL COM BOLAS E FORMATO FEIJÃO DE 45 CM A 95 CM DE DIÂMETRO	**64,53**	**645,30**
8.	**2**	**UNID**	**SUPORTE PARA ANILHAS**. CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO E/OU FERRO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR PRETO, COM SOLDA MIG, ESTRUTURA REFORÇADA. MODELO DE NO MÍNIMO 6 PINOS COMPATÍVEL COM ANILHAS OLÍMPICAS (40 MM).COMPATÍVEL PARA ANILHAS DE ATÉ 25 KG. SUPORTA NO MÍNIMO 300 KG. COMPRIMENTO DE NO MÍNIMO 35 CM, LARGURA DE NO MÍNIMO 35 CM E ALTURA DE NO MÍNIMO 1 METRO	**575,19**	**1.150,38**
9.	**2**	**UNID**	**SUPORTE PARA HALTERES** · DESCRIÇÃO TÉCNICA: · ESTRUTURA EM FERRO METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA; REVESTIMENTO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, GARANTINDO DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO; · FORMATO TIPO TORRE, PROJETADO PARA ARMAZENAGEM ORGANIZADA DE HALTERES; · DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 CM (COMPRIMENTO) X 40 CM (LARGURA); · BASE ESTÁVEL, EVITANDO TOMBAMENTO DURANTE O USO; · CAPACIDADE PARA SUPORTAR MÚLTIPLOS HALTERES DE DIFERENTES PESOS, PROPORCIONANDO FÁCIL ACESSO E SEGURANÇA; · PRODUTO DURÁVEL, RESISTENTE AO USO FREQUENTE EM ACADEMIAS, CENTROS DE TREINAMENTO OU UNIDADES DE REABILITAÇÃO FÍSICA; · FACILITA A ORGANIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS, REDUZINDO RISCOS DE ACIDENTES E PRESERVANDO A VIDA ÚTIL DOS HALTERES.	**508,75**	**1.017,50**

10.	**20**	**UNID**	**MESA CARRINHO AUXILIAR COM GAVETAS** - COMPOSTA POR: ESTRUTURA DE MADEIRA MDF, 2 GAVETAS EM MDF, SISTEMA DE RODÍZIOS, SUPORTE PARA APARELHOS DE FISIOTERAPIA. DIMENSÕES E PESOS APROXIMADOS: 0,50M X 0,40M X 0,77M (C X L X A).PESO: 20,0KG	**583,55**	**11.671,00**
11.	**100**	**UNID**	**PLACA DE TATAME PARA AMORTECIMENTO DE IMPACTOS**, PROTEÇÃO E REVESTIMENTO DE PISOS ESPORTIVOS, INDICADA PARA A PRÁTICA DE ARTES MARCIAIS, ATIVIDADES FUNCIONAIS E ÁREAS INFANTIS, COM TECNOLOGIA DE ENCAIXE DE ALTA PRECISÃO E DUPLA FACE COLORIDA.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM EVA (ETIL VINIL ACETATO) DE ALTA DENSIDADE, MEDINDO 1,00 METRO DE COMPRIMENTO POR 1,00 METRO DE LARGURA (1 M² POR PLACA).ESPESSURA: 30 MM DE ESPESSURA REAL, COM TOLERÂNCIA MÁXIMA DE VARIAÇÃO DE ±1 MM.DENSIDADE: MÍNIMA DE 100 KG/M3, GARANTINDO EXCELENTE MEMÓRIA ELÁSTICA (RETORNO AO FORMATO ORIGINAL APÓS IMPACTO) E ABSORÇÃO DE CHOQUES.ACABAMENTO: CONFIGURAÇÃO BICOLOR (DUPLA FACE COM CORES DISTINTAS, EX: AZUL/VERMELHO OU PRETO/CINZA), PERMITINDO A INVERSÃO DAS PLACAS E A CRIAÇÃO DE LAYOUTS VARIADOS.ERGONOMIA E SEGURANÇA: SUPERFÍCIE COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE GRAVADA DIRETAMENTE NO MATERIAL (SILICADA), QUE PREVINE ESCORREGÕES E EVITA QUEIMADURAS NA PELE POR ATRITO.MECÂNICA: SISTEMA DE ENCAIXE LATERAL NO FORMATO "DENTE DE ENGRENAGEM" (TIPO QUEBRA-CABEÇA) CORTADO A LASER, GARANTINDO JUNÇÃO FIRME, ESTÁVEL E SEM FRESTAS ENTRE AS PLACAS.HIGIENE: MATERIAL 100% ATÓXICO, IMPERMEÁVEL (NÃO ABSORVE ÁGUA OU SUOR), LAVÁVEL E COM PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS E ANTIÁCARO.ACESSÓRIOS: CADA PLACA DEVE ACOMPANHAR, NO MÍNIMO, 02 (DUAS) BORDAS DE ACABAMENTO LINEAR PARA O FECHAMENTO PERFEITO DO PERÍMETRO MONTADO.	**122,69**	**12.269,00**
12.	**5**	**UNID**	**ESPALDAR FIXO VERTICAL (BARRA DE LING) PARA CINESIOTERAPIA**, MECANOTERAPIA, CORREÇÃO POSTURAL E REABILITAÇÃO FÍSICA. EQUIPAMENTO ESTRUTURAL DE ALTA RESISTÊNCIA E ESTABILIDADE DINÂMICA, PROJETADO PARA SUPORTAR EXERCÍCIOS INTENSIFICADOS DE ALONGAMENTO E FORTALECIMENTO COM ACESSÓRIOS ACOPLADOS (COMO ELÁSTICOS E FAIXAS). CONFECCIONADO INTEGRALMENTE EM MADEIRA MACIÇA COM TRATAMENTO DE PROTEÇÃO SUPERFICIAL POR PELÍCULA SELADORA/VERNIZ, ELIMINANDO A POROSIDADE NATURAL DO MATERIAL, ISOLANDO-O CONTRA UMIDADE E FACILITANDO OS PROCESSOS OBRIGATÓRIOS DE ASSEPSIA. ESTRUTURA LATERAL E BASTÕES HORIZONTAIS FABRICADOS EM MADEIRA NATURAL MACIÇA DE EUCALIPTO DE ALTA DENSIDADE (PADRÃO DE REFLORESTAMENTO), TRATADA CONTRA PRAGAS (CUPINS E BROCAS). *FICA VEDADO O USO DE MDF, MDP, AGLOMERADOS OU MADEIRAS MOLES DE BAIXA RESISTÊNCIA (COMO PINUS)* DIMENSÕES NOMINAIS MÍNIMAS: 235 CM A 240 CM DE ALTURA, 90 CM A 95 CM DE LARGURA E 45 CM A 50 CM DE COMPRIMENTO/PROFUNDIDADE MÁXIMA MONTADO ELEMENTOS HORIZONTAIS: COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 11 (ONZE) BARRAS/BASTÕES CIRCULARES PARALELOS INTEGRADOS À ESTRUTURA MÉTRICAS DOS BASTÕES: ESPESSURA/DIÂMETRO DE CADA BASTÃO DE APROXIMADAMENTE 3,2 CM, COM DISTÂNCIA ENTRE EIXOS DOS BASTÕES DE CERCA DE 19 CM DISTANCIAMENTO DA PAREDE: RECUO LIVRE ENTRE A PAREDE DE FIXAÇÃO E A FACE TRASEIRA DOS BASTÕES DE NO MÍNIMO 13,5 CM (ESSENCIAL PARA LIVRE ENCAIXE DAS MÃOS E PÉS DO PACIENTE DURANTE OS EXERCÍCIOS). SEGURANÇA E CAPACIDADE DE CARGA: SUPORTE ESTÁTICO E DINÂMICO COMPROVADO PARA PESO REAL DE NO MÍNIMO 140 KG FIXAÇÃO: PROJETO DESENVOLVIDO PARA ANCORAGEM VERTICAL RÍGIDA EM PAREDE DE ALVENARIA, DEVENDO ACOMPANHAR OBRIGATORIAMENTE TODOS OS SUPORTES METÁLICOS REFORÇADOS E O KIT DE PARAFUSOS/BUCHAS DE FIXAÇÃO DE ALTA ANCORAGEM. O ITEM DEVE POSSUIR NOTIFICAÇÃO OU REGISTRO ATIVO NA ANVISA	**732,28**	**3.661,40**
13.	**2**	**UNID**	**BARRA PARALELA PARA TREINO DE MARCHA E REABILITAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA** - MATERIAL: ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ OU AÇO INOXIDÁVEL, BARRAS SUPERIORES PARALELAS EM AÇO COM ACABAMENTO LISO E RESISTENTE, BASE COM PLATAFORMA EM MADEIRA REVESTIDA COM MATERIAL ANTIDERRAPANTE OU BASE METÁLICA COM PISO EMBORRACHADO, SAPATAS ANTIDERRAPANTES OU SISTEMA DE FIXAÇÃO AO PISO; - DIMENSÕES: 2 (DOIS) METROS DE COMPRIMENTO; FAIXA DE REGULAGEM APROXIMADA DE ALTURA: 70 CM A 105 CM (OU SUPERIOR); - OUTRAS CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE TRAVAMENTO SEGURO PARA FIXAÇÃO DA ALTURA, ESTRUTURA REFORÇADA PARA SUPORTAR CARGA COMPATÍVELCOM USO ADULTO, REGULAGEM DE ALTURA COM SISTEMA DE AJUSTE TELESCÓPICO.	**1.999,66**	**3.999,32**

14.	**4**	**UNID**	**SIMETRÓGRAFO**:SIMETRÓGRAFOPORTÁTIL ESSENCIAL PARA FISIOTERAPEUTAS; DIMENSÕES DE 220X100CM; MATRIZ QUADRICULADA COM QUADRADOS DE 10CM CADA;FABRICADO EM ALUMÍNIO; NÚMEROS NA PARTE SUPERIOR E LETRAS NA LATERAL	**1.033,77**	**4.135,08**
15.	**5**	**UNID**	**SUPORTE PARA BOLA FEIJÃO BOBATH** SUPORTE DE PAREDE PARA BOLA SUIÇA (PILATES)- REFORÇADO. SUPORTE CONSTRUIDO EM TUBO DE 16MM DE DIAMETRO. TAMANHO:60CM(COMPRIMENTO)X38CM(LARGURA)X9CM(ALTURA). TIPO DE PINTURA:EPOXI-PÓ-BRANCO. FIXAÇÃO: ACOMPANHA BUCHAS E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO.	**65,00**	**325,00**
16.	**20**	**UNID**	**ÓLEO ESSENCIAL**, TIPO:MELALEUCA, ORIGEM:DE MELALEUCA ALTERNIFOLIA, CONCENTRAÇÃO:PURO-ÓLEO ESSENCIAL DE MELALEUCA (TEA TREE) 10ML-20ML, MATERIAL PARA PRÁTICAS INTEGRATIVAS (AROMATERAPIA)	**28,58**	**571,60**
17.	**5**	**UNID**	**ÓLEO ESSENCIAL** DE LAVANDA-ÓLEO ESSENCIAL DE LAVANDA 100ML , MATERIAL PARA PRÁTICAS INTEGRATIVAS (AROMATERAPIA)	**66,33**	**331,65**
18.	**60**	**UNID**	**ÓLEO ESSENCIAL PARA MASSAGEM NEUTRO**, SEM FRAGRÂNCIA, PARABENOS E CORANTES, 1L. REFERÊNCIA: RAAVI OU SIMILAR. - ÓLEO ESSENCIAL PARA MASSAGEM NEUTRO, SEM FRAGRÂNCIA, PARABENOS E CORANTES, 1L. REFERÊNCIA: RAAVI OU SIMILAR	**84,00**	**5.040,00**
19.	**20**	**UNID**	**ÓLEO ESSENCIAL**, TIPO:EUCALIPTO, ORIGEM:DE EUCALYPTUS GLOBULUS, CONCENTRAÇÃO:PURO-ÓLEO ESSENCIAL DE HORTELÃ-PIMENTA 10ML-20ML, MATERIAL PARA PRÁTICAS INTEGRATIVAS (AROMATERAPIA)	**23,05**	**461,00**
20.	**10**	**UNID**	**DIFUSOR AROMATZADOR/UMIDIFICADOR DE AMBIENETE**, ELETRICO 110/220V PARA USO COM OLEOS ESSENCIAIS (100-500ML)-PARA USO NAS PRATICAS INTEGRATIVSAS.	**62,07**	**620,70**
21.	**50**	**PCT**	**SEMENTE DE MOSTARDA OU VACCARIA PARA AURICULOTERAPIA** - CARTELA COM 60 SEMENTES-SEMENTES DE MOSTARDA OU VACCARIA PARA AURICULOTERAPIA - CARTELA COM 60 SEMENTES NO MINIMO-VALIDADE MÍNIMA 12 MESES	**9,83**	**491,50**
22.	**20**	**UNID**	**APALPADOR ANGULADO OU LOCALIZADOR AURUCULAR** COM PONTEIRA METÁLICA 10-15CM PARA AURICULOTERAPIA-MATERIAL PARA PRATICAS INTEGRATIVAS.	**63,00**	**1.260,00**
23.	**20**	**UNID**	**PLACA PARA AURICULOTERAPIA** - DO TIPO PLACA PARA SEMENTESDE AURICULOTERAPIA PEQUENA	**53,33**	**1.066,60**
24.	**50**	**CX**	**AGULHA ACUPUNTURA** 0,25MMX 40MM-AGULHAS DESCARTÁVEIS PARA ACUPUNTURA 0,25 X 40 MM CAIXA C/100 UNIDADES – VALIDADE MÍNIMA 24 MESES COM REGISTRO NA ANVISA	**128,96**	**6.448,00**
25.	**50**	**CX**	**AGULHA PARA ACUPUNTURA** 0,25X30MM-AGULHAS DESCARTÁVEIS PARA ACUPUNTURA 0,25 X 30 MM CAIXA C/100 CVALIDADE MÍNIMA 24 MESES COM REGISTRO NA ANVISA	**177,95**	**8.897,50**
26.	**40**	**UNID**	**CREME PARA MASSAGEM NEUTRO** PARA PACIENTES ALÉRGICOS, 1KG - CREME PARA MASSAGEM NEUTRO PARA PACIENTES ALÉRGICOS, 1KG. SEM PARABENOS, PETROLATOS, CORANTES E FRAGRÂNCIA.	**79,53**	**3.181,20**
27.	**50**	**UNID**	**GEL CONDUTOR** INCOLOR EMBALAGEM 5KG, PARA ULTRASSOM, FES, TENS	**30,75**	**1.537,50**
28.	**150**	**UNID**	**BANDAGEM ELÁSTICA FUNCIONAL E NEUROMUSCULAR** (TIPO *TAPING*), DESENVOLVIDA PARA SUPORTE MUSCULAR E ARTICULAR, REDUÇÃO DE DORES, MELHORA DA CIRCULAÇÃO LINFÁTICA E PROPRIOCEPÇÃO. CONFECCIONADA EM TECIDO DE ALTA QUALIDADE COM ELASTICIDADE SEMELHANTE À DA PELE HUMANA, PERMITINDO TOTAL LIBERDADE DE MOVIMENTO SEM RESTRINGIR A AMPLITUDE ARTICULAR. DEVE POSSUIR ADESIVO DE NÍVEL MÉDICO, ATIVADO PELO CALOR DO CORPO (FRICÇÃO), LIVRE DE LÁTEX PARA MITIGAR RISCOS DE REAÇÕES ALÉRGICAS, E COM PADRÃO DE APLICAÇÃO EM ONDAS PARA FAVORECER A RESPIRABILIDADE CUTÂNEA. O PRODUTO DEVE SER RESISTENTE À ÁGUA, PERMITINDO A MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DURANTE O BANHO OU ATIVIDADES AQUÁTICAS POR MÚLTIPLOS DIAS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO DO TECIDO: MÍNIMO DE 95% DE ALGODÃO E ATÉ 5% DE ELASTANO (SPANDEX) PARA GARANTIR A TENSÃO ELÁSTICA CORRETA. ADESIVO: ADESIVO ACRÍLICO HIPOALERGÊNICO, LIVRE DE LÁTEX (*LATEX-FREE*) E SEM PRINCÍPIOS ATIVOS MEDICAMENTOSOS. DIMENSÕES DO ROLO: LARGURA PADRÃO DE 5,0 CM E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 5,0 METROS. CAPACIDADE DE ELASTICIDADE (ESTIRAMENTO): FAIXA DE ESTIRAMENTO LONGITUDINAL ENTRE 130% E 140% DE SEU COMPRIMENTO ORIGINAL. TEMPO DE FIXAÇÃO: ADESÃO PROLONGADA NA PELE COM DURABILIDADE MÍNIMA RECOMENDADA DE 3 A 5 DIAS SEM DESCOLAMENTO PRECOCE DAS BORDAS. CORES: OPÇÕES DE CORES VARIADAS (BEGE/NUDE, AZUL, PRETO, ROSA) A SEREM ESPECIFICADAS NO MOMENTO DO PEDIDO. REGISTRO SANITÁRIO: OBRIGATORIEDADE DE APRESENTAÇÃO DE REGISTRO OU CADASTRO ATIVO NA ANVISA	**26,24**	**3.936,00**

29.	**80**	**PCT**	**ELETRODO ADESIVO** 5X5 PARA TRATAMENTO DE ELETROESTIMULAÇÃO TENS/FES, PLUG 2MM PADRÃO BRASIL, HIDROGEL ADESIVO E BORRACHA. CONECTOR PADRÃO 2.0 (2 MM) PLUG BANANA, EM FORMATO QUADRADO	**9,25**	**740,00**
30.	**60**	**PCT**	**ELETRODO AUTOADESIVO PARA ELETROTERAPIA** - DIMENSÕES: 5X9 CM; - OUTRAS CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM COM 4 UNIDADES, REUTILIZÁVEL, GEL CONDUTIVO AUTOADESIVO, COMPATÍVEL COM PINO BANANA 2 MM, LIVRE DE LÁTEX	**30,31**	**1.818,60**
31.	**50**	**PCT**	**ELETRODO AUTOADESIVO DESCARTAVEL** – PCT COM 50 UN	**11,08**	**554,00**
32.	**30**	**UNID**	**BOLA CRAVO**, **REABILITAÇÃO E ESTÍMULO SENSORIAL**, CONFECCIONADA EM MATERIAL EMBORRACHADO (BORRACHA OU POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA), MACIÇA OU INFLÁVEL DE ALTA DENSIDADE, COM SUPERFÍCIE TOTALMENTE REVESTIDA POR CRAVOS/PROJEÇÕES COM PONTAS ARREDONDADAS E NÃO CORTANTES. O PRODUTO DEVE SER INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL, AUTOMASSAGEM, REFLEXOLOGIA, ESTIMULAÇÃO TÁTIL E ATIVAÇÃO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: MATERIAL: BORRACHA DE ALTA RESISTÊNCIA OU PVC RÍGIDO/EMBORRACHADO, ATÓXICO E LAVÁVEL. DIÂMETRO APROXIMADO: ENTRE 6,0 CM E 7,0 CM. PESO APROXIMADO: MÍNIMO DE 30 GRAMAS. ACABAMENTO: CRAVOS ARREDONDADOS INTEGRADOS À ESTRUTURA DA BOLA (SEM REBARBAS). COR: SORTIDA/VARIADA (CONFORME DISPONIBILIDADE DO FABRICANTE).	**22,76**	**682,80**
33.	**20**	**UNID**	**BOLA SUÍÇA PARA PILATES INFLÁVEL GRANDE** 75 CM BOLA SUÍÇA PARA PILATES INFLÁVEL GRANDE 75 CM - COM BOMBA ANTI-BURST - ANTI ESTOURO E ANTIDESLIZANTE, ACOMPANHA BOMBA PARA INSUFLAR. SUPORTA ATÉ 300K. ESPECIFICAÇÕES: MODELO: INFLÁVEL ANTI-BURST - COR: AZUL. TAMANHO: 75 CM. COMPOSTA POR: PVC. ACOMPANHA 01 BOMBA PARA QUE ELA SEJA INFLADA E 01 PINO. MÍNIMO DE PESO SUPORTÁVEL 300 KG.	**63,94**	**1.278,80**
34.	**20**	**UNID**	**BOLA PARA EXERCÍCIOS (TIPO PILATES)**- BOLA INFLÁVEL DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS, REABILITAÇÃO FUNCIONAL, ALONGAMENTOS, FORTALECIMENTO MUSCULAR, TREINO DE EQUILÍBRIO E PROPRIOCEPÇÃO EM AMBIENTE CLÍNICO E AMBULATORIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL EMBORRACHADO, PVC OU MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SISTEMA ANTIESTOURO (ANTI-BURST) OU TECNOLOGIA QUE PERMITA ESVAZIAMENTO GRADUAL EM CASO DE PERFURAÇÃO. SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE OU TEXTURIZADA PARA MAIOR SEGURANÇA DURANTE O USO. SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 150 KG. DIÂMETRO VARIÁVEL CONFORME NECESSIDADE TERAPÊUTICA 65 CM. ACOMPANHA SISTEMA PARA ENCHIMENTO (BOMBA MANUAL OU COMPATÍVEL).PRODUTO LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	**61,94**	**1.238,80**
35.	**30**	**UNID**	**BOLA OVERBALL** 25CM DIÃ¢METRO: 25 CM :: PESO MAXIMO SUPORTADO: 90 KG :COMPOSICAO: ESPUMA DE PVC MALEAVEL.BOLA OVERBALL 25CM DIÃ¢METRO: 25 CM :: PESO MAXIMO SUPORTADO: 90 KG :: COMPOSICAO: ESPUMA DE PVC MALEAVEL.	**17,66**	**529,80**
36.	**20**	**UNID**	**BOLA PARA EXERCÍCIOS (TIPO PILATES)**- BOLA INFLÁVEL DESTINADA À REALIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS, REABILITAÇÃO FUNCIONAL, ALONGAMENTOS, FORTALECIMENTO MUSCULAR, TREINO DE EQUILÍBRIO E PROPRIOCEPÇÃO EM AMBIENTE CLÍNICO E AMBULATORIAL. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: CONFECCIONADA EM MATERIAL EMBORRACHADO, PVC OU MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. SISTEMA ANTIESTOURO (ANTI-BURST) OU TECNOLOGIA QUE PERMITA ESVAZIAMENTO GRADUAL EM CASO DE PERFURAÇÃO. SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE OU TEXTURIZADA PARA MAIOR SEGURANÇA DURANTE O USO. SUPORTAR PESO MÍNIMO DE 150 KG. DIÂMETRO VARIÁVEL CONFORME NECESSIDADE TERAPÊUTICA 55 CM. ACOMPANHA SISTEMA PARA ENCHIMENTO (BOMBA MANUAL OU COMPATÍVEL).PRODUTO LAVÁVEL E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.	**49,70**	**994,00**
37.	**10**	**UNID**	**BOLA FEIJÃO PARA FISIOTERAPIA E EXERCÍCIOS. MATERIAL**: CONFECCIONADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) DE ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 90 CM DE COMPRIMENTO POR 45 CM DE DIÂMETRO.CAPACIDADE DE PESO: SUPORTAR CARGA ESTÁTICA DE ATÉ 250 KG. SEGURANÇA: DEVE POSSUIR SISTEMA ANTIESTOURO (CASO SEJA PERFURADA, A BOLA ESVAZIA-SE LENTAMENTE, EVITANDO ACIDENTES). SUPERFÍCIE: MATERIAL ANTIDERRAPANTE. ACESSÓRIOS: O PRODUTO DEVE ACOMPANHAR BOMBA DE AR PARA INFLAR	**79,98**	**799,80**

38.	**12**	**KIT**	**KIT COM 3 BOLAS TONIFICADORAS** TAMANHOS: 12CM DE DIÂMETRO, 13CM DE DIÂMETRO E 14CM DE DIÂMETRO. MATERIAL DE REVESTIMENTO: PVC. MATERIAL DE PREENCHIMENTO: AREIA. PESO: 1KG , 2KG E 3KG. ITENS INCLUSOS: 01 BOLA TONIFICADORA 1KG, 01 BOLA TONIFICADORA 2KG E 01 BOLA TONIFICADORAL 3KG.	**117,30**	**1.407,60**
39.	**30**	**UNID**	**BOLA, TIPO CRESPA**, APLICAÇÃO: EXERCÍCIO FORTALECIMENTO MUSCULAR EMASSAGEM, TAMANHO: P, DIÂMETRO: 6 CM	**5,29**	**158,79**
40.	**50**	**UNID**	**BOLAS DE BORRACHA P/ MASSAGEM** - BOLA TERAPEUTICA EM BORRACHA SUPER MACIA E ATOXICA, SUPERFICIE COM PROTUBERANCIA ARREDONDADA UTILIZADA PARA MASSAGEM, MEDINDO 28,00CM DE DIAMETRO	**11,28**	**564,00**
41.	**50**	**UNID**	**STEP AJUSTÁVEL**- PLATAFORMA ERGONÔMICA E MODULAR DE POLÍMERO OU PVC DE ALTA DENSIDADE, PROJETADA PARA SIMULAR O MOVIMENTO DE ESCADAS. ELE POSSUI UM SISTEMA DE ELEVAÇÃO EM BLOCOS QUE PERMITE VARIAR A ALTURA (GERALMENTE ENTRE 10 CM E 25 CM), AUMENTANDO A AMPLITUDE E A INTENSIDADE DOS EXERCÍCIOS. DIMENSÕES E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:PLATAFORMA BASE: COMPRIMENTO MÉDIO DE 70 CM A 100 CM E LARGURA DE 30 CM A 40 CM. AJUSTES DE ALTURA: ESTRUTURA MODULAR ESCALONADA, NORMALMENTE EM TRÊS NÍVEIS (EX: 15 CM, 20 CM E 25 CM) OU (10 CM, 15 CM E 20 CM). SUPERFÍCIE: ANTIDERRAPANTE, TEXTURIZADA OU EMBORRACHADA PARA GARANTIR ADERÊNCIA DURANTE OS SALTOS E MOVIMENTOS LATERAIS. PESO SUPORTADO: PROJETADO PARA AGUENTAR CARGAS DE IMPACTO E PESO CORPORAL, SUPORTANDO ENTRE 120 KG E 200 KG (CONFORME A MARCA E O MATERIAL).BASE INFERIOR: PÉS EMBORRACHADOS PARA EVITAR DESLIZAMENTOS NO PISO DURANTE A EXECUÇÃO DOS EXERCÍCIOS.	**468,17**	**23.408,50**
42.	**5**	**UNID**	**CAIXA DE SALTO CROSSFIT**. (MEDIDAS OFICIAIS CROSSFIT) 75 CM X 60 CM X 50 CM COM REFORÇOS INTERNOS A CAIXA CROSSFIT DE 30" FABRICADA EM COMPENSADO RESISTENTE A UMIDADE, COM REFORÇO INTERNO NO MEIO, ALÉM DE TODOS OS LADOS DA BOX COLADOS E PARAFUSADOS, COM TOPO EMBORRACHADO ESTRUTURA COM REFORÇOS INTERNOS ESTRUTURAIS, SISTEMA DE ENCAIXE TIPO MACHO/FÊMEA OU SIMILAR. BORDAS ARREDONDADAS OU CHANFRADAS. ACABAMENTO LIXADO, COM SUPERFÍCIE LISA E LIVRE DE FARPAS. PARAFUSOS EMBUTIDOS OU PROTEGIDOS. PRODUTO ENTREGUE MONTADO OU COM KIT DE MONTAGEM E MANUAL.	**477,49**	**2.387,45**
43.	**5**	**PAR**	**PAR DE ANILHAS** DE 10 KG, CONFECCIONADAS EM FERRO FUNDIDO DE ALTA RESISTÊNCIA, REVESTIDAS EM BORRACHA VIRGEM OU PVC DE ALTA DURABILIDADE, DESTINADAS AO TREINAMENTO DE FORÇA, REABILITAÇÃO FÍSICA E FISIOTERAPIA. CADA ANILHA DEVERÁ POSSUIR PESO NOMINAL DE 10 KG, TOTALIZANDO 20 KG POR PAR, COM GRAVAÇÃO PERMANENTE DO PESO, FORMATO CIRCULAR, ACABAMENTO COM BORDAS ARREDONDADAS, SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE A IMPACTOS. DEVEM POSSUIR PEGADAS LATERAIS ANATÔMICAS PARA FACILITAR O MANUSEIO E ORIFÍCIO CENTRAL COMPATÍVEL COM BARRAS DE 30 A 32 MM DE DIÂMETRO (OU PADRÃO ADOTADO PELO ÓRGÃO), PROPORCIONANDO ENCAIXE SEGURO. PRODUTO RESISTENTE À UMIDADE, OXIDAÇÃO E DESGASTE MECÂNICO,	**178,15**	**890,75**
44.	**5**	**KIT**	**KIT ANILHAS EMBORRACHADAS** - PRODUZIDA EM FERRO FUNDIDO, POSSUI ALÇA PARA PEGADA, AS PEÇAS SÃO EMBORRACHADAS COM PVC PLASTISOL DE ALTA RESISTÊNCIA, COM 4 UNID DE CADA PESO DE 1KG, 2KG, 3KG, 4KG E 5KG.	**986,66**	**4.933,30**
45.	**5**	**PAR**	**ANILHA DE PESO CONVENCIONAL PARA TREINAMENTO DE FORÇA, MUSCULAÇÃO E CONDICIONAMENTO FÍSICO**, COM DESIGN VAZADO PARA FACILITAR O MANUSEIO E REVESTIMENTO PROTETOR CONTRA OXIDAÇÃO.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:PESO NOMINAL: 20 KG POR UNIDADE, COM CALIBRAÇÃO PRECISA E BAIXA MARGEM DE TOLERÂNCIA DE PESO.MATERIAL DE FABRICAÇÃO: CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM FERRO FUNDIDO CINZENTO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO ALTA DENSIDADE, RIGIDEZ E MÁXIMA DURABILIDADE ESTRUTURAL CONTRA QUEBRAS E IMPACTOS.GEOMETRIA (DESIGN): MODELO VAZADO, EQUIPADO COM ALÇAS LATERAIS (FURAÇÕES INTEGRADAS NA PRÓPRIA PEÇA) QUE PERMITEM UMA PEGADA ANATÔMICA, SEGURA E FIRME PARA O TRANSPORTE, ALÉM DE POSSIBILITAR A UTILIZAÇÃO DA ANILHA DE FORMA ISOLADA EM EXERCÍCIOS MANUAIS.COMPATIBILIDADE: FURAÇÃO OU FURO CENTRAL COM DIÂMETRO NOMINAL DE 31 MM, PERFEITAMENTE COMPATÍVEL COM BARRAS E HALTERES MACIÇOS CONVENCIONAIS DO PADRÃO DE MERCADO (PADRÃO STANDARD DE 1 POLEGADA A 30 MM).ACABAMENTO: PINTURA INTEGRAL PROTETIVA NA COR PRETA, COM PROPRIEDADES DE RESISTÊNCIA CONTRA OXIDAÇÃO,FERRUGEM, ATRITO E DESCASCAMENTO PRECOCE	**414,68**	**2.073,40**

46.	**5**	**UNID**	**BARRA PARA ANILHAS** ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: · CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA; · ACABAMENTO COM TRATAMENTO ZINCADO EM TONALIDADE PRATEADA, GARANTINDO MAIOR DURABILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO; · TAMANHOS DISPONÍVEIS: O BARRA DE 120 CM DE COMPRIMENTO, PESO APROXIMADO DE 1,1 KG, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 50 KG; O BARRA DE 40 CM DE COMPRIMENTO, PESO APROXIMADO DE 400 G, COM CAPACIDADE DE CARGA DE ATÉ 40 KG; · DIÂMETRO DO TUBO: 28,5 MM (APROXIMADAMENTE 1.1/8"), COMPATÍVEL COM ANILHAS PADRÃO; · PONTAS COM TAMPAS EM PLÁSTICO INJETADO, PROPORCIONANDO MELHOR ACABAMENTO E SEGURANÇA; · PRODUTO LEVE E RESISTENTE, ADEQUADO PARA EXERCÍCIOS FÍSICOS DE BAIXO A MÉDIO IMPACTO, ESPECIALMENTE PARA INICIANTES; · DEVE ATENDER ÀS NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS DE SEGURANÇA E QUALIDADE	**171,17**	**855,85**
47.	**2**	**KIT**	**KIT PROFISSIONAL DE PESOS LIVRES** COMPOSTO POR 10 PARES DE HALTERES SEXTAVADOS COM PESOS PROGRESSIVOS DE 1 KG A 10 KG, ACOMPANHADO DE SUPORTE VERTICAL ESTRUTURADO (MODELO TORRE RS-10), IDEAL PARA OTIMIZAÇÃO DE ESPAÇO, ORGANIZAÇÃO E SEGURANÇA EM SALAS DE TREINAMENTO DE FORÇA E CONDICIONAMENTO FÍSICO.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS:COMPOSIÇÃO DO KIT DE HALTERES: FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) PARES DE HALTERES SEXTAVADOS, TOTALIZANDO 20 UNIDADES, DISTRIBUÍDOS ESTRITAMENTE NA SEGUINTE PROGRESSÃO DE CARGA NOMINAL:O01 PAR DE 1 KG | 01 PAR DE 2 KG | 01 PAR DE 3 KG | 01 PAR DE 4 KG | 01 PAR DE 5 KGO01 PAR DE 6 KG | 01 PAR DE 7 KG | 01 PAR DE 8 KG | 01 PAR DE 9 KG | 01 PAR DE 10 KG ESTRUTURA E MATERIAL DOS HALTERES: FABRICADOS INTEGRALMENTE EM AÇO CARBONO MACIÇO COM TRATAMENTO DE GALVANIZAÇÃO (ZINCAGEM), CONFERINDO EXCELENTE BARREIRA DE PROTEÇÃO CONTRA SUOR, UMIDADE, OXIDAÇÃO E DESCASCAMENTO.GEOMETRIA DOS HALTERES: CABEÇAS COM DESIGN SEXTAVADO (SEIS LADOS PLANOS), PROJETADAS ESPECIFICAMENTE PARA IMPEDIR QUE O HALTER ROLE NO CHÃO QUANDO APOIADO, GARANTINDO ESTABILIDADE E PERMITINDO A EXECUÇÃO DE EXERCÍCIOS COM APOIO NO SOLO (COMO FLEXÕES).ERGONOMIA DA BARRA: MANOPLA CENTRAL (PEGADA) COM FORMATO ANATÔMICO E ACABAMENTO COM RECARTILHO DE PRECISÃO, ASSEGURANDO ADERÊNCIA FIRME (GRIP SEGURO) E ANTIDERRAPANTE PARA O USUÁRIO.SUPORTE VERTICAL (TORRE RS-10):OESTRUTURA: CONSTRUÍDO EM TUBOS E CHAPAS DE AÇO CARBONO DE ALTA ESPESSURA E RIGIDEZ, COM DESENHO VERTICAL EM FORMATO DE TORRE DUPLA FACE, PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA COMPORTAR EXATAMENTE OS 10 PARES ORDENADOS.OACABAMENTO DO SUPORTE: PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) DE ALTA RESISTÊNCIA CONTRA IMPACTOS E ARRANHÕES.OPROTEÇÃO E MECÂNICA: BERÇOS DE ENCAIXE DOS HALTERES EQUIPADOS COM PROTETORES/APOIOS PLÁSTICOS, EM NYLON OU BORRACHA INJETADA, EVITANDO O CONTATO DIRETO DE METAL COM METAL PARA PROTEGER O ACABAMENTO DOS HALTERES E REDUZIR RUÍDOS NO MANUSEIO. BASE COM SAPATAS EMBORRACHADAS PARA ESTABILIDADE E PROTEÇÃO DO PISO.	**1.563,33**	**3.126,66**
48.	**100**	**UNID**	**TAPETE PILATES** - POSSUIR SUPERFICIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, MATERIAL RESISTENTE, LAVAVEL, DURAVEL, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 CM E ALCA PARA TRANSPORTE. MATERIAL: BORRACHA NBR MEDIDA MINIMA (CXL): 180 X 60 CMTAPETE PILATES - POSSUIR SUPERFICIE TEXTURIZADA E ANTIDERRAPANTE, MATERIAL RESISTENTE, LAVAVEL, DURAVEL, COM ESPESSURA MINIMA DE 1,2 CM E ALCA PARA TRANSPORTE. MATERIAL: BORRACHA NBR MEDIDA MINIMA (CXL): 180 X 60 CM	**101,64**	**10.164,00**
49	**100**	**UNID**	**BASTÃO PVC FISIOTERAPIA** 1,5M	**63,99**	**6.399,00**

50.	**10**	**KIT**	**KIT COMPLETO DE ACESSÓRIOS PARA TREINAMENTO FUNCIONAL, CIRCUITOS DE AGILIDADE, PLIOMETRIA**, GANHO DE COORDENAÇÃO MOTORA E CONDICIONAMENTO FÍSICO, COMPOSTO POR BARREIRAS AJUSTÁVEIS, PRATOS DEMARCATÓRIOS, ARGOLAS, ESCADA DE AGILIDADE E BOLSA PARA TRANSPORTE.ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS DOS COMPONENTES:01) CONES COM BARREIRAS AJUSTÁVEIS (10 CONES 05 BARREIRAS):OCONES (10 UNIDADES): CONFECCIONADOS EM PLÁSTICO RÍGIDO SEMIFLEXÍVEL (POLIPROPILENO OU POLIETILENO), RESISTENTES A PISADAS E IMPACTOS SEM QUEBRAR. DEVEM POSSUIR FURAÇÕES EM DIFERENTES ALTURAS PARA O ENCAIXE TRANSVERSAL DAS BARREIRAS, PERMITINDO A REGULAGEM DE ALTURA DO OBSTÁCULO.OBARREIRAS/BASTÕES (05 UNIDADES): HASTES CILÍNDRICAS PLÁSTICAS DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA FORMAÇÃO DAS BARREIRAS DE SALTO, PERFEITAMENTE COMPATÍVEIS COM AS FURAÇÕES DOS CONES.02) PRATOS DEMARCATÓRIOS/CHAPÉU CHINÊS (10 UNIDADES):OFABRICADOS EM PLÁSTICO POLIETILENO MALEÁVEL DE ALTA FLEXIBILIDADE (PROPRIEDADE ANTI-QUEBRA, QUE RETORNA AO FORMATO ORIGINAL CASO SEJA PISADO). CORES DE ALTA VISIBILIDADE (EX: AMARELO, LARANJA OU AZUL).03) ARGOLAS DE AGILIDADE (08 UNIDADES COM BOLSA):OARGOLAS PLÁSTICAS CIRCULARES COM DIÂMETRO APROXIMADO ENTRE 35 CM E 40 CM, FABRICADAS EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTOS. ACOMPANHA BOLSA OU TIRA DE FIXAÇÃO PRÓPRIA PARA O TRANSPORTE E ORGANIZAÇÃO DAS 8 UNIDADES.04) ESCADA DE AGILIDADE (01 UNIDADE DE 5 METROS):OCOMPRIMENTO TOTAL ESTENDIDO DE 5,00 METROS. ESTRUTURA COMPOSTA POR FITAS LATERAIS DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA E DEGRAUS (FITAS OU RÉGUAS PLÁSTICAS INJETADAS DE ALTA DURABILIDADE). DEVE PERMITIR O AJUSTE DE DISTÂNCIA ENTRE OS DEGRAUS E POSSUIR TRAVAS OU PONTEIRAS NAS EXTREMIDADES.REQUISITOS GERAIS DO KIT:MATERIAL E SEGURANÇA: TODOS OS PLÁSTICOS E TECIDOS DEVEM SER ATÓXICOS, PROTEGIDOS CONTRA RAIOS UV (PERMITINDO USO EM AMBIENTES EXTERNOS E EXPOSTOS AO SOL) E LIVRES DE ARESTAS CORTANTES.TRANSPORTE: O KIT DEVE ACOMPANHAR SACOLA/BOLSA PRINCIPAL EM NYLON OU TECIDO TELADO REFORÇADO COM ALÇA, COM CAPACIDADE PARA ACONDICIONAR E TRANSPORTAR DE FORMA ORGANIZADA TODOS OS ITENS DESCRITOS.	**199,18**	**1.991,80**
51.	**10**	**KIT**	**KIT DE BARREIRAS DE AGILIDADE PARA TREINO DE MARCHA, REABILITAÇÃO PROPRIOCEPTIVA E COORDENAÇÃO MOTORA**, INDICADO PARA USO CLÍNICO INTERNO OU ATIVIDADES COLETIVAS EXTERNAS. COMPOSTO POR CONES DEMARCATÓRIOS INJETADOS EM POLIETILENO RÍGIDO DE ALTA DENSIDADE COM ADITIVO CONTRA RAIOS UV (ANTI-DESBOTAMENTO), ALTURA MÍNIMA DE 50 CM, BASE QUADRADA ESTÁVEL DE NO MÍNIMO 25 CM X 25 CM, CONTENDO MÚLTIPLAS FURAÇÕES VAZADAS DISPOSTAS PERPENDICULARMENTE EM DIFERENTES NÍVEIS DE ALTURA PARA TRANSPASSES DE BARRAS. ACOMPANHA BASTÕES/HASTES CILÍNDRICAS EM PVC RÍGIDO DE ALTO IMPACTO COM COMPRIMENTO MÍNIMO DE 100 CM A 120 CM E DIÂMETRO COMPATÍVEL COM AS FURAÇÕES DOS CONES PARA ENCAIXE FIRME E SEM FOLGAS ESTRUTURAIS. COMPOSIÇÃO DO KIT: COMPOSTO OBRIGATORIAMENTE POR 10 (DEZ) CONES FURADOS DE 50 CM E 05 (CINCO) BASTÕES CILÍNDRICOS, TODOS DA MESMA MARCA E FABRICANTE PARA GARANTIA DE PERFEITA COMPATIBILIDADE DE ENCAIXE, PADRÃO DIMENSIONAL E COR UNIFORME.	**50,67**	**506,70**
52.	**20**	**UNID**	**EXERCITADOR DE DEDO DE 6 NÍVEIS** 6 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA FABRICADO EM SILICONE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS · DISPOSITIVO PARA FORTALECIMENTO E REABILITAÇÃO DOS DEDOS E MÃOS; · CONTÉM 6 NÍVEIS DE RESISTÊNCIA, PERMITINDO PROGRESSÃO GRADUAL DOS EXERCÍCIOS; · CONFECCIONADO EM SILICONE DE ALTA RESISTÊNCIA, DURÁVEL E CONFORTÁVEL AO TOQUE; DESIGN ERGONÔMICO, ADEQUADO PARA USO INDIVIDUAL EM FISIOTERAPIA, REABILITAÇÃO, ACADEMIAS E ATIVIDADES DE FORTALECIMENTO MUSCULAR; LEVE E PORTÁTIL, PODENDO SER UTILIZADO EM DIFERENTES AMBIENTES; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO; INDICADO PARA PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULARES, ARTICULARES E DE MOBILIDADE DAS MÃOS E DEDOS.	**32,99**	**659,80**
53.	**5**	**UNID**	**APARELHO EXERCITADOR E FORTALECEDOR PARA MÚSCULOS DAS MÃOS, DEDOS E ANTEBRAÇO**, INDICADO PARA TERAPIA OCUPACIONAL E REABILITAÇÃO CINESIOTERAPÊUTICA. ESTRUTURA ANATÔMICA EM PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO COM BASE EMBORRACHADA ANTIDERRAPANTE. SISTEMA DE PROPULSÃO COMPOSTO POR BOTÕES INDIVIDUAIS COM MOLAS INDEPENDENTES EM AÇO INOX, PERMITINDO O EXERCÍCIO ISOLADO DE CADA DEDO OU DA MÃO COMO UM TODO. RESISTÊNCIA CONSTANTE DURANTE TODO O CURSO DO MOVIMENTO MECÂNICO. MATERIAL IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL HOSPITALAR 70%.	**57,15**	**285,75**

54.	**50**	**KIT**	**KIT FAIXA ELASTICAKIT FAIXA ELASTICA** - 3 INTENSIDADES - KIT FAIXAS ELASTICAS, TIPO THERABAND. COM 03 FAIXAS, INTENSIDADES: LEVE (EX: COR AMARELA), MEDIA (EX: COR VERMELHA), FORTE (EX: COR VERDE). DIMENSOES DE CADA FAIXA: COMPRIMENTO: 150 CM (1,5 METROS); LARGURA: APROXIMADAMENTE 12 A 15 CM. MATERIAL: LATEX NATURAL OU MATERIAL SINTETICO DE ALTA ELASTICIDADE, DURAVEL, ATOXICO, HIPOALERGENICO E SEM ODOR FORTE. ACABAMENTO: SUPERFICIE LISA, UNIFORME, COM BORDAS ARREDONDADAS OU REFILE LIMPO, SEM EMENDAS OU REBARBAS. IDENTIFICACAO: CADA FAIXA DEVE APRESENTAR DIFERENCIACAO VISUAL CLARA (POR COR OU MARCACAO) PARA IDENTIFICACAO DA RESISTENCIA. RESISTENCIA A TRACAO: MATERIAL COM CAPACIDADE DE RETORNAR A FORMA ORIGINAL APOS USO CONTINUO, SEM DEFORMACOES PERMANENTES. INDICADAS PARA ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA, REABILITACAO, CONDICIONAMENTO FISICO E FORTALECIMENTO MUSCULAR. EMBALAGEM INDIVIDUAL DO KIT, DEVIDAMENTE LACRADA, COM IDENTIFICACAO DAS RESISTENCIAS E PROTECAO CONTRA UMIDADE E SUJEIRA	**78,45**	**3.922,50**
55.	**20**	**UNID**	**TIRA DE NYLON PARA ALONGAMENTO** - FAIXA DE ALONGAMENTO CONFECCIONADA EM TECIDO DE NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, SEM ELASTICIDADE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 190 CM. POSSUIR MÚLTIPLOS PONTOS DE ENCAIXE PARA PÉS OU MÃOS.	**52,95**	**1.059,00**
56.	**20**	**KIT**	**KIT DE TORNOZELEIRAS DE PESO (CANELEIRAS) PARA FORTALECIMENTO MUSCULAR PROFISSIONAL**. COMPOSTO POR 05 PARES DE TORNOZELEIRAS DE PESO NAS SEGUINTES CARGAS: 01 PAR DE 1 KG, 01 PAR DE 2 KG, 01 PAR DE 3 KG, 01 PAR DE 4 KG E 01 PAR DE 5 KG (TOTALIZANDO 10 UNIDADES DE CANELEIRAS). CONFECCIONADAS EXTERNAMENTE EM MATERIAL SINTÉTICO EMBORRACHADO (COURVIN) DE BAIXA POROSIDADE E ALTA RESISTÊNCIA AO ATRITO, TOTALMENTE IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. ESTRUTURA INTERNA COM COSTURAS REFORÇADAS EM LINHA DE NYLON DE ALTA DENSIDADE E FECHAMENTO PERIMETRAL ANTI-VAZAMENTO. ENCHIMENTO INTERNO ENSACADO E SELADO INDIVIDUALMENTE EM FORMATO ANATÔMICO. SISTEMA DE FIXAÇÃO E FECHAMENTO AJUSTÁVEL POR MEIO DE FITAS AUTOCOLANTES (VELCRO) DE ALTA ADERÊNCIA COM COSTURA DUPLA. INDICADA PARA USO INTENSIVO EM REABILITAÇÃO FÍSICA	**290,02**	**5.800,40**
57.	**10**	**UNID**	**DISCO INFLÁVEL PROPRIOCEPTIVO PARA TREINO DE EQUILÍBRIO, COORDENAÇÃO MOTORA E REABILITAÇÃO CINESIOTERAPÊUTICA**. CONFECCIONADO EM MATERIAL POLIMÉRICO DE ALTA DENSIDADE (LÁTEX OU PVC AUTOMOTIVO DE ALTA RESISTÊNCIA), COM ESPESSURA REFORÇADA E SISTEMA ANTI-ESTOURO (ANTI-BURST). DIÂMETRO MÍNIMO DE 33 CM E MÁXIMO DE 35 CM. SUPERFÍCIE DE DUPLA FACE: SENDO UMA DAS FACES COM TEXTURA ANTIDERRAPANTE E A OUTRA FACE COM CRAVOS/RELEVOS DE ESTIMULAÇÃO SENSORIAL (SISTEMA TÁTIL-PROPRIOCEPTIVO). CAPACIDADE DE CARGA ESTÁTICA DE, NO MÍNIMO, 120 KG. VÁLVULA DE AR BLINDADA COM PINO DE SEGURANÇA REMOVÍVEL QUE PERMITA INFLAR E DESINFLAR PARA AJUSTE PROGRESSIVO DA INSTABILIDADE. MATERIAL 100% IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL, RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL HOSPITALAR. ACOMPANHA BICO OU BOMBA MANUAL DE INFLAGEM PARA CALIBRAÇÃO	**55,46**	**554,60**
58.	**20**	**UNID**	**MINI CAMA ELÁSTICA PARA A PRÁTICA DE JUMP**, EXERCÍCIOS AERÓBICOS, REABILITAÇÃO PROPRIOCEPTIVA E ATIVIDADES COLETIVAS DE SAÚDE EM AMBIENTE INTERNO OU EXTERNO. ESTRUTURA CIRCULAR ROBUSTA CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO 1020 COM DIÂMETRO EXTERNO APROXIMADO DE 96 CM A 98 CM. TRATAMENTO ANTICORROSIVO REFORÇADO POR FOSFATIZAÇÃO E REVESTIMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA À INTEMPÉRIE. SISTEMA DE PROPULSÃO COMPOSTO POR, NO MÍNIMO, 30 A 32 MOLAS HELICOIDAIS EM AÇO ZINCADO/GALVANIZADO DE ALTA TRAÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO. TELA DE SALTO CENTRAL SUPER RESISTENTE (PADRÃO SANET 2000 FIOS OU SUPERIOR), COM ACABAMENTO DE SEGURANÇA CONTENDO MÚLTIPLAS COSTURAS REFORÇADAS EM LINHA DE NYLON DE ALTA DENSIDADE. SUSTENTAÇÃO EM 06 PÉS FIXOS EM TUBOS DE AÇO, PROVIDOS DE SAPATAS/PONTEIRAS CÔNICAS DE BORRACHA VULCANIZADA MACIÇA ANTIDERRAPANTE, DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA PARA USO EM SUPERFÍCIES ÁSPERAS OU PISOS EXTERNOS. CAPACIDADE DE CARGA PARA SUPORTAR USUÁRIOS DE ATÉ 150 KG.	**392,33**	**7.846,60**

59.	**10**	**UNID**	**MEIA BOLA BOSU** 61 CM COM ALÇA - MODELO: BOSU BALANCE TRAINER ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS EQUIPAMENTO INDICADO PARA EXERCÍCIOS DE EQUILÍBRIO, FORTALECIMENTO MUSCULAR, REABILITAÇÃO E TREINAMENTO FUNCIONAL; SISTEMA ANTIESTOURO, GARANTINDO SEGURANÇA DURANTE O USO; CAPACIDADE MÁXIMA DE PESO SUPORTADO: 260 KG; DIMENSÕES APROXIMADAS: O DIÂMETRO: 55 CM O ALTURA: 28 CM CONFECCIONADA EM LÁTEX ESPECIAL DE 3,0 MM, RESISTENTE A IMPACTOS E DURÁVEL; INCLUI ALÇA PARA TRANSPORTE, FACILITANDO O MANUSEIO E ARMAZENAMENTO; SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE, PROPORCIONANDO SEGURANÇA E ESTABILIDADE DURANTE OS EXERCÍCIOS; PRODUTO RESISTENTE AO USO CONTÍNUO, FÁCIL DE HIGIENIZAR E ADEQUADO PARA ACADEMIAS, CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E PROGRAMAS DE TREINAMENTO FUNCIONAL.	**291,52**	**2.915,20**
60.	**2**	**UNID**	**ESTEIRA ERGOMÉTRICA** PROFISSIONAL COM ESTRUTURA EM AÇO CARBONO E PINTURA ELETROSTÁTICA, CARENAGEM EM ABS, INDICADA PARA USO INTENSIVO. MOTORIZAÇÃO: CORRENTE ALTERNADA (AC) COM NO MÍNIMO 3.0 HP *PEAK POWER*. VELOCIDADE E INCLINAÇÃO: FAIXA DE 1,2 A 20 KM/H E INCLINAÇÃO ELETRÔNICA DE 0% A 15%.ÁREA DE CORRIDA E CARGA: LONA COM DIMENSÕES MÍNIMAS DE 157 X 54 CM, COM SISTEMA AUTOCENTRANTE E CAPACIDADE PARA USUÁRIOS DE ATÉ 185 KG. AMORTECIMENTO: SISTEMA INTEGRADO DE ABSORÇÃO DE IMPACTO (*SHOCK ABSORBER SYSTEM*). PAINEL E MONITORAMENTO: DISPLAY LCD 7" COM FEEDBACK EM TEMPO REAL (TEMPO, VELOCIDADE, DISTÂNCIA, INCLINAÇÃO, BATIMENTOS CARDÍACOS). INCLUI SENSORES DE BATIMENTO TIPO *GRIP PULSE* INCLINAÇÃO, BLUETOOTH PARA APPS E ENTRADA USB PARA CARGA. SEGURANÇA E ERGONOMIA: BOTÃO DE EMERGÊNCIA, ESTRIBOS ANTIDERRAPANTES E PEGA-MÃOS ANATÔMICOS. ESTRUTURA: RODAS PARA TRANSPORTE E E RECEPTOR PARA TELEMETRIA. PROGRAMAS E RECURSOS: MÍNIMO DE 59 PROGRAMAS PREDEFINIDOS, TECLAS DE ATALHO DE VELOCIDADE E ESTRUTURA COMPACTA (APROX. 202 X 87 X 157 CM). ALIMENTAÇÃO: 220V.	**12.417,66**	**24.835,32**
61.	**2**	**UNID**	**BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL ELETROMAGNÉTICO**. DESCRIÇÃO: A BICICLETA ERGOMÉTRICA HORIZONTAL TEM QUE APRESENTAR ENCOSTO AMPLO PARA GARANTIR MAIOR ESTABILIDADE PARA A COLUNA E SEGURANÇA PARA OS PACIENTES COM LESÕES, MOBILIDADE REDUZIDA, IDOSOS, GRÁVIDAS E PACIENTES COM SEQUELAS MOTORAS. APRESENTAR SISTEMA ELETROMAGNÉTICO, PARA PROPORCIONAR O TREINO MAIS SILENCIOSO E POTENTE PARA OS PACIENTES. APRESENTAR ASSENTO ERGONÔMICO MACIO, PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTE E OPÇÃO DE APOIO DE MÃO AO LADO DO ASSENTO. APRESENTAR ASSENTO AJUSTÁVEL COM AMPLA REGULAGEM HORIZONTAL DO ASSENTO DE FORMA FÁCIL E PRÁTICA. APRESENTAR CARENAGEM DE FÁCIL REMOÇÃO PARA MAIOR AGILIDADE NAS MANUTENÇÕES. INFORMAÇÕES TÉCNICAS -VOLTAGEM: BIVOLT ATRAVÉS DA TECNOLOGIA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO; -INDICAÇÃO: PROFISSIONAL; -PAINEL: APRESENTAR INFORMAÇÕES DE RPM, TEMPO, VELOCIDADE, DISTANCIA, TEMPERATURA, PULSO E QUEIMA CALÓRICA. COM DISPLAY LCD DE 7 POLEGADAS COLORIDO; -ESTRUTURA: AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; - MONITORAMENTO CARDÍACO: HAND GRIP; -PEDAIS: ANTIDERRAPANTES E AUTO - BALANCEADOS COM ALÇA DE SEGURANÇA PARA MAIOR CONFIANÇA EM TREINOS AVANÇADOS;-PEGA MÃOS: MACIOS PARA MAIOR CONFORTO DO PACIENTES; CAPACIDADE DE USO: 150 KG; - QUANTIDADES DE PROGRAMAS: 16 – 60 PROGRAMAS MANUAL, PRÉ DEFINIDOS E PROGRAMAS DE FREQUÊNCIA CARDÍACA; -REGULAGEM: ASSENTO AMPLA REGULAGEM HORIZONTAL, POSSUIR MICROREGULAGENS PARA AJUSTAR O ASSENTO DE FORMA FÁCIL E PRÁTICA, COM MARCADORES NUMÉRICOS QUE PERMITEM QUE O ASSENTO SEJA COLOCADO NA POSIÇÃO IDEAL PARA CADA PACIENTE RAPIDAMENTE; -SISTEMA REGULAGEM: ELETROMAGNÉTICO; - SISTEMA RESISTÊNCIA; ELETROMAGNÉTICO; -TIPO DE TREINO: CARDIO; - CARENAGENS: EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE E CONSOLE EM ABS DE ALTA RESISTÊNCIA; -ENTREGA: PRODUTO ENTREGUE E MONTADO. - REGISTRO NA ANVISA	**6.206,40**	**12.412,80**

62.	**2**	**UNID**	**BICICLETA ERGOMÉTRICA ESTACIONÁRIA PROFISSIONAL, PRÓPRIA PARA A PRÁTICA DE CICLISMO INDOOR E TREINAMENTO CARDIOVASCULAR** (TIPO *SPINNING*). EQUIPAMENTO DE ALTA PERFORMANCE BIOMECÂNICA, PROJETADO PARA SUPORTAR USO CONTÍNUO DE ALTA INTENSIDADE EM ROTINAS DE REABILITAÇÃO FÍSICA, FISIOTERAPIA DESPORTIVA E CONDICIONAMENTO FÍSICO NA UBS. ESTRUTURA DE SOLO COM ALTA ESTABILIDADE DINÂMICA, CONSTRUÍDA EM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ. DEVE POSSUIR MÚLTIPLOS PONTOS DE REGULAGEM ANATÔMICA PARA ADAPTAÇÃO SEGURA DE PACIENTES COM DIFERENTES ESTATURAS SISTEMA DE TRANSMISSÃO: POR CORREIA DE ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADO PARA PROPORCIONAR UM CICLO DE PEDALADA SUAVE, FLUIDO E DE OPERAÇÃO TOTALMENTE SILENCIOSA RODA DE INÉRCIA (FLYWHEEL): CONFECCIONADA EM AÇO OU FERRO FUNDIDO COM PESO REAL DE, NO MÍNIMO, 10 KG A 13 KG, GARANTINDO A ESTABILIDADE DO MOVIMENTO E O NÍVEL DE CARGA FISIOLÓGICA NECESSÁRIO REGULAGEM DE CARGA/INTENSIDADE: SISTEMA MECÂNICO POR FRICÇÃO COM BOTÃO SELETOR MANUAL MICROAJUSTÁVEL DE FÁCIL ACESSO, DOTADO OBRIGATORIAMENTE DE FUNÇÃO DE FRENAGEM DE EMERGÊNCIA (*SISTEMA STOP*) POR PRESSÃO MECÂNICA IMEDIATA. AJUSTES DE ERGONOMIA: GUIDÃO: REVESTIDO EM MATERIAL EMBORRACHADO/ANTIDERRAPANTE (VULCANIZADO OU PVC DE ALTA DENSIDADE), COM MÚLTIPLAS OPÇÕES DE PEGADA E REGULAGEM DE ALTURA VERTICAL. ASSENTO (SELIM): FORMATO ANATÔMICO E ESTOFADO, CONTENDO SISTEMA DE DUPLA REGULAGEM: AJUSTE VERTICAL (ALTURA) E AJUSTE HORIZONTAL (DISTÂNCIA), COM TRAVAS FIRMES POR MANÍPULOS PAINEL ELETRÔNICO (MONITOR): DISPLAY DIGITAL MULTIFUNÇÕES ALIMENTADO POR PILHAS/BATERIAS, COM LEITURA SIMULTÂNEA OU ALTERNADA (*SCAN*) DE TEMPO DE TREINO, VELOCIDADE INSTANTÂNEA, DISTÂNCIA PERCORRIDA E ESTIMATIVA DE CALORIAS GASTAS. PEDAIS: CONFECCIONADOS EM ALUMÍNIO OU MATERIAL METÁLICO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E DOTADOS DE ALÇAS/FIRMA-PÉ AJUSTÁVEIS PARA TRAVAMENTO SEGURO DO CALÇADO DO PACIENTE. CAPACIDADE DE PESO SUPORTADO: ESTRUTURA ROBUSTA DIMENSIONADA PARA SUPORTAR A CARGA DE USUÁRIOS DE NO MÍNIMO 120 KG A 150 KG DE PESO REAL	**4.008,73**	**8.017,46**
63.	**20**	**UNID**	**BICICLETA ARO 29** COM 21 MARCHAS, FREIO A DISCO, TAMANHO DO QUADRO 17 E 19 – ESPECIFICAÇÕES: COR: BRANCO OU PRETO OU CINZA, TIPO DE FREIO DIANTEIRO: DISCO MECÂNICO, TIPO DE FREIO TRASEIRO: DISCO MECÂNICO, QUANTIDADE DE VELOCIDADES: 21, CÂMBIOS DIANTEIROS: ALAVANCA DE CÂMBIO: RAPID FIRE, TAMANHO DO QUADRO: 17" E 19", MATERIAIS DO QUADRO DA BICICLETA: ALUMÍNIO, ARO: 29, TIPO DE BICICLETA: MOUNTAIN BIKE, PESO MÁXIMO SUPORTADO: 150 KG, TIPOS DE SUSPENSÃO: DIANTEIRA, MATERIAL DO ARO: ALUMÍNIO, TIPO DE ARO: PAREDE DUPLA, TIPO DE GUIADOR: RETO, PESO: 15 KG.	**1.063,33**	**21.266,60**
64.	**10**	**KIT**	**KIT DE VENTOSATERAPIA 17 COPOS** - KIT COM 17 COPOS DE VENTOSA EM TAMANHOS VARIADOS, ACOMPANHADO DE 1 PISTOLA APLICADORA DE SUCÇÃO MANUAL. MATERIAL DOS COPOS: POLICARBONATO (MATERIAL MAIS RESISTENTE A IMPACTO/QUEBRA QUE O ACRÍLICO USADO NOS KITS MENORES DE 6/10 COPOS) — VANTAGEM RELEVANTE PARA USO INSTITUCIONAL COM MANUSEIO FREQUENTE POR DIFERENTES PROFISSIONAIS. TAMANHOS VARIADOS: OS 17 COPOS COBREM UMA AMPLA GAMA DE DIÂMETROS, PERMITINDO ATENDIMENTO DE REGIÕES CORPORAIS PEQUENAS (MÃOS, CERVICAL) ATÉ REGIÕES MAIORES (LOMBAR, COXAS, GLÚTEOS) SEM NECESSIDADE DE KITS COMPLEMENTARES. PISTOLA APLICADORA: CONFECCIONADA EM PLÁSTICO ABS, DESIGN ANATÔMICO, GERAÇÃO DE VÁCUO MANUAL (SEM USO DE FOGO, ÁLCOOL OU ELETRICIDADE), GARANTINDO SEGURANÇA OPERACIONAL NO AMBIENTE DE SAÚDE PÚBLICA. ACONDICIONAMENTO: MALETA ORGANIZADORA EM MATERIAL RESISTENTE, COM COMPARTIMENTOS PRÓPRIOS PARA CADA COPO — FACILITA CONSERVAÇÃO, TRANSPORTE ENTRE SALAS DE ATENDIMENTO E CONTROLE DE INVENTÁRIO. FINALIDADE TERAPÊUTICA: INDICADO PARA ATIVAÇÃO DE CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA LOCAL, LIBERAÇÃO DE CONTRATURAS MUSCULARES, RELAXAMENTO MUSCULAR E AUXÍLIO EM QUADROS DE TENSÃO/DOR MUSCULOESQUELÉTICA,RECURSO COMPLEMENTAR EM PROTOCOLOS DE FISIOTERAPIA	**352,21**	**3.522,10**

65.	**10**	**KIT**	**KIT INSTRUMENTAL PARA TÉCNICAS DE LIBERAÇÃO MIOFASCIAL, MOBILIZAÇÃO DE TECIDOS MOLES ASSISTIDA POR INSTRUMENTOS (IASTM) E CROCHETAGEM**. FERRAMENTAS CONFECCIONADAS INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL MACIÇO (PADRÃO AISI 304 OU AÇO CIRÚRGICO), COM ESPESSURA MÍNIMA DE 4 MM A 5 MM, CONFERINDO ALTA DURABILIDADE, RESISTÊNCIA MECÂNICA E PROPRIEDADES ANTICORROSIVAS. DESIGN COM ACABAMENTO SUPERFICIAL LISO E BORDAS DE CONTATO CLÍNICO METICULOSAMENTE ARREDONDADAS, POLIDAS E ISENTAS DE REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO DESLIZAMENTO SUAVE E SEGURO SOBRE A PELE DO PACIENTE. MATERIAL 100% IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E ESTERILIZÁVEL, TOTALMENTE RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO CONTÍNUA COM ÁLCOOL HOSPITALAR 70% OU AUTOCLAVE. COMPOSIÇÃO MÍNIMA OBRIGATÓRIA DO KIT: CONTENDO 01 PEÇA TIPO GUIDÃO (LONGA/BILATERAL), 01 PEÇA TIPO SOCO (COM FURAÇÕES ERGONÔMICAS PARA OS DEDOS), 01 PEÇA TIPO MEIA LUA, 01 PEÇA TIPO GANCHO E 01 PEÇA TIPO GOTA/GASHA (OU FORMATOS ANATÔMICOS EQUIVALENTES QUE ATENDAM A GRANDES GRUPOS MUSCULARES E EXTREMIDADES DELICADAS). ACOMPANHA ESTOJO, MALETA OU CASE DE PROTEÇÃO RÍGIDO COM BERÇO INTERNO MOLDADO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO SEGURO DAS PEÇAS.	**707,33**	**7.073,30**
66.	**10**	**UNID**	**ROLO DE LIBERACAO MIOFASCIAL** - MEDIDAS MINIMAS : 33 X 13,5 X 13,5 CM. PESO MAXIMO: 0,7 KG. MATERIAL: EVA E PP. PESO MINIMO SUPORTADO: 100 KG.ROLO DE LIBERACAO MIOFASCIAL - MEDIDAS MINIMAS : 33 X 13,5 X 13,5 CM. PESO MAXIMO: 0,7 KG. MATERIAL: EVA E PP. PESO MINIMO SUPORTADO: 100 KG.	**72,63**	**726,30**
67.	**5**	**UNID**	**APARELHO INFRAVERMELHO COM PEDESTAL,** SENDO ESTE COM REGULAGEM DE ALTURA, 220V, COM DIMER PARA REGULAGEM DE INTENSIDADE LUMINOSA, HASTE FLEXÍVEL PARA DIRECIONAMENTO DO FOCO DE LUZ. BASE COM 4 PÉS E COM RODÍZIOS GIRATÓRIOS. O REFLETOR É COM ALUMÍNIO ANODIZADO. ACOMPANHA LÂMPADA DE 150W (220V), COM REFLETOR INTERNO 100% ALUMINIZADO, MODELO PAR 38 E SOQUETE TIPO ROSCA (E27).	**342,93**	**1.714,65**
68.	**10**	**UNID**	**EQUIPAMENTO MASSAGEADOR ELÉTRICO PORTÁTIL DE ALTA PERFORMANCE, TIPO PISTOLA, OPERADO POR SISTEMA DE MASSAGEM PERCUSSIVA (VIBRAÇÃO DE ALTA FREQUÊNCIA).** INDICADO PARA LIBERAÇÃO MIOFASCIAL, REDUÇÃO DE PONTOS-GATILHO, AUMENTO DO FLUXO SANGUÍNEO LOCAL E ALÍVIO DE FADIGA MUSCULAR CRÔNICA OU PÓS-EXERCÍCIO. O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR MOTOR ELÉTRICO DE ALTA POTÊNCIA E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, OPERADO POR BATERIA RECARREGÁVEL SEM FIO E INTERFACE DE CONTROLE VIA VISOR DIGITAL TOUCHSCREEN (LCD OU LED), COM INDICAÇÃO EM TEMPO REAL DO NÍVEL DE INTENSIDADE E CARGA DA BATERIA VELOCIDADES/INTENSIDADES: AJUSTÁVEIS EM, NO MÍNIMO, 20 NÍVEIS DISTINTOS. FREQUÊNCIA DE PERCUSSÃO: FAIXA OPERACIONAL MÍNIMA ENTRE 1.200 RPM E MÁXIMA ALCANÇANDO AO MENOS 3.200 RPM BATERIA: INTERNA RECARREGÁVEL DE ÍON-LÍTIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 2.400 MAH.AUTONOMIA DA BATERIA: MÍNIMO DE 3 (TRÊS) HORAS DE USO CONTÍNUO POR CARGA. ALIMENTAÇÃO DO CARREGADOR: FONTE EXTERNA BIVOLT AUTOMÁTICA (110V/220V) ACESSÓRIOS INCLUSOS: NO MÍNIMO 06 (SEIS) PONTEIRAS/CABEÇAS INTERCAMBIÁVEIS COM DIFERENTES FORMATOS (EXEMPLOS: FORMATO DE BOLA, GARFO, BALA E PLANAS) PARA APLICAÇÃO ANATÔMICA VARIADA. PESO DO EQUIPAMENTO: MÁXIMO DE 1,3 KG (APENAS O DISPOSITIVO, PARA GARANTIR ERGONOMIA NO MANUSEIO) ACONDICIONAMENTO: DEVE ACOMPANHAR ESTOJO/MALETA RÍGIDA COM DIVISÓRIAS INTERNAS PARA TRANSPORTE SEGURO DO APARELHO, CARREGADOR E PONTEIRAS.	**412,65**	**4.126,50**
69.	**30**	**UNID**	**BASTÃO MASSAGEADOR MANUAL, TIPO ROLO, PROJETADO PARA AUTOMASSAGEM CORPORAL E LIBERAÇÃO MIOFASCIAL PROFUNDA**. ESTRUTURA CENTRAL RÍGIDA REVESTIDA COM CILINDROS ROTATÓRIOS INDEPENDENTES. EXTREMIDADES DOTADAS DE MANOPLAS ERGONÔMICAS COM ACABAMENTO MACIO E ANTIDERRAPANTE PARA FIRMEZA NO MANUSEIO. INDICADO PARA ESTÍMULO DA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA, OXIGENAÇÃO MUSCULAR, ALÍVIO DE PONTOS-GATILHO E FADIGA MUSCULAR EM CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MÍNIMAS: COMPOSIÇÃO: ESTRUTURA INTERNA EM POLÍMEROS DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO/PP) E CILINDROS EM POLICLORETO DE VINILA (PVC). ACABAMENTO DAS MANOPLAS: REVESTIMENTO CONFORTÁVEL EM ESPUMA FLEXÍVEL (EVA OU SIMILAR). COMPRIMENTO TOTAL: MÍNIMO DE 45 CM E MÁXIMO DE 48 CM. DIÂMETRO APROXIMADO: ENTRE 3,5 CM E 4,5 CM. PESO APROXIMADO: ENTRE 250G E 350G.	**61,33**	**1.839,90**

70.	**2**	**UNID**	**CICLOERGÔMETRO ELÉTRICO** PORTÁTIL PARA REABILITAÇÃO FÍSICA COM AJUSTEDE VELOCIDADE E DIREÇÃO CARACTERÍSTICAS DA MINI BIKE: MODO ATIVO E PASSIVO: PERMITE PEDALAR COM OU SEM O AUXÍLIO DO MOTORCONTROLE REMOTO E PAINEL SENSÍVEL AO TOQUE PARAAJUSTES DE TEMPO E VELOCIDADE 12 NÍVEIS DEVELOCIDADE E 5 PROGRAMAS AUTOMÁTICOS TEMPORIZADOR AJUSTÁVEL ENTRE 1 E 30 MINUTOSMOTOR SILENCIOSO E DE BAIXA VIBRAÇÃO ESTRUTURARESISTENTE COM CAPACIDADE PARA USUÁRIOS DE ATÉ120 KG DESIGN PORTÁTIL E COMPACTO, IDEAL PARA USO RESIDENCIAL, HOSPITALAR OU CLÍNICO ESPECIFICAÇÕESTÉCNICAS: TENSÃO: BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V)MATERIAL: ESTRUTURA INTERNA EM AÇO E ALUMÍNIO,CARCAÇA EM PLÁSTICO ABS DE ALTA RESISTÊNCIA CARACTERÍSTICAS DO SUPORTE: COMPATÍVEL COM DIVERSAS MINI BIKES BASE REFORÇADA COM AJUSTE DEALTURA 5 NÍVEIS DE REGULAGEM REFORÇO VERTICALPARA ESTABILIDADE PÉS COM VENTOSAS ANTIDERRAPANTES PARA SEGURANÇA	**445,40**	**890,80**
71.	**5**	**UNID**	**MINI BIKE BICICLETA ERGOMETRICA** ARMACAO METALICA PES DE BORRACHA 50X38X40 PEDAIS AJUSTAVEIS	**183,33**	**916,65**
72.	**2**	**PAR**	**BOTA COM PRESSÃO PNEUMÁTICA, COM EQUIPAMENTO DE COMPRESSÃO, PARA ADULTOS,** INDICADA PARA USO PÓS-OPERATÓRIO, CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE E CONFORTÁVEL, COM SISTEMA DE CÂMARAS PNEUMÁTICAS AJUSTÁVEIS QUE PROMOVEM COMPRESSÃO GRADUADA, AUXILIANDO NA CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA E NA PREVENÇÃO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA, DE FÁCIL COLOCAÇÃO E LIMPEZA, POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA.	**3.583,33**	**7.166,66**
73.	**10**	**UNID**	**APARELHO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO MULTIFREQUENCIAL (1 MHZ E 3 MHZ): EQUIPAMENTO ELETROMÉDICO MICROPROCESSAD**O PARA APLICAÇÃO DE ULTRASSOM TERAPÊUTICO NAS FREQUÊNCIAS DE 1 MHZ E 3 MHZ INTEGRADAS NO MESMO TRANSDUTOR (CABEÇOTE). MODOS DE EMISSÃO CONTÍNUO E PULSADO, COM AJUSTE DE INTENSIDADE DE 0,1 A 3,0 W/CM². PAINEL DE CONTROLE DIGITAL COM DISPLAY LCD OU LED. TRANSDUTOR ERGONÔMICO E IMPERMEÁVEL COM ÁREA DE RADIAÇÃO EFETIVA (ERA) DE 3 A 5 CM². SISTEMA DE SEGURANÇA COM DETECÇÃO DE ACOPLAMENTO ACÚSTICO INADEQUADO COM ALERTA VISUAL/SONORO. GABINETE COMPACTO DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICO (110/220V). ACESSÓRIOS OBRIGATÓRIOS INCLUSOS: 01 TRANSDUTOR MULTIFREQUENCIAL, 01 SUPORTE PARA TRANSDUTOR, 01 CABO DE FORÇA E 01 TUBO DE GEL CONDUTOR DE 1KG. REGISTRO ATIVO NA ANVISA E CERTIFICAÇÃO INMETRO (NBR IEC 60601).	**1.535,60**	**15.356,00**
74.	**10**	**UNID**	**ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR MICROCONTROLADO, DESTINADO À REABILITAÇÃO FÍSICA**, COM MÍNIMO DE 4 CANAIS DE SAÍDA INDEPENDENTES**,** PERMITINDO AJUSTE INDIVIDUAL DE INTENSIDADE PARA CADA CANAL. DEVE DISPONIBILIZAR, NO MÍNIMO, AS CORRENTES TERAPÊUTICAS TENS, FES E CORRENTE RUSSA, POSSIBILITANDO TRATAMENTOS PARA ANALGESIA, FORTALECIMENTO MUSCULAR, REEDUCAÇÃO NEUROMUSCULAR, PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE ATROFIA POR DESUSO, RELAXAMENTO DE MUSCULATURA ESPÁSTICA E RECUPERAÇÃO FUNCIONAL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR DISPLAY LCD, TECLADO DE MEMBRANA OU TECNOLOGIA SIMILAR, INTERFACE INTUITIVA, MEMÓRIA PARA PROTOCOLOS PERSONALIZADOS E, NO MÍNIMO, 30 PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E 20 PROTOCOLOS PARTICULARES. DEVE PERMITIR AJUSTE DA LARGURA DE PULSO ENTRE 50 E 500 µS**,** FREQUÊNCIA DE REPETIÇÃO DOS PULSOS ENTRE 0,5 E 250 HZ, INTENSIDADE MÁXIMA DE 250 MA**,** CONTROLES INDEPENDENTES POR CANAL E TEMPORIZADOR PROGRAMÁVEL. ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240 V, 50/60 HZ)**.** EQUIPAMENTO REGISTRADO NA ANVISA, ACOMPANHADO DE CABOS PARA ELETROESTIMULAÇÃO, ELETRODOS REUTILIZÁVEIS DE BORRACHA CONDUTIVA, GEL CONDUTOR, CABO DE ALIMENTAÇÃO, FUSÍVEIS SOBRESSALENTES E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS.	**1.239,66**	**12.396,60**
75.	**2**	**UNID**	**BALANCA DE BIOIMPEDANCIA**; CAPACIDADE PARA 250 KG COM GRADUACAO DE 100 G; 8 ELETRODOS - EXIBE 19 LEITURAS; 9 CORPO INTEIRO E10 SEGMENTOS (BRACOS, PERNAS E AREA DO TRONCO); DISPLAY EM LCD EXTRA GRANDE E 4 MEMORIAS COM REGISTRO AUTOMATICO DE MEDIDAS EM CARTAO SD; PLATAFORMA PLASTICA E ELETRODOS EM METAL; PERNA DIREITA, PERNA ESQUERDA.MEDICAO DE MASSA MUSCULAR, MASSA MINERAL OSSEA, IDADE METABOLICA, GOR; CARTAO SD, FUNCAO DE RECHAMADA, RELOGIO, CALENDARIO, MODO CONVIDADO, MODO ATLETA, SOFTWARE ILIMITAD;	**709,66**	**1.419,32**

			ALIMENTACAO A PILHA AA - ALCALINA - 4 PILHAS; MEDICAO SEGMENTAL: LEITURA INDIVIDUAL DE CADA PARTE DO CORPO: TRONCO, BRACO DIR, BRACO ESQ; AVAL.MASSA OSSEA, MASSA MUSCULAR, IDADE METABOLICAE GORDURA VISCERAL, 5 LEITURAS GORD. E MUSC SEGM.		
76.	**10**	**UNID**	**EQUIPAMENTO DE LASERTERAPIA E FOTOBIOMODULAÇÃO (TIPO LASERPULSE OU EQUIVALENTE**): EQUIPAMENTO MICROPROCESSADO DESTINADO À TERAPIA POR LASER DE BAIXA INTENSIDADE (LLLT) E FOTOBIOMODULAÇÃO, INDICADO PARA ANALGESIA, AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA, REPARO TECIDUAL, CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS, REGENERAÇÃO NERVOSA, TRATAMENTO DE LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS E ACELERAÇÃO DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO FUNCIONAL. DEVE POSSUIR DISPLAY DIGITAL, PROGRAMAÇÃO DOS PARÂMETROS TERAPÊUTICOS, PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E PROGRAMAÇÃO MANUAL, CONTROLE DO TEMPO DE APLICAÇÃO, EMISSÃO SONORA E VISUAL DURANTE O TRATAMENTO E SISTEMA DE SEGURANÇA PARA EMISSÃO DO FEIXE.O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM, NO MÍNIMO, AS SEGUINTES SONDAS (PROBES): PROBE LASER VERMELHO, COMPRIMENTO DE ONDA APROXIMADO DE 660 NM, INDICADO PARA CICATRIZAÇÃO DE TECIDOS SUPERFICIAIS, REPARO CUTÂNEO E TRATAMENTO DE ÚLCERAS E FERIDAS; PROBE LASER INFRAVERMELHO, COMPRIMENTO DE ONDA APROXIMADO DE 808 A 830 NM, INDICADO PARA ANALGESIA, TRATAMENTO DE TECIDOS PROFUNDOS, LESÕES MUSCULARES, TENDÍNEAS, LIGAMENTARES E ARTICULARES; PROBE LED VERMELHO, COMPRIMENTO DE ONDA APROXIMADO DE 630 A 660 NM, INDICADO PARA FOTOBIOMODULAÇÃO DE TECIDOS SUPERFICIAIS E CICATRIZAÇÃO; PROBE LED INFRAVERMELHO, COMPRIMENTO DE ONDA APROXIMADO DE 850 NM, INDICADO PARA TRATAMENTO DE TECIDOS PROFUNDOS E ANALGESIA. O EQUIPAMENTO DEVERÁ PERMITIR AJUSTE DE DOSE EM JOULES (J), POTÊNCIA, TEMPO DE APLICAÇÃO E MODO DE EMISSÃO CONTÍNUO E/OU PULSADO, CONFORME A TECNOLOGIA EMPREGADA. DEVE ACOMPANHAR ÓCULOS DE PROTEÇÃO PARA OPERADOR E PACIENTE COMPATÍVEIS COM OS COMPRIMENTOS DE ONDA FORNECIDOS, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MALETA PARA TRANSPORTE, SUPORTE PARA AS SONDAS, MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS E CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO, QUANDO APLICÁVEL. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO VIGENTE NA ANVISA, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT AUTOMÁTICA (OU COMPATÍVEL COM A REDE ELÉTRICA NACIONAL)	**3.146,08**	**31.460,80**
77.	**10**	**UNID**	**ELETROESTIMULADOR NEUROMUSCULAR PORTÁTIL: EQUIPAMENTO PORTÁTIL DESTINADO À ELETROTERAPIA PARA USO EM FISIOTERAPIA**, COM NO MÍNIMO 2 CANAIS INDEPENDENTES DE ESTIMULAÇÃO, PERMITINDO APLICAÇÃO DE CORRENTES TERAPÊUTICAS TENS, FES, CORRENTE RUSSA, CORRENTE AUSSIE E INTERFERENCIAL BIPOLAR. DEVE POSSUIR DISPLAY DIGITAL, PROTOCOLOS PRÉ-PROGRAMADOS E POSSIBILIDADE DE PROGRAMAÇÃO PERSONALIZADA, ALIMENTAÇÃO POR BATERIA RECARREGÁVEL E/OU FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA, CONTROLES INDEPENDENTES DE INTENSIDADE POR CANAL, MEMÓRIA PARA PROTOCOLOS, ACOMPANHADO DE CABOS, ELETRODOS REUTILIZÁVEIS, CARREGADOR/FONTE, BATERIA, BOLSA OU MALETA PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUÇÕES EM PORTUGUÊS. EQUIPAMENTO COM REGISTRO VIGENTE NA ANVISA,	**643,16**	**6.431,60**
78.	**50**	**UNID**	**EXERCITADOR E INCENTIVADOR RESPIRATÓRIO MATERIAL: FABRICADO EM MATERIAL ATÓXICO, SEGURO PARA USO CLÍNICO**; RESISTENTE E FÁCIL DE HIGIENIZAR. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE ALTURA: 13 A 15 CM; LARGURA: 13 A 15 CM; PROFUNDIDADE: 6 A 7 CM CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS: PERMITE EXERCÍCIOS DE INSPIRAÇÃO E EXPIRAÇÃO PARA FORTALECIMENTO DOS MÚSCULOS RESPIRATÓRIOS; INCENTIVA A VENTILAÇÃO PULMONAR E MELHORA DA CAPACIDADE RESPIRATÓRIA; ADEQUADO PARA PACIENTES COM AFECÇÕES PULMONARES, VOCAIS OU PÓS-OPERATÓRIOS. REQUISITOS GERAIS: PRODUTO REUTILIZÁVEL E LAVÁVEL	**29,51**	**1.475,50**
79.	**3**	**UNID**	**ASPIRADOR DE SECREÇÃO ELÉTRICO PORTÁTIL, COM GABINETE RESISTENTE E ALÇA PARA TRANSPORTE, SISTEMA DE SUCÇÃO REGULÁVEL COM VACUÔMETRO,** FRASCO COLETOR AUTOCLAVÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 1 LITRO, FILTRO BACTERIOLÓGICO, MOTOR SILENCIOSO E DE BAIXO NÍVEL DE VIBRAÇÃO, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA BIVOLT OU COMPATÍVEL COM A REDE LOCAL, INDICADO PARA ASPIRAÇÃO DE SECREÇÕES EM VIAS AÉREAS, USO EM AMBIENTES AMBULATORIAIS E ASSISTENCIAIS, GARANTINDO EFICIÊNCIA, SEGURANÇA E FÁCIL HIGIENIZAÇÃO	**383,00**	**1.149,00**

80.	**3**	**UNID**	**NEGATOSCÓPIO** LED BIVOLT	**278,91**	**836,73**
81.	**3**	**UNID**	**ESPIROMETRO PORTATIL,** VC,FEV75,FEV1,FEV3,FEV6,FVC,PEC,PEF,FEV75/VC,FEV75/FVC,FEV1/VC,FEV1/FVC(FER)FEV3 /VC,FEV/FVC, MEDINDO 25.5CM X 12CM X 3.5CM TRANSDUTOR 50 X 60 X 90MM, COM CAPACIDADE 2.000 TESTES DE PACIENTES INCLUINDO GRAFICOS DE FLUXOS/VOLUMES., COMPATIVEL COM QUALQUER ANALISADOR PULMONAR	**12.308,09**	**36.924,27**
82.	**50**	**UNID**	**TRAVESSEIRO HOSPITALAR** – 40 CM X 60 CM · DESCRIÇÃO TÉCNICA: · TRAVESSEIRO CONFECCIONADO EM ESPUMA FLOCADA DE POLIURETANO, COM PROPRIEDADES ANTIÁCARO, ANTIFÚNGICA E ANTIALÉRGICA; · DIMENSÕES APROXIMADAS: 40 CM (LARGURA) X 60 CM (COMPRIMENTO); · REVESTIMENTO EM COURVIN (OU MATERIAL SIMILAR), DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E LAVÁVEL; · ACABAMENTO COM ZÍPER, PERMITINDO REMOÇÃO DO REVESTIMENTO PARA LIMPEZA; · PRODUTO INDICADO PARA USO HOSPITALAR OU CLÍNICO, GARANTINDO CONFORTO, HIGIENE E SEGURANÇA DO PACIENTE; · ESTRUTURA DURÁVEL, MANTENDO A FORMA E FIRMEZA DA ESPUMA MESMO APÓS USO CONTÍNUO; · LEVE, HIGIÊNICO E RESISTENTE AO DESGASTE, ADEQUADO PARA AMBIENTES COM ALTA ROTATIVIDADE DE USO.	**88,71**	**4.435,50**
83.	**100**	**UNID**	**COBERTOR**-COBERTOR DE SOLTEIRO, COM DIMENSÕES MÍNIMAS 2,00M X 1,50M, BARRA COM ACABAMENTO REFORÇADO EM COSTURA TIPO OVERLOCK, PRODUZIDO EM MICROFIBRA 100% POLIÉSTER, ANTIALÉRGICO, MANTA ÚNICA, GRAMATURA MÍNIMA 180 (G/M²) VARIAÇÃO DE +/- 10%, SOLIDEZ À LAVAGEM E AO HIPOCLORITO 4 - 5, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO 5,0DAN/CM. LISO EM CORES VARIADAS. DEVE CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, DO FABRICANTE,	**22,56**	**2.256,00**
84.	**20**	**UNID**	**ROLO DE POSICIONAMENTO SEMICILÍNDRICO (MEIA-LUA):** ROLO ACESSÓRIO EM FORMATO DE MEIA-LUA (SEMICILÍNDRICO) PARA POSICIONAMENTO ERGONÔMICO DE MEMBROS. CONFECCIONADO INTERNAMENTE EM BLOCO MACIÇO DE ESPUMA ORTOPÉDICA DE POLIURETANO COM DENSIDADE REAL D26 OU SUPERIOR. REVESTIMENTO EXTERNO INTEGRAL EM TECIDO SINTÉTICO TIPO COURVIN DE PADRÃO HOSPITALAR, 100% IMPERMEÁVEL, LAVÁVEL E RESISTENTE AO ÁLCOOL HOSPITALAR 70%. DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS: 60 CM DE COMPRIMENTO POR 20 CM DE LARGURA E 10 CM DE ALTURA. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 140 KG.	**141,66**	**2.833,20**
85.	**20**	**UNID**	**ROLO DE POSICIONAMENTO CILÍNDRICO PADRÃO CLÍNICO**: ROLO ACESSÓRIO EM FORMATO CILÍNDRICO COMPLETO PARA TERAPIA POSTURAL E SUPORTE DE TRONCO/MEMBROS. CONFECCIONADO INTERNAMENTE EM BLOCO MACIÇO DE ESPUMA ORTOPÉDICA COM DENSIDADE REAL D26 OU SUPERIOR. REVESTIMENTO EXTERNO INTEGRAL EM TECIDO SINTÉTICO TIPO COURVIN NÁUTICO IMPERMEÁVEL, COM TRATAMENTO ANTIFÚNGICO E ANTIBACTERIANO. COSTURAS INDUSTRIAIS REFORÇADAS. DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS DE 15 CM DE DIÂMETRO POR 60 CM DE COMPRIMENTO. RESISTENTE À ASSEPSIA CONTÍNUA COM ÁLCOOL 70%. CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 140 KG.	**117,79**	**2.355,80**
86.	**20**	**UNID**	**FITA MÉTRICA ANTROPOMÉTRICA RETRÁTIL DE FIBRA DE VIDRO: FITA PARA PERIMETRIA E MENSURAÇÃO DE CIRCUNFERÊNCIAS** CORPORAIS, CONFECCIONADA INTEGRALMENTE EM FIBRA DE VIDRO (FIBERGLASS) MALEÁVEL, TOTALMENTE NÃO ELÁSTICA PARA EVITAR DEFORMAÇÕES NAS MEDIÇÕES. EXTENSÃO LINEAR DE 1,50 METROS COM GRAVAÇÃO MILIMÉTRICA BIFACIAL DE ALTA NITIDEZ E CONTRASTE. ESTOJO EXTERNO ANATÔMICO EM PLÁSTICO ABS DE ALTO IMPACTO COM BOTÃO CENTRAL DE RECOLHIMENTO MECÂNICO AUTOMÁTICO E TRAVA DE FIXAÇÃO. RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO COM ÁLCOOL 70%.	**4,20**	**84,00**
87.	**10**	**UNID**	**GONIÔMETRO DE TAMANHO PEQUENO PARA PEQUENAS ARTICULAÇÕES (DEDOS): INSTRUMENTO PARA AVALIAÇÃO CLÍNICA DA AMPLITUDE DE MOVIMENTO DE DEDOS E MÃOS.** CONFECCIONADO EM MATERIAL ACRÍLICO TRANSPARENTE DE ALTA ESPESSURA E RESISTÊNCIA. COMPOSTO POR DUAS RÉGUAS ARTICULADAS COM MARCAÇÃO LINEAR DE 0 A 14 CM COM O INSTRUMENTO ABERTO. SISTEMA DE TRANSFERIDOR COM ESCALA ANGULAR DE 0º A 110º COM GRAVAÇÃO DE ALTA NITIDEZ RESISTENTE AO ÁLCOOL 70%. ACOMPANHA CAPA PROTETORA.	**28,96**	**289,60**

88.	**4**	**UNID**	**ADIPÔMETRO MECÂNICO DE ALTA PRECISÃO (PLICÔMETRO): ADIPÔMETRO MECÂNICO PARA MENSURAÇÃO DE PREGAS CUTÂNEAS**. ESTRUTURA ROBUSTA EM ALUMÍNIO MACIÇO COM PINTURA EPÓXI OU PLÁSTICO ABS INJETADO DE ALTO IMPACTO. LEITURA ANALÓGICA POR RELÓGIO COMPARADOR DE ALTA PRECISÃO COM RESOLUÇÃO DE 1 MM E ESCALA DE 0 A 60 MM. MECANISMO DE PRESSÃO CONSTANTE POR MOLAS CALIBRADAS DE AÇO INOX QUE GARANTEM 10 G/MM² EM QUALQUER ABERTURA. PONTEIRAS DE CONTATO ARREDONDADAS E POLIDAS. ACOMPANHA ESTOJO RÍGIDO, TRENA ANTROPOMÉTRICA DE BOLSO E BLOCO DE AVALIAÇÃO.	**297,12**	**1.188,48**
89.	**10**	**UNID**	**INSTRUMENTO DIGITAL ELETRÔNICO PORTÁTIL PARA MENSURAÇÃO DE FORÇA DE PREENSÃO PALMAR E DIAGNÓSTICO FUNCIONAL**, INDICADO PARA FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL. MECANISMO DE TRAÇÃO POR TRANSDUTOR DE CÉLULA DE CARGA ELETRÔNICA DE ALTA PRECISÃO, ISENTO DE FLUIDOS HIDRÁULICOS INTERNOS. CAPACIDADE DE MEDIÇÃO DE NO MÍNIMO 0 A 90 KG (OU EQUIVALENTE EM LIBRAS). PAINEL DIGITAL COM DISPLAY EM LCD DE ALTA RESOLUÇÃO COM LEITURA DIRETA DO PICO DE FORÇA MÁXIMA EXERCIDA (FUNÇÃO HOLD AUTOMÁTICA). MEMÓRIA INTELIGENTE INTEGRADA PARA ARMAZENAMENTO DE DADOS E HISTÓRICO DE MEDIÇÕES. EMPUNHADURA ERGONÔMICA AJUSTÁVEL EM MÚLTIPLAS POSIÇÕES PARA ADAPTAÇÃO PRECISA A DIFERENTES TAMANHOS DE MÃOS. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS COMERCIAIS OU BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL DE LONGA DURAÇÃO. MATERIAL LAVÁVEL E RESISTENTE À ASSEPSIA HOSPITALAR COM ÁLCOOL 70%. ACOMPANHA ESTOJO OU MALETA RÍGIDA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO	**196,83**	**1.968,30**
90.	**10**	**UNID**	**BALANÇA DIGITAL ELETRÔNICA PORTÁTIL DE PISO** (MÍNIMO 200 KG): BALANÇA PORTÁTIL TIPO PLATAFORMA DE BAIXO PERFIL PARA PESAGEM E AVALIAÇÃO CLÍNICA EM ATENDIMENTOS DOMICILIARES OU AMBULATORIAIS. CHASSI E BASE EM AÇO CARBONO OU ALUMÍNIO INJETADO COM PINTURA EPÓXI. PLATAFORMA COMPACTA COM SUPERFÍCIE ANTIDERRAPANTE E PÉS EMBORRACHADOS REGULÁVEIS. CAPACIDADE MÁXIMA DE NO MÍNIMO 200 KG COM DIVISÃO DE 100 G. DISPLAY LED OU LCD DE ALTO CONTRASTE. FUNÇÕES DE ZERAMENTO AUTOMÁTICO E INDICADOR DE BATERIA. ALIMENTAÇÃO POR PILHAS OU BATERIA RECARREGÁVEL COM FONTE BIVOLT INCLUSA. EXIGÊNCIA OBRIGATÓRIA DE HOMOLOGAÇÃO INMETRO E SELO DE AFERIÇÃO INICIAL IPEM. ACOMPANHA BOLSA PARA TRANSPORTE.	**97,02**	**970,20**
91.	**20**	**UNID**	**CABO PARA APARELHO TENS**: CABO PARA APARELHO DE ELETROESTIMULAÇÃO, COM 4 VIAS, COMPATÍVEL COM O MODELO NEURODYN II DA MARCA IBRAMED, OU SIMILAR, UTILIZADO PELA MUNICIPALIDADE. CONECTOR TIPO DB9 PARA O APARELHO E PINOS TIPO "BANANINHA" PARA OS ELETRODOS. COMPRIMENTO MÍNIMO DE 1,50 M	**127,26**	**2.545,20**
92.	**3**	**UNID**	**LÂMPADA INFRAVERMELHO PHILIPIS. DESTINADO** TRATAMENTOS VOLTADOS A REABILITAÇÃO VISANDO UM TRATAMENTO CONFORTÁVEL E DE QUALIDADE ATRAVÉS DA EMISSÃO DE CALOR SUPERFICIAL E LOCALIZADO. ESTA FORMA DE TERAPIA TEM MOSTRADO EFICÁCIA E RAPIDEZ NO TRATAMENTO DE DIFERENTES TIPOS DE LESÕES PROVENIENTES DA PRÁTICAS DE ESPORTES, EM MUITOS CASOS PROMOVENDO UM RÁPIDO ALÍVIO DAS DORES MUSCULARES, DEVIDO A CIRCULAÇÃO SANGUÍNEA LOCAL.	**68,89**	**206,67**
93.	**10**	**UNID**	**MARTELO DE BUCK PARA REFLEXOS NEUROLÓGICOS E SENSIBILIDADE**: INSTRUMENTO PORTÁTIL TIPO MARTELO DE BUCK PARA EXAMES MIOTÁTICOS E NEUROLÓGICOS. HASTE E CABO ESTRUTURAL CONFECCIONADOS INTEGRALMENTE EM AÇO INOXIDÁVEL (PADRÃO AISI 420 OU SUPERIOR) CONTRA OXIDAÇÃO. CABEÇA CILÍNDRICA COM EXTREMIDADES EM BORRACHA SINTÉTICA MACIA OU PVC VULCANIZADO. CONTÉM OBRIGATORIAMENTE: 01 AGULHA/PINO METÁLICO EMBUTIDO NA CABEÇA E 01 PINCEL COM CERDAS DE NYLON ROSQUEADO NA EXTREMIDADE INFERIOR DO CABO PARA TESTES DE SENSIBILIDADE. TOTALMENTE RESISTENTE AO ÁLCOOL HOSPITALAR 70%.	**55,74**	**557,40**
94.	**20**	**UNID**	**CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH BLINDADA** (PADRÃO IP67): CAIXA DE SOM PORTÁTIL SEM FIO PARA SONORIZAÇÃO DE AMBIENTES CLÍNICOS, DOMICILIARES OU EXTERNOS. CONECTIVIDADE VIA BLUETOOTH. ESTRUTURA DE ALTA DURABILIDADE COM CERTIFICAÇÃO DE PROTEÇÃO MÍNIMA IP67 (TOTALMENTE À PROVA D'ÁGUA E RESISTENTE À POEIRA). POTÊNCIA DE SAÍDA REAL MÍNIMA ENTRE 20W E 30W RMS. BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL COM AUTONOMIA MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO CONTÍNUO DE 10 A 12 HORAS. CARREGAMENTO VIA PORTA PADRÃO USB TIPO C. ACOMPANHA CABO CARREGADOR.	**182,99**	**3.659,80**

95.	**5**	**UNID**	**CAIXA DE SOM AMPLIFICADA ATIVA**, PORTÁTIL, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA E BATERIA, BIVOLT, 200W RMS, FALANTE DE 12, DRIVER TITÂNIO, EQUALIZAÇÃO DE 04 VIAS, SENSIBILIDADE 99DB 1MTS. RESPOSTA A FREQUÊNCIA: 55HZ - 19 KHZ, CROSSOVER PASSIVO 18DB OCT, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA MIC / SENSIBILIDADE: 25DB /10K 0HMS, IMPEDÂNCIA DE ENTRADA LINE SENSIBILIDADE: 0DB/K 0HMS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 VOLTS AC - 50/60HZ, 2 ENTRADAS PARA MICROFONES E BLUETOOTH. ENTRADAS: MIC 1: 01 JACK 1/4 TRS (P10) E 01 CANNON (XLR) (C.V.I) MIC 2: 01 JACK 1/4 TRS (P10) E 01 CANNON (XLR) (C.V.I). LINE: 01 RCA E 01 CANNON (XLR) (C.V.I) COM CONTROLE REMOTO, USB E SR CARD. SAÍDA: LINE OUT (0DB): 01 JACK 1/4 TRS (P10) E 01 CANNON (XLR).	**630,78**	**3.153,90**
96.	**50**	**UNID**	**BOLSA TÉRMICA DE GEL MALEÁVEL E REUTILIZÁVEL**, INDICADA PARA APLICAÇÃO DE COMPRESSAS FRIAS (CRIOTERAPIA) OU QUENTES (TERMOTERAPIA) EM CLÍNICAS DE FISIOTERAPIA E REABILITAÇÃO. CONFECCIONADA EXTERNAMENTE EM FILME DE PVC OU NYLON RESINADO DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA, COM SOLDA PERIMETRAL DUPLA REFORÇADA PARA EVITAR VAZAMENTOS SOB PRESSÃO. PREENCHIMENTO INTERNO COM GEL AZUL COMPOSTO POR PRODUTOS ATÓXICOS QUE MANTÉM A MALEABILIDADE E FLEXIBILIDADE DO PRODUTO MESMO QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURAS DE CONGELAMENTO, MOLDANDO-SE PERFEITAMENTE ÀS ARTICULAÇÕES E ANATOMIA DO PACIENTE. PRODUTO APTO A SUPORTAR RESFRIAMENTO EM FREEZER/CONGELADOR E AQUECIMENTO EM FORNO MICRO-ONDAS OU ÁGUA QUENTE. DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS DE 15 CM DE LARGURA POR 25 CM DE COMPRIMENTO (OU EQUIVALENTE A VOLUMES ENTRE 400G E 500G). MATERIAL 100% LAVÁVEL E RESISTENTE À HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA COM ÁLCOOL HOSPITALAR 70%.	**24,64**	**1.232,00**
97.	**5**	**UNID**	**RAMPA DE ALONGAMENTO: ESTRUTURA EM MADEIRA NAVAL**, MDF, EUCALIPTO OU EVA DE ALTA DENSIDADE REVESTIDA EM EVA OU MATERIAL EMBORRACHADO.ANGULAÇÃO DE 60º MEDIDAS PODENDO VARIAR ENTRE 30 CM X 30 CM E 45 CMX 35 CM (COMPRIMENTO X LARGURA)	**102,24**	**511,20**
98.	**10**	**PAR**	**PAR DE MULETA CANADENSE** MODELO MULETA CANADENSE POP D6ESTRUTURA ALUMINIO ANODIZADO NÃO RISCA, NÃO PERDE O BRILHO E NÃO ENFERRUJAMATERIAL DO APOIO PARA ANTEBRAÇO PP (POLIPROPILENO FLEXÍVEL) PONTEIRA BORRACHA MACIA COM ANEL METÁLICO DE 19MMREGULAGEM DE ALTURA 95CM A 118,5CM PARA PESSOAS DE 1,50M A 2,0 M NÍVEIS DE REGULAGEM 10 NÍVEIS REGULÁVEIS POR ENGATE RÁPIDO PINO CLICKSISTEMA FSS (FULL SECURITY SYSTEM) ANTIRRUÍDO, ESTABILIDADE NA MARCHA E VIDA ÚTIL PROLONGADA PESO DO PRODUTO 400GRAMAS PESO QUE O PRODUTO SUPORTA ATÉ 130KG	**89,49**	**894,90**
99.	**20**	**UNID**	**TIPOIA ESTABILIZADORA VELPEAU** – TAMANHO M TIPOIA ESTABILIZADORA DO TIPO VELPEAU, TAMANHO MEDIO, CONFECCIONADA EM ALGODÃO, ESTOFADA, COM ALÇA REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ALTURA, USO BILATERAL E LAVÁVEL. INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO OU CADASTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA APLICÁVEL.	**49,40**	**988,00**
100.	**20**	**UNID**	**TIPOIA ESTABILIZADORA VELPEAU** – TAMANHO G TIPOIA ESTABILIZADORA DO TIPO VELPEAU, TAMANHO MEDIO, CONFECCIONADA EM ALGODÃO, ESTOFADA, COM ALÇA REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ALTURA, USO BILATERAL E LAVÁVEL. INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO OU CADASTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA APLICÁVEL.	**46,04**	**920,80**
101.	**20**	**UNID**	**TIPOIA ESTABILIZADORA VELPEAU** – TAMANHO P TIPOIA ESTABILIZADORA DO TIPO VELPEAU, TAMANHO PEQUENO, CONFECCIONADA EM ALGODÃO, ESTOFADA, COM ALÇA REGULÁVEL PARA AJUSTE DE ALTURA, USO BILATERAL E LAVÁVEL. INDICADA PARA IMOBILIZAÇÃO E SUSTENTAÇÃO DO MEMBRO SUPERIOR. O PRODUTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO OU CADASTRO VIGENTE NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA), CONFORME LEGISLAÇÃO SANITÁRIA APLICÁVEL.	**51,33**	**1.026,60**

102.	**10**	**UNID**	**CUNHA DE ESPUMA PARA POSICIONAMENTO POSTURAL** (TAMANHO MÉDIO): CUNHA EM FORMATO DE BLOCO TRIANGULAR RAMPADO PARA POSICIONAMENTO E CINESIOTERAPIA. CONFECCIONADA INTERNAMENTE EM BLOCO MACIÇO DE ESPUMA ORTOPÉDICA DE POLIURETANO COM DENSIDADE MÍNIMA REAL D26 OU D28 CONTRA DEFORMAÇÃO. REVESTIMENTO EXTERNO INTEGRAL EM TECIDO SINTÉTICO TIPO COURVIN HOSPITALAR, 100% IMPERMEÁVEL E LAVÁVEL. DIMENSÕES NOMINAIS APROXIMADAS: 50 CM DE COMPRIMENTO, 50 CM DE LARGURA E ALTURA DE VÉRTICE ENTRE 20 CM E 25 CM. TOTALMENTE RESISTENTE AO ÁLCOOL HOSPITALAR 70%.	**225,58**	**2.255,80**
103.	**10**	**UNID**	**CADEIRA DE RODAS PARA ADULTO,** CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO, COM ESTRUTURA DOBRÁVEL EM DUPLO "X", PINTURA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA E EIXOS EM AÇO REFORÇADO. POSSUI BRAÇOS LATERAIS ESCAMOTEÁVEIS, APOIO DE PÉS REBATÍVEIS LATERALMENTE, REMOVÍVEIS E COM REGULAGEM DE ALTURA, ALÉM DE FREIOS BILATERAIS. ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM MATERIAL SINTÉTICO DE ALTA RESISTÊNCIA (NYLON OU VINIL), IMPERMEÁVEL E ACOLCHOADO. CAPACIDADE DE CARGA MÍNIMA DE 120 KG. PRODUTO NOVO, DE PRIMEIRO USO, COM REGISTRO NA ANVISA, ADEQUADO PARA USO INSTITUCIONAL	**464,66**	**4.646,60**
104.	**10**	**UNID**	**CADEIRA DE RODAS**, MANUAL, DOBRÁVEL, AÇO CARBONO, PINTURA EPÓXI, LOCOMOÇÃO, ADULTO, APOIO BRAÇOS FIXOS, ENCOSTO E ASSENTO. CADEIRA DE RODAS MODELO OBESO. INFORMAÇÕES TÉCNICAS: FABRICADA EM TUBOS DE AÇO	**1.006,36**	**10.063,60**
105.	**10**	**UNID**	**ANDADOR;** ALUMÍNIO, ADULTO; DOBRÁVEL E COM FÁCIL MONTAGEM; COM 3 MODOS DE USO; SUPORTA ATÉ 135 KG; APOIO DE MÃOS ANATÔMICO; FÁCIL MONTAGEM, NÃO NECESSITA DE MONTAGEM. ALTURA RECOMENDADA DO USUÁRIO: 155 - 178CM - DIMENSÕES: ALTURA: DE 73 A 90 CM; LARGURA: 116 CM MANOPLAS: 11 CM DE DIÂMETRO; PÉS: 28 MM DE DIÂMETRO.	**121,66**	**1.216,60**
106.	**30**	**UNID**	**CAIXA ORGANIZADORA PLASTICA** COM TAMPA 14 LITROS	**36,45**	**1.093,50**
107.	**10**	**UNID**	**CAIXA ORGANIZADORA PLÁSTICO TRANSPARENTE** 72L 40X44,5X65	**116,66**	**1.166,60**
108.	**100**	**UNID**	**CESTO ORGANIZADOR RETANGULAR** CONFECCIONADO EM PLÁSTICO POLIPROPILENO OU MATERIAL EQUIVALENTE, ATÓXICO, NA COR BRANCA, COM ESTRUTURA RÍGIDA E SUPERFÍCIE LISA. MATERIAL LEVE, RESISTENTE, COM BAIXA ABSORÇÃO DE UMIDADE E BOA DURABILIDADE. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 9 CM DE ALTURA, 12 CM DE LARGURA E 26 CM DE COMPRIMENTO, ADMITINDO VARIAÇÃO DE ±5%. ACABAMENTO UNIFORME E BOA RESISTÊNCIA MECÂNICA.	**14,36**	**1.436,00**
109.	**10**	**UNID**	**TRIPÉ PROFISSIONAL PARA SMARTPHONE** (ANÁLISE DE MARCHA): TRIPÉ DE SOLO COM PADRÃO FOTOGRÁFICO PROFISSIONAL PARA SUPORTE E ESTABILIZAÇÃO DE SMARTPHONES EM EXAMES DE MARCHA. ESTRUTURA E PERNAS TELESCÓPICAS EM LIGA DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM TRAVAS RÁPIDAS. ALTURA MÁXIMA DE EXTENSÃO ÚTIL DE NO MÍNIMO 1,70 METROS A 1,80 METROS. CABEÇA ARTICULADA COM ROTAÇÃO HORIZONTAL DE 360° E INCLINAÇÃO VERTICAL DE 90°. ACOMPANHA OBRIGATORIAMENTE: 01 SUPORTE/ADAPTADOR UNIVERSAL EMBORRACHADO COM PRESILHA DE ALTA PRESSÃO AJUSTÁVEL PARA SMARTPHONES (SEM USO EXCLUSIVO DE IMÃS/MAGSAFE); 01 CONTROLE REMOTO DISPARADOR BLUETOOTH SEM FIO; E 01 BOLSA PARA TRANSPORTE.	**162,99**	**1.629,90**
110.	**3**	**UNID**	**REFORMER PARA PILATES COMPLETO**, COM ESTOFADO, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA TOTAL 0,62M, LARGURA 0,77M , COMPRIMENTO 2,70 M, ESTRUTURA DE MADEIRA, CONTENDO OS SEQUINTES COMPONENTES: 4 MOLAS VERMELHAS;1 MOLA AZUL;1 PAR DE ALÇAS DE MÃO;1 PAR DE ALÇAS COXA-PÉ;1 ALÇA DE ABDOMEN;1 CORDA COM 5 M;1 TRAVA PARA BARRA DE APOIO;4 MOITÕES;4 MOSQUETÕES - CÓD. PA00566A + TAMPO	**6.649,99**	**19.949,97**
111.	**3**	**UNID**	**CADILLAC:** DIMENSÕES ALTURA TOTAL 2,09 METROS, ALTURA ASSENTO 0,62 METROS, LARGURA 0,79 METROS E COMPRIMENTO 2,35 METROS.COMPONENTES DO PRODUTO:1 PAR DE MOLAS PRETAS1PAR DE MOLAS VERMELHAS1 PAR DE MOLAS AMARELAS1 PAR DE MOLAS BRANCAS2 PARES DE MOLAS AZUIS1 PAR DE ALÇAS FUZZY 1 ALÇA DE SUSTENTAÇÃO1 ALÇA DE SEGURANÇA1 PAR DE ALÇAS DE PÉ/TORNOZELO/COXA1 PAR DE ALÇAS DE MÃO1 ALÇA DE ABDÔMEN1 BARRA ROLL DOWN -	**7.363,33**	**22.089,99**

112.	**3**	**UNID**	**STEP CHAIR PARA PILATES**, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA: 0,62M, ALTURA COM BENGALAS: 1,44M, LARGURA 0,67M, COMPRIMENTO 0,88M, CONTENDO 1 PAR DE BENGALES, 20 PARES DE MOLAS VERMELHAS, COMPOSIÇÃO, ESTRUTURA DE MADEIRA.	**3.294,96**	**9.884,88**
113.	**3**	**UNID**	**LADDER BARREL** PARA PILATES COMPLETO, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA 0,98 M , LARGURA 0,70 M , LARGURA DO ASSENTO 0,91 M , COMPRIMENTO 1,27M, COMPRIMENTO, ESTRUTURA DE MADEIRA. + TAMPO	**2.139,99**	**6.419,97**
114.	**3**	**UNID**	**CAIXA REFORMER** PARA PILATES, COM NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: ALTURA 0,36 M , LARGURA 0,46, COMPRIMENTO 0,76 M, ESTRUTURA DE MADEIRA, ESTOFADA, NA COR PRETA OU AZUL.	**852,33**	**2.556,99**
115.	**50**	**UN**	**ANEL TONIFICADOR DE PILATES** , COM NO MINÍMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES; 38 CM, COMPOSIÇÃO MATERIAL FIBRA (FRP), EVA E PVC, DIMESÕES APROV 4 X 38 X 38CM.	**44,37**	**2.218,50**
116.	**5**	**UNID**	**INCENTIVADOR RESPIRATORIO TIPO SHAKER**; FABRICADO EM POLIPROPILENO RESISTENTE; ESFERA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL; UTILIZACAO POR VIBRACAO RESPIRATORIA; PRODUTO ANATOMICO, LEVE E LAVAVEL; INDICADO PARA EXERCICIOS RESPIRATORIOS DE EXPANSAO PULMONAR, COM CERTIFICACAO ANVISAINCENTIVADOR RESPIRATORIO TIPO SHAKER; FABRICADO EM POLIPROPILENO RESISTENTE; ESFERA INTERNA EM ACO INOXIDAVEL; UTILIZACAO POR VIBRACAO RESPIRATORIA; PRODUTO ANATOMICO, LEVE E LAVAVEL; INDICADO PARA EXERCICIOS RESPIRATORIOS DE EXPANSAO PULMONAR, COM CERTIFICACAO ANVISA	**45,32**	**226,60**
117.	**3**	**UNID**	**REANIMADOR MANUAL (TIPO AMBU) ADULTO**: CONFECCIONADO EM SILICONE 100% AUTOCLAVÁVEL, TRANSPARENTE E ATÓXICO. ACOMPANHA MÁSCARA FACIAL ANATÔMICA DE SILICONE (TAMANHO ADULTO), BALÃO AUTORREINFLÁVEL DE APROXIMADAMENTE 1.500 ML, VÁLVULA UNIDIRECIONAL DE ALÍVIO DE PRESSÃO (POP-OFF), RESERVATÓRIO DE O_2 E TUBO EXTENSOR. ISENTO DE LÁTEX (*LATEX FREE*). COM REGISTRO ATIVO NA ANVISA	**134,75**	**404,25**

1.2. Os equipamentos e/ou materiais permanentes cotados deverão ser novos, de primeiro uso, sem reformas, defeitos ou recondicionamentos, devendo estar em estrita conformidade com as normas e padrões da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/NBR), do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), do Ministério da Saúde e demais normas regulamentadoras aplicáveis em vigor.
1.3. A licitante Contratada deverá computar em sua proposta de preço todos os custos operacionais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, despesas diretas ou indiretas, eventuais estadias, equipamentos e mão de obra necessários e inerentes à carga, transporte (interno, externo, horizontal e vertical) e descarga dos materiais e equipamentos no local indicado pela Administração.
1.4. Caso os equipamentos sofram qualquer sinistro ou avaria durante o transporte ou descarga, a Contratada assumirá a responsabilidade integral pelos danos causados, obrigando-se a substituir o bem defeituoso sem qualquer ônus para o Município, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
1.5. Todo e qualquer dano causado ao patrimônio público ou a terceiros por acidentes na entrega dos materiais, decorrente da não observância das Normas de Segurança pertinentes, será de inteira e exclusiva responsabilidade civil e administrativa da Contratada.
1.6. A Contratada fornecerá os equipamentos em perfeito estado de conservação e funcionamento, acompanhados de todos os componentes, cabos, acessórios e insumos de fábrica necessários e suficientes à sua imediata instalação e pronto uso, eximindo o Município de qualquer obrigação financeira complementar.
1.7. Os equipamentos elétricos deverão ser bivolt automáticos ou operar na voltagem de 220 volts (padrão local), possuir garantia mínima de 12 (doze) meses a contar da data do recebimento definitivo. A Contratada garantirá o suporte técnico e a disponibilidade de peças de reposição pelo período mínimo da garantia, arcando com eventuais despesas de deslocamento, transporte e hospedagem de técnicos, se necessário.
1.8. O critério de julgamento adotado será o **MENOR PREÇO POR ITEM**, considerando o menor dispêndio para a Administração, nos termos do art. 34 da Lei nº 14.133/2021, observadas as exigências contidas neste edital e seus anexos quanto às especificações do objeto.

1.9. Demais informações pertinentes ao detalhamento do objeto da licitação encontram-se descritas nos anexos deste instrumento e do edital.

2. DA ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO E PESQUISA DE PREÇOS
2.1. Em conformidade com o art. 6º, inciso XXIII, alínea "i", art. 18, inciso IV, e art. 23 da Lei nº 14.133/2021, a estimativa do valor da contratação foi obtida por meio de regular pesquisa de preços juntada aos autos do processo administrativo e balizada pelas conclusões do Estudo Técnico Preliminar (ETP).
2.2. As quantidades indicadas são estimativas máximas de consumo para o período de vigência, não restando a Administração Municipal obrigada à contratação do montante total registrado na Ata de Registro de Preços.
2.3. O levantamento de mercado foi fundamentado no art. 23, § 1º, da Lei nº 14.133/2021, priorizando a busca no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e em contratações públicas similares, complementadas por cotações diretas com fornecedores especializados em razão das particularidades logísticas da região.
2.4. Justifica-se a adoção de parâmetros de preços regionais e locais em razão da especificidade logística de entrega e do mercado dos materiais, evitando-se o direcionamento ou a fixação de valores inexequíveis ou sobre-estimados que gerariam prejuízos ao erário municipal.
2.5. O valor total estimado para esta contratação é de até R$ 522.569,56 (quinhentos e vigem e dois mil, quinhentos e sessenta e nove reais e cinquenta e seis centavos).

3. DA JUSTIFICATIVA DO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO PARCELAMENTO
3.1. A adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) fundamenta-se no art. 82, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, tendo em vista que a demanda para as manutenções é contínua, porém com quantitativos flutuantes e variáveis, inviabilizando a compra imediata e integral por parte da Administração.
3.2. Ademais, o SRP mostra-se a modelagem mais eficiente e vantajosa para o interesse público, pois desobriga a Administração a imobilizar recursos orçamentários de forma integral e imediata, evita a abertura de múltiplos processos licitatórios ao longo do exercício financeiro para o mesmo objeto, permite contratações imediatas conforme as necessidades de manutenção forem surgindo, mitigando o risco de descontinuidade dos serviços públicos e afasta o risco de obsolescência, deterioração ou necessidade de grandes espaços físicos para armazenamento de materiais de manutenção.
3.3. No tocante ao parcelamento do objeto, a modelagem adota as diretrizes do art. 40, inciso V, alínea “b”, e do art. 47, II, da Lei nº 14.133/2021, que consagram o **princípio do parcelamento** como regra geral voltada à ampliação da competitividade e ao aproveitamento das peculiaridades do mercado.
3.4. A divisão do objeto em itens (ou lotes específicos) justifica-se tecnicamente pela viabilidade econômica e operacional, uma vez que permite a participação de microempresas e empresas de pequeno porte (ME/EPP) que, embora especializadas em determinados nichos de manutenção, poderiam não deter capacidade operacional para assumir a totalidade do certame, agrupa itens afins de forma a atrair propostas economicamente mais vantajosas, sem causar a perda de economia de escala que justificasse a unificação global e evita a dependência exclusiva de um único fornecedor para frentes de manutenção distintas, garantindo maior segurança jurídica e operacional à Administração.

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO
4.1. O objeto desta contratação se enquadra na categoria de bens comuns, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais de mercado, conforme dispõe o art. 6º, inciso XIII, da Lei nº 14.133/2021.
4.2. O procedimento licitatório adotará a modalidade Pregão, sob a forma eletrônica, seguindo o rito estabelecido para o Sistema de Registro de Preços, amparado nos artigos 82 a 86 da Lei nº 14.133/2021, em estrita consonância com as diretrizes consolidadas no Estudo Técnico Preliminar (ETP).

5. DO REQUISITO DE HABILITAÇÃO - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.1. Para fins de comprovação da qualificação técnica, a licitante deverá apresentar:
5.1.1. **Atestado de Capacidade Técnica Operacional**, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão da empresa no fornecimento de bens pertinentes e compatíveis em características com o objeto deste Edital.
5.1.2. O atestado apresentado poderá ser objeto de diligência por parte do Agente de Contratação ou da Equipe de Apoio, a qualquer tempo, com o intuito de confirmar a veracidade das informações junto à pessoa jurídica emitente.
5.1.3. **Catálogo, prospecto ou ficha técnica oficial do fabricante**, redigido em Língua Portuguesa (ou acompanhado de tradução juramentada, se aplicável), contendo a descrição detalhada do modelo, marca, dimensões, características técnicas e funcionais que permitam a perfeita avaliação da conformidade do objeto pela equipe técnica municipal.
5.1.4. Não será admitida a mera transcrição ou cópia literal do descritivo técnico constante deste Termo de Referência, devendo a licitante discriminar detalhadamente o modelo exato que está ofertando.
5.1.5. **Declaração de que os equipamentos**, serão novos, bivolt automáticos ou 220V, entregues em embalagem original, atendendo às normas da ABNT, INMETRO, ANATEL (quando aplicável) e à legislação trabalhista, ambiental e de segurança vigente, bem como a outras normas regulamentadoras aplicáveis aos objetos em vigor, possuindo garantia mínima de 12 (doze) meses.
5.1.6. **Declaração de disponibilidade de empresa credenciada pelo fabricante para prestar assistência técnica,** garantia, manutenção e revisão dos equipamentos ofertados, devendo a mesma estar localizada no Estado do Rio Grande do Sul (RS). O documento de indicação deverá conter o endereço completo, telefone, CEP e e-mail da assistência credenciada.
Justificativa da Exigência: *A exigência de Declaração de disponibilidade de empresa credenciada pelo fabricante para prestar assistência técnica, garantia, manutenção e revisão dos equipamentos no Estado do Rio Grande do Sul (RS) justifica-se pela necessidade imperiosa de garantir a continuidade e a segurança das atividades de saúde da instituição. Equipamentos de fisioterapia são essenciais para o tratamento continuado de pacientes, de modo que sua paralisação por prazos extensos gera danos irreparáveis ao atendimento da população. A localização da assistência no âmbito estadual reduz custos logísticos de transporte, diminui o tempo de atendimento e assegura o cumprimento do princípio da eficiência. Ademais, os dados de contato completos (endereço, telefone, CEP e e-mail) são indispensáveis para a imediata fiscalização e acionamento da contratada pela equipe técnica desta Administração.*

6. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1. A empresa detentora da Ata deverá realizar a entrega dos equipamentos no prazo de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da respectiva Nota de Empenho e/ou Ordem de Fornecimento, sem qualquer custo adicional de frete ou descarga para o Município de Encantado/RS.
6.2. Os equipamentos serão entregues de forma fracionada, conforme demanda do Município de Encantado/RS, na Rua Alegrete nº 818 bairro Lambari, Encantado/RS, ou em local determinado pela Secretaria, constante na respectiva ordem de entrega.
6.3. Os bens deverão ser entregues devidamente acondicionados em embalagens originais, sem violação, contendo identificação do fabricante, lote (quando aplicável), data de fabricação, prazo de validade (quando aplicável) e demais informações exigidas pela legislação vigente.
6.4. Os bens que apresentarem irregularidades, defeitos ou não atenderem às especificações serão recusados, devendo ser substituídos pela contratada no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, sem ônus ao Município.
6.5. O fornecimento dos materiais será realizado de forma parcelada, conforme a demanda real da Secretaria Municipal solicitante, mediante requisição formalizada pela fiscalização da ata.

7. DA JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

7.1. A presente contratação tem por finalidade suprir a demanda necessária para a implantação e o funcionamento do Centro Municipal de Fisioterapia do Município de Encantado/RS, garantindo a

realização dos atendimentos fisioterapêuticos individuais, coletivos e domiciliares, bem como das atividades de reabilitação e promoção da saúde.
7.2. Os materiais, equipamentos e mobiliários elencados são essenciais para a estruturação e execução dos serviços fisioterapêuticos ofertados à população. A ausência desses bens comprometeria diretamente a qualidade, a segurança e a continuidade dos atendimentos, podendo gerar prejuízos à assistência prestada e à administração pública. A contratação observa os princípios da eficiência, economicidade e continuidade do serviço público, conforme disposto na Lei nº 14.133/2021.

8. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

8.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de sua assinatura, podendo ser prorrogado por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovada a manutenção da vantajidade econômica para a Administração, nos termos do art. 84 da Lei nº 14.133/2021.
8.2. O instrumento da Ata de Registro de Preços, bem como o edital e este Termo de Referência, serão publicados integralmente no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), em estrito cumprimento ao art. 94 da Lei nº 14.133/2021.

9. DO MODELO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

9.1. A gestão da Ata de Registro de Preços será exercida por gestor formalmente designado pela Administração Municipal, competindo-lhe acompanhar sua execução, controlar os saldos registrados, gerenciar as adesões e adotar as providências necessárias ao fiel cumprimento das obrigações pactuadas, nos termos do art. 117 da Lei nº 14.133/2021.
9.2. O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da execução do objeto serão realizados pela servidora Natalia Alice Perondi, bem como pelos fiscais designados pela Portaria nº 329/2026 e pelos titulares das Secretarias requisitantes, aos quais competirá:
I – acompanhar e supervisionar as entregas dos materiais;
II – verificar a conformidade dos produtos com as especificações editalícias;
III – registrar detalhadamente todas as ocorrências em relatório próprio;
IV – comunicar imediatamente quaisquer irregularidades ao gestor da Ata;
V – notificar o fornecedor para substituição imediata de produtos em desconformidade;
VI – propor formalmente a aplicação de sanções administrativas quando cabíveis.
9.3. Do recebimento do objeto:
9.3.1. Provisório: No ato da entrega, pelos fiscais designados, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações exigidas, conforme o art. 140, inciso II, alínea "a", da Lei nº 14.133/2021;
9.3.2. Definitivo: No prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório, mediante ateste técnico e formal do fiscal responsável, após a verificação da qualidade, quantidade e conformidade dos materiais, conforme o art. 140, inciso II, alínea "b", da Lei nº 14.133/2021.
9.4. Caso sejam constatadas irregularidades, os produtos deverão ser substituídos ou trocados, integral ou parcialmente, às expensas exclusivas da contratada, sempre que verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de sua fabricação ou matéria-prima, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, nos termos do art. 119 da Lei nº 14.133/2021.
9.5. O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade civil e contratual da detentora da Ata por vícios ocultos, defeitos de fabricação ou desconformidades verificadas posteriormente, dentro do prazo de garantia ou da vida útil do produto.

10. DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO REAJUSTE

10.1. Ocorrendo as hipóteses de força maior, caso fortuito, fato do príncipe ou fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, previstas no art. 124, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 14.133/2021, poderá ser concedido o reequilíbrio econômico-financeiro dos preços registrados, mediante

requerimento fundamentado da detentora da Ata, desde que cabalmente comprovados o nexo de causalidade e o efetivo desequilíbrio na equação financeira.

10.2. O pedido de reequilíbrio econômico-financeiro deverá ser protocolado por meio eletrônico, utilizando o sistema de protocolo on-line do Município, instruído com planilha de custos, notas fiscais de aquisição do fabricante (antes e depois do evento gerador), tabelas oficiais ou outros documentos idôneos de mercado. Durante a tramitação e análise do processo administrativo, o fornecimento dos objetos deverá ser mantido integralmente, sem prejuízo à Administração Pública Municipal.

10.3. A concessão do reequilíbrio econômico-financeiro dependerá de demonstração do fato gerador, acompanhada de ampla pesquisa de preços de mercado pela Administração, análise técnica do setor competente e parecer jurídico conclusivo da Procuradoria-Geral do Município.

10.4. Uma vez deferido o reequilíbrio econômico-financeiro pela autoridade competente, os novos preços serão aplicados às Ordens de Fornecimento e Notas de Empenho emitidas a partir da data de assinatura do Termo de Aditamento à Ata, vedada a aplicação retroativa a empenhos anteriores cujos objetos já tenham sido entregues ou integralmente liquidados.

10.5. No caso de os contratos decorrentes da Ata de Registro de Preços ultrapassarem o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de apresentação da proposta ou da data do orçamento estimado, conforme estabelecido no edital.

11. DAS QUANTIDADES ESTIMADAS

11.1. As quantidades descritas nos anexos deste edital são meramente estimativas para o período de 12 (doze) meses, não gerando para a Administração Municipal a obrigação de aquisição de sua totalidade. Reserva-se ao Município o direito de adquirir os itens no todo ou em parte, de acordo com as suas reais necessidades operacionais, sem que caiba aos licitantes vencedores qualquer direito a indenização ou reclamação correlata.

12. DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

12.1. O preço a ser pago pelo Município corresponderá estritamente aos valores unitários registrados na Ata de Registro de Preços e constantes da proposta vencedora, custeadoscom recursos de Emendas Impositivas da Câmara Municipal de Vereadores, de Portarias do Ministerio da Saude e próprios do Município.

12.2. O pagamento será efetuado de forma parcelada, proporcionalmente às quantidades efetivamente entregues e aceitas, em até 30 (trinta) dias contados do recebimento definitivo da respectiva Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela fiscalização, observada a ordem cronológica de pagamentos do Município, conforme art. 141 da Lei nº 14.133/2021.

12.3. Na Nota Fiscal/Fatura deverá constar obrigatoriamente o número do Pregão Eletrônico, o número da Ata de Registro de Preços e o número da respectiva Nota de Empenho, devendo o documento digital ser encaminhado para o e-mail oficial: celic@encantado-rs.com.br.

12.4. As Notas Fiscais somente poderão ser emitidas após o recebimento formal da respectiva Nota de Empenho orçamentário. Serão processadas as retenções tributárias e previdenciárias na fonte nos termos da legislação vigente.

12.5. Para fins de pagamento, o contratado deverá, no momento da entrega da Nota Fiscal/Fatura, informar e manter atualizados os dados bancários (Banco, nº da Agência e nº da Conta Corrente) em nome da pessoa jurídica detentora do registro (CNPJ credenciado), para fins de processamento do depósito correspondente.

12.6. Para a contratação do objeto desta licitação, os recursos previstos correrão por conta de dotações orçamentárias indicadas pelas Secretarias requisitantes no momento de cada solicitação.

12.7. As despesas iniciais para atender ao presente edital estão programadas em dotação orçamentária própria, conforme a classificação orçamentária abaixo transcrita:

10.122.1101.1138 - Qualificação da Estrutura da Secretaria da Saúde
4.4.90.52.09.01 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.1109.1186 - Incremento PAP - Capital
4.4.90.52.09.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.1109.1191 - Aquisição Equipamentos - Port. MS 5233/24

4.4.90.52.09.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.301.1109.1192 - Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde Port. MS 5351/24
4.4.90.52.09.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
10.304.1109.1169 - Aquisição Equipamentos - Port. MS 5377/24 e 5378/24
4.4.90.52.09.02 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

13. DAS CONTRATAÇÕES CORRELATAS E INTERDEPENDENTES DA DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

13.1. Conforme disposto no art. 18, § 1º, inciso XI, da Lei Federal nº 14.133/2021, declara-se que não haverá contratações correlatas e/ou interdependentes necessárias para a completa execução do objeto desta contratação.
13.2. A solução pretendida consiste na aquisição parcelada e sob demanda de equipamentos e mobiliários que são essenciais para a estruturação e a execução dos serviços fisioterapêuticos ofertados à população.

14. DA GARANTIA

14.1. Os equipamentos deverão possuir garantia mínima de 12 (doze) meses, contados a partir do recebimento definitivo, contra defeitos de fabricação, vícios e falhas de funcionamento.
14.2. Durante o período de garantia, a contratada deverá solucionar, sem qualquer custo para o Município, os defeitos apresentados pelos equipamentos, incluindo peças, componentes, mão de obra e demais despesas necessárias ao reparo, quando decorrentes de defeito de fabricação ou funcionamento.
14.3. Quando o reparo não puder ser realizado no local de utilização, caberá à contratada providenciar a retirada, o transporte, o reparo e a devolução do equipamento, sem ônus para o Município, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos.
14.4. Caso o equipamento apresente defeito que impossibilite seu funcionamento e não seja solucionado dentro do prazo estabelecido, deverá ser substituído por outro equipamento novo, de características iguais ou superiores, sem qualquer custo adicional, no prazo de até 10 (dez) dias úteis.
14.5. A Contratada deverá substituir, em tempo hábil (no prazo máximo de 10 dias úteis contados da notificação), as peças eventualmente recusadas no recebimento, sendo que as substitutas deverão se sujeitar às mesmas condições de controle aqui mencionadas. A inobservância implicará a aplicação das penalidades previstas em contrato.
14.6. A substituição de peças ou componentes durante o período de garantia não poderá implicar redução do prazo de garantia originalmente estabelecido para o equipamento, observada a legislação aplicável.
14.7. A garantia deverá abranger todos os componentes e acessórios fornecidos juntamente com o equipamento, salvo aqueles cuja substituição decorra exclusivamente de desgaste natural pelo uso regular.
14.8. A contratada deverá disponibilizar canal de atendimento para abertura de chamados de assistência técnica durante o período de garantia, informando telefone, e-mail ou outro meio de contato oficial.

15. DAS OBRIGAÇÕES GERAIS E DAS CONDIÇÕES DA ATA

15.1. O detentor da Ata de Registro de Preços deverá comunicar formalmente ao Município toda e qualquer alteração em seus dados cadastrais, societários ou de contato, para fins de imediata atualização.
15.2. Os licitantes participantes do processo licitatório devem deter pleno conhecimento de todas as disposições da Ata de Registro de Preços e deste Termo de Referência, não podendo invocar desconhecimento ou ambiguidade como fato impeditivo para o cumprimento de sua proposta ou para a perfeita execução do objeto.
15.3. Fica o fornecedor registrado obrigado a manter, durante toda a vigência da Ata e dos contratos dela decorrentes, a compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, bem como todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em estrita observância ao art. 92, inciso XVI, da Lei Federal nº 14.133/2021.
15.4. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, sendo-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada, sem que caiba qualquer direito a indenização ao detentor do registro.

15.5. Os preços serão registrados e gerenciados pelo Setor de Compras e Licitações, que formalizará as contratações e pedidos decorrentes mediante solicitação formal do Secretário Municipal da pasta requisitante, durante o período de vigência da Ata e após a manifestação técnica favorável de vantajosidade.
15.6. O preço registrado, com a indicação dos respectivos fornecedores e lotes, será divulgado e mantido atualizado no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), ficando plenamente disponível para consulta pública durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços, cumprindo o art. 94 da Lei nº 14.133/2021.
15.7. Aplica-se à presente Ata de Registro de Preços, no que couber, as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, da Lei Complementar nº 123/2006, do Decreto Federal nº 11.462/2023 (aplicado de forma subsidiária ou conforme regulamentação municipal vigente), bem como as cláusulas do edital que originou este registro.

16. DA CONVOCAÇÃO E DA ASSINATURA DA ATA

16.1. Após a homologação do certame, o licitante vencedor será convocado para assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias úteis, nas condições estabelecidas no edital de licitação, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133/2021.
16.2. O prazo de assinatura poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação formal do licitante convocado, desde que apresentada dentro do prazo original, devidamente justificada, e que a justificativa seja expressamente aceita pela Administração Municipal.
16.3. A Ata de Registro de Preços será assinada obrigatoriamente por meio de assinatura digital em plataforma de documentos eletrônicos, nos termos do art. 4º da Lei Federal nº 14.063/2020.
16.4. Quando o convocado não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e nas condições estabelecidos, fica facultado à Administração Municipal convocar os licitantes remanescentes constantes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado, conforme o art. 90, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. O licitante ou o contratado será responsabilizado administrativamente pelas seguintes infrações, nos termos do art. 155 da Lei Federal nº 14.133/2021:
a) dar causa à inexecução parcial da Ata de Registro de Preços ou dos contratos dela decorrentes;
b) dar causa à inexecução parcial que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
c) dar causa à inexecução total da Ata de Registro de Preços ou dos contratos dela decorrentes;
d) deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
e) não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
f) não celebrar a Ata de Registro de Preços ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
g) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
h) apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame, ou prestar declaração falsa durante a licitação ou a execução da Ata de Registro de Preços;
i) fraudar a licitação ou praticar ato fraudulento na execução da Ata de Registro de Preços;
j) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
k) praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
l) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei Federal nº 12.846, de 1º de agosto de 2013 (Lei Anticorrupção).
17.2. Serão aplicadas ao responsável pelas infrações administrativas, com base no art. 156 da Lei Federal nº 14.133/2021, as seguintes sanções:
a) **Advertência:** aplicável exclusivamente quando o licitante ou contratado der causa à inexecução parcial que não cause grave dano e desde que não se justifique imposição de penalidade mais severa;
b) **Multa:** no mínimo de 0,5% (cinco décimos por cento) e no máximo de 30% (trinta por cento) do valor do objeto licitado, registrado ou contratado, observada a devida proporcionalidade e ampla defesa;

c) **Impedimento de licitar e contratar:** no âmbito da Administração Pública direta e indireta do Município de Encantado/RS, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, aplicável nas hipóteses das alíneas "d", "e", "f" e "g" do item 17.1;
d) **Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar:** no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, aplicável nas hipóteses das alíneas "b", "c", "h", "i", "j", "k" e "l" do item 17.1.
17.3. As sanções previstas nas alíneas "a", "c" e "d" do item 17.2 poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade de multa prevista na alínea "b" do mesmo item.
17.4. A aplicação de multa de mora por atraso nas entregas não impedirá que a Administração Pública Municipal a converta em multa compensatória e promova o cancelamento unilateral da Ata de Registro de Preços ou rescisão dos empenhos, com a aplicação cumulada de outras sanções cabíveis.
17.5. Se o valor da multa aplicada e das indenizações cabíveis for superior ao montante dos pagamentos eventualmente devidos pelo Município ao contratado, a diferença será retida dos créditos contratuais, descontada da garantia prestada (se houver) ou cobrada judicialmente.
17.6. A aplicação das sanções previstas neste capítulo não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano efetivamente causado ao erário do Município de Encantado/RS.
17.7. Na aplicação da sanção de multa (item 17.2, alínea "b"), será facultada a defesa prévia do interessado no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data de sua intimação formal.
17.8. Para a aplicação das sanções de impedimento e de declaração de inidoneidade (item 17.2, alíneas "c" e "d"), o licitante ou o contratado será intimado para, no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar detalhadamente as provas que pretenda produzir.
17.9. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas, ou de juntada de documentos julgados indispensáveis pela comissão processante, o acusado poderá apresentar alegações finais no prazo de **15 (quinze) dias úteis**, contado da data da nova intimação.
17.10. Serão indeferidas pela comissão ou autoridade competente, mediante decisão fundamentada, as provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas apresentadas pelas empresas.
17.11. A personalidade jurídica da empresa fornecedora poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso de direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos em lei, estendendo-se os efeitos das sanções aplicadas aos seus administradores, sócios com poderes de gerência, empresas sucessoras ou do mesmo ramo com relação de coligação, observados o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de parecer jurídico prévio.
17.12. É admitida a reabilitação do licitante ou contratado perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, exigindo-se, **cumulativamente**, nos termos do art. 163 da Lei Federal nº 14.133/2021:
I – reparação integral do dano causado à Administração Pública Municipal;
II – pagamento integral da multa aplicada;
III – transcurso do prazo mínimo de 1 (um) ano da aplicação da penalidade, no caso de impedimento de licitar e contratar, ou de 3 (três) anos, no caso de declaração de inidoneidade;
IV – cumprimento das condições específicas de reabilitação definidas no ato punitivo;
V – análise jurídica prévia da Procuradoria Geral do Município, com posicionamento conclusivo quanto ao cumprimento dos requisitos estabelecidos.
17.13. A sanção aplicada em decorrência das infrações previstas nas alíneas **"h"** (fraude documental) e **"l"** (ato lesivo anticorrupção) do item 17.1 exigirá obrigatoriamente, como condição para a reabilitação do licitante ou contratado, a implantação ou o efetivo aperfeiçoamento de programa de integridade (*compliance*) pelo responsável.

18.DO FORO
18.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Encantado/RS para solucionar todas as questões oriundas deste ajuste, renunciando as partes à qualquer outro por mais privilegiado que seja.

19. D A PUBLICAÇAO

19.1. Este Edital se completa com as regras e princípios Portal de Compras deste Município, através do endereço site www.encantado.rs.gov.br.e no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP www.gov.br/pncp/pt-br. Mais informações pelo telefone 51) 3751.0100 ou pelo e-mail **licitacoes@encantado-rs.com.br.**

,

ENCANTADO/RS, OUTUBRO DE 2026.

KAROLINE CRIPPA
SECRETARIA DA MUNICIPAL DA SAUDE