

À

Prefeitura Municipal de São Borja/RS

Departamento de Contratos e Licitações

Pregão Eletrônico nº 25/2026

Objeto: Aquisição de aparelho de ultrassonografia

Item 1 – Aparelho de Ultrassom

Ao Pregoeiro(a) responsável pelo Pregão Eletrônico

### **PEDIDO DE ESCLARECIMENTO**

A empresa Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda, com CNPJ nº 32.150.633/0001-72, interessada em participar do Pregão Eletrônico em referência, vem respeitosamente, apresentar o presente pedido de esclarecimento referente ao Item 1 do edital, cujo objeto trata da aquisição de aparelho de ultrassonografia.

No descritivo técnico constante do Termo de Referência, verifica-se a exigência de que “o aparelho deverá conter sistema operacional Windows”.

Ocorre que o equipamento que pretendemos ofertar possui sistema operacional Linux, desenvolvido e embarcado pelo próprio fabricante, plenamente compatível com as funcionalidades necessárias ao uso clínico do equipamento, incluindo armazenamento, arquivamento e revisão de imagens, exportação de exames, gravação em mídia/USB, conectividade DICOM e demais recursos operacionais exigidos no edital.

Dessa forma, considerando que a finalidade principal da Administração é adquirir equipamento de ultrassonografia com desempenho, segurança, qualidade de imagem, conectividade e funcionalidades compatíveis com o uso pretendido, solicitamos esclarecer se será aceito equipamento com sistema operacional Linux, desde que comprovado, por meio de catálogo, manual, ficha técnica ou documento oficial do fabricante, que o equipamento atende integralmente às demais especificações técnicas e funcionais previstas no edital e no Termo de Referência.

#### **Matriz Santa Catarina**

Rua Izabel Ramos Fabeni, 104 • São João  
Itajaí • SC • 88304-050

(47) 3046-5800

CNPJ: 32150633/0001-72 • IE: 261601709

#### **Filial Rio de Janeiro**

Alameda São Boaventura, 392 • Fonseca  
Niterói • RJ • 24120-196

(21) 3797-4900

CNPJ: 32150633/0004-15 • IE: 92044106

#### **Filial São Paulo**

Av. Ermano Marchetti, 1435 • Galpão 01  
Água Branca • São Paulo • SP • 05038-001

(11) 5531-9000

CNPJ: 32150633/0006-87 • IE: 141547910112

Ressaltamos que a exigência de sistema operacional específico, sem vinculação direta à finalidade clínica do equipamento, poderá restringir a competitividade do certame, afastando equipamentos que utilizam plataforma operacional diversa, porém equivalente ou superior em desempenho, estabilidade, segurança e funcionalidade.

Assim, solicitamos que seja esclarecido se a Administração aceitará equipamento com sistema operacional Linux, desde que o equipamento:


- atenda integralmente às funcionalidades exigidas no Termo de Referência;
- permita arquivar, revisar, armazenar e exportar imagens e clipes;
- possua conectividade DICOM ou equivalente, conforme exigido;
- apresente documentação técnica oficial do fabricante comprovando as características do equipamento;
- mantenha plena compatibilidade com a finalidade assistencial pretendida pela Administração.

Caso o entendimento da Administração seja pela obrigatoriedade exclusiva do sistema operacional Windows, solicitamos, por gentileza, que seja apresentada a justificativa técnica para tal restrição, demonstrando a indispensabilidade desse sistema operacional específico para o funcionamento do equipamento e para o atendimento da necessidade pública.

Termos em que,

Pede esclarecimento.

Itajaí, 29 de Maio de 2026.



Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda

Edilene de Melo Nunes Guiraudeli

Gerente de Licitação

RG: 11.782.034-0 DIC/RJ

CPF: 094.156.827-01

**Edilene de Melo Nunes Guiraudeli**  
Gerente de Licitação  
Labor-Med Aparelhagem de Precisão Ltda