

NÚMERO: 164460

Padrão: Turbidez Formazina 800 NTU
Código Produto: SQ36663
Data de Expedição: 11/2025
Densidade (20 °C): 1,0011 g/mL
Fabricante: Quimlab Produtos de Química Fina Ltda.

Número de Lote: F25J0535K
Validade: 12 meses
Matriz: Água

Valor Certificado: 800 NTU +/- 16 NTU**1 – Informações**

Este padrão de turbidez foi obtido pela polimerização da mistura de uma solução de hexametenotretamina e sulfato de hidrazina em água Tipo I (> 18 MΩ.cm) formando uma suspensão do polímero Formazina. Destina-se à análise de turbidez pelo método nefelométrico ou comparativo. Foi preparada segundo metodologia descrita no "Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24ª Edição.

2 – Incertezas

A incerteza calculada é dada pela seguinte expressão: $U = (2 u_c)$

Onde u_c é a incerteza combinada calculada de acordo com o Guia para a Expressão da Incerteza de Medição, ISBN 85-07-00251-X, 3ª Ed. INMETRO (2003). O valor de U reportado corresponde a duas vezes o desvio padrão das incertezas combinadas associadas à precisão e exatidão do instrumento usado no controle de qualidade deste padrão.

3 – Rastreabilidade

Este padrão é rastreado gravimetricamente e volumetricamente a Rede Brasileira de Calibração (RBC).

4 – Utilização

Agitar bem a solução antes do uso para homogeneizar a suspensão.

Preparar os padrões diluídos sempre antes da utilização, pois não são estáveis e depois de usados descartar.

Manter o frasco sempre bem fechado e evitar contato com pele e olhos.

Recomenda-se que essa solução seja armazenada em temperatura ambiente (15°C a 30°C).

Para obter valores de turbidez menores que 800 NTU, diluir como indicado abaixo utilizando tubo de Nessler ou balão volumétrico de 50 mL e água destilada, considerando que cada 0,63 mL corresponde a 10 unidades de turbidez expressa na escala NTU:

NTU	mL	NTU	mL	NTU	mL
10	0,63	60	3,75	200	12,50
20	1,25	70	4,38	300	18,75
30	1,88	80	5,00	400	25,00
40	2,50	90	5,63	500	31,25
50	3,13	100	6,25	600	37,50

Este certificado restringe-se apenas ao número de lote fornecido.

5 – Aprovação

Data de aprovação: 11/2025

Elaborado por: Samara Minussi Rodrigues – Técnica Assistente – CRQ 044102063 – 4ª Região

Samara Minussi Rodrigues

Aprovado por: Msc. Nilton Pereira Alves Granado – Responsável Técnico – CRQ 04428809 – 4ª Região

Nilton P. A. Granado