

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Secretaria Municipal da Saúde Diretoria de Atenção Básica - DAB
--	---

FOLHA DE ENCAMINHAMENTO:
REQUERENTE: DAB / SMS PREGÃO_EDITAL 0206/2024 COBERTURAS
ESPECIAIS CURATIVO PAC
PROCESSO: SEI 39947-3

DO	À	DATA	DESPACHO
DAB	SML	21/11/2024	Prezado Pregoeiro, Solicitamos a Desclassificação das seguintes empresas para os seguintes lotes: *CIRUMAX COMÉRCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 10.807.944/0001-29 ITEM 18 COBERTURA COMPOSTA POR CAMADA PERFURADA AUTO-ADESIVA DE SILICONE QUE PROPORCIONA UM AJUSTE SUAVE E ESPUMA DE POLIURETANO COM ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO E RETENÇÃO, QUE SE AJUSTA AO LEITO DA FERIDA PREENCHENDO O ESPAÇO MORTO, COM CAPACIDADE DE SE CONFORMAR ATÉ 2CM AO LEITO DA FERIDA. ESPUMA MACIA, COM 4,4MM DE ESPESSURA, ESTÉRIL, RECORTÁVEL. PROMOVE O MEIO ÚMIDO, IDEAL PARA O PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO. FACE SUPERIOR APRESENTA FILME DE POLIURETANO, COM IMPRESSÃO DA MARCA, IMPERMEÁVEL À ÁGUA E BACTÉRIAS, PERMITINDO AS TROCAS GASOSAS E SERVINDO DE BARREIRA CONTRA A INVASÃO DE BACTÉRIAS E OUTROS MICRORGANISMOS. TAMANHO 10 X10CM Justificativa: Curativo ofertado pela Cirumax, Proxime! Silicone Dressing, não apresenta espuma com ALTA capacidade de absorção e retenção, como solicitado em edital assim como conformidade de até 2mm no leito. Está característica e de extrema necessidade pois está absorção e retenção previne maceração de bordas e risco de acúmulo de exsudato e consequente a infecção. Se uma cobertura não absorve e retém quantidades relevantes de exsudato, o leito da ferida se tornará excessivamente úmido e o exsudato poderá extravasar da cobertura ocasionando maceração da pele perilesão que causa atraso no processo de cicatrização, aumento do risco de infecção e aumento do tamanho da ferida.

Outro ponto é a conformidade de até 2 mm para espuma de poliuretano com silicone é um aspecto crucial para otimizar o processo de cicatrização e proteger a área afetada. Essa espessura de conformidade permite que o curativo se adapte melhor às irregularidades da superfície da ferida, como as bordas e áreas mais profundas, proporcionando uma cobertura adequada, confortável e evitando o espaço morto. Considerando as características solicitadas por composição deste item considera-se este produto NÃO ATENDE O DESCRITIVO TÉCNICO. Portanto **PARECER NEGATIVO** para este produto, NÃO será aceito, pois não está de acordo.

TEM 04 BOTA DE UNNA, COMPOSTA POR GAZE ELÁSTICA BRANCA (30% ALGODÃO E 70% POLIÉSTER), CONTENDO NO MÍNIMO 23% DE ÓXIDO DE ZINCO (COM LAUDO COMPROBATÓRIO EMITIDO POR LABORATÓRIO OFICIAL OU INSTITUTO DE REFERÊNCIA NACIONAL QUE COMPROVE A COMPOSIÇÃO DO PRODUTO, GLICERINA, ÓLEO DE CASTRO OU RÍCINO, PETROLATO BRANCO E ÁGUA, SEM PRESENÇA DE ÁLCOOL E DESTINADA AO TRATAMENTO DE ÚLCERAS VENOSAS E EDEMA LINFÁTICO. OBRIGATÓRIO TRAZER ESTAMPADO NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE E/OU IMPORTADOR, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE. APRESENTAÇÃO: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, MEDINDO APROXIMADAMENTE 10.1CM DE LARGURA POR 9. METROS.


Justificativa: Conforme avaliação deste produto, a bota de unna desta marca NÃO atende o item contemplado em edital que está sendo solicitado: ter laudo comprobatório emitido por laboratório oficial que comprove a composição do produto. A bota de unna Unitex / Null não possui laudo oficial de composição emitido pelo IPT, um documento muito importante que avaliam produtos de acordo com padrões nacionais e internacionais de segurança visando atender as necessidades técnicas que determinam ter produtos eficazes para que o PAC de Canoas consiga atender com excelência seus pacientes de feridas crônicas. A MARCA NÃO ATENDE O DESCRITIVO TÉCNICO, Portanto **PARECER NEGATIVO** para este produto, NÃO será aceito, pois não está de acordo.

* MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA
CNPJ: 42.227.547/0001-74

>Solicitamos amostra para o seguinte Item:

ITEM 06 PELÍCULA ADESIVA EM ROLO, PARA
FIXAÇÃO DE CURATIVOS. FILME TRANSPARENTE
EM POLIURETANO OU SIMILAR, INCOLOR,
FLEXÍVEL, MALEÁVEL, COM BARREIRA BACTERIANA
E PARA FLUÍDOS, PERMEÁVEL A VAPOR E GASES.
TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO,
ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E IRRITANTES
DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPICIAR
MANUSEIO, FIXAÇÃO E ADESIVIDADE FÁCIL E
SEGURA, E CONFORTO. NÃO ESTÉRIL, E DE USO
ÚNICO. APRESENTAÇÃO: ROLO 15CM (L) x 10 M (C).

Atenciosamente,



Lisiane Ribeiro Bischoff- matr: 5257-4
Gestora do PAC


Lisiane Bischoff
COREN-RS-88779-ENF
ENFERMEIRA ESTOMATERAFEUTA

