

	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOAS Secretaria Municipal da Saúde Diretoria de Atenção Básica - DAB
--	---

FOLHA DE ENCAMINHAMENTO:
REQUERENTE: DAEP / SMS PREGÃO_EDITAL 84/2025 COBERTURAS
ESPECIAIS CURATIVO PAC
PROCESSO: SEI 25.0.000011177-8

DO	À	DATA	DESPACHO
DAEP /PAC	SML	09/10/2025	Prezado Pregoeiro, Solicitamos a Desclassificação da seguinte empresa para os seguintes lotes: MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA:42227547000174 ITEM 1 COBERTURA ANTIMICROBIANA DE HIDROALGINATO COM PRATA, COMPOSTA INTERNAMENTE POR 36% DE FIBRAS ALGINATO DE CÁLCIO (ÁCIDO GULURÔNICO), 6% CARBOXIMETILCELULOSE (CMC) E 28% DE FIBRAS DE NYLON IMPREGNADAS COM PRATA ELEMENTAR E REVESTIDA EM AMBAS AS FACES EXTERNAS POR UM FILME DE PRECISÃO COMPOSTO POR ACRILATO DE METIL ETILENO COM PERFURAÇÕES PARA PASSAGEM DE EXSUDATO E NÃO ADERÊNCIA PARA REMOÇÃO SUAVE, SEM DOR EM PEÇA ÚNICA. A COBERTURA PROMOVE ABSORÇÃO E TRANSFERÊNCIA DO EXCESSO DE UMIDADE PARA O CURATIVO SECUNDÁRIO. A PRATA É ATIVADA ATRAVÉS DO CONTATO COM O EXSUDATO LIBERANDO ÍONS DE PRATA. OFERECE UMA LIBERAÇÃO CONTÍNUA E COMPROVADAMENTE SUSTENTADA DE ÍONS DE PRATA POR ATÉ 7 DIAS. COBERTURA ATÓXICA, HIPOALERGÊNICA, ESTÉRIL, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSÉPTICA. TAMANHO: 11X11CM. Justificativa: A MARCA NÃO ATENDE O DESCRITIVO TÉCNICO. Portanto, PARECER NEGATIVO para este produto, NÃO SERÁ ACEITO, a cobertura não é um hidroalginato e não especifica o percentual de CMC, possui uma camada não aderente que possa fazer uma proteção e remoção não atraumática, além de soltar fragmentos na lesão. É um alginato e pode macerar a borda da lesão.


ITEM 4 BANDAGEM DE COMPRESSÃO ELÁSTICA MONOCAMADA DE MÉDIA À ALTA COMPRESSÃO, MEDINDO 10CMX3,5M, COMPOSTA POR POLIAMIDA, ELASTANO E ALGODÃO. PRESENÇA DE GUIA VISUAL REPRESENTADO POR RETÂNGULOS IMPRESSOS INDELEVELMENTE DOS DOIS LADOS, INDICANDO DOIS NÍVEIS DE COMPRESSÃO, ALTA COMPRESSÃO DE 40MMHG E MÉDIA COMPRESSÃO DE 30MMHG. ENROLADA DE FORMA CONTÍNUA E UNIFORME, EM EMBALAGEM INDIVIDUAL. LAVÁVEL E REUTILIZÁVEL. TAMANHO: 10 CM X 3,5M

Justificativa: A MARCA NÃO ATENDE O DESCRITIVO TÉCNICO. Portanto **PARECER NEGATIVO** para este produto, NÃO SERÁ ACEITO, tem presença de óxido de zinco, sendo uma bota de unha, não é uma atadura compressiva elástica, não é lavável é de uso único, como solicitado em edital lavável e reutilizável.

ITEM 05 PELÍCULA ADESIVA EM ROLO, PARA FIXAÇÃO DE CURATIVOS. FILME TRANSPARENTE EM POLIURETANO OU SIMILAR, INCOLOR, FLEXÍVEL, MALEÁVEL, COM BARREIRA BACTERIANA E PARA FLUÍDOS, PERMEÁVEL A VAPOR E GASES. TODO MATERIAL DEVE SER RESISTENTE, ATÓXICO, ISENTO DE AGENTES ALERGIZANTES E IRRITANTES DÉRMICOS, RESÍDUOS E IMPUREZAS, PROPICIAR MANUSEIO, FIXAÇÃO E ADESIVIDADE FÁCIL E SEGURA, E CONFORTO. NÃO ESTÉRIL, E DE USO ÚNICO. APRESENTAÇÃO: ROLO 15CM (L) x 10 M (C).

Justificativa: A MARCA NÃO ATENDE O DESCRITIVO TÉCNICO. Portanto **PARECER NEGATIVO** para este produto, NÃO SERÁ ACEITO, pois não está de acordo. Já testado anteriormente, este item já foi ofertado pela empresa MED4 IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 42.227.547/0001-74, anteriormente no edital 02206/2024, em teste apresentou dificuldade na remoção devido adesão excessiva, causando danos ao tecido subjacente, reação alérgica ao insumo como vermelhidão, prurido e descamação da pele.

Atenciosamente,



Lisiane Ribeiro Bischoff- matr: 5257-4
Gestora do PAC

Lisiane Bischoff
COREN-RS-88779-ENF
ENFERMEIRA ESTOMATERAPEUTA