

Re: Esclarecimento - PE 0090/2024 - DIA 22/08/2024

De : Lessandra Mattuella
<lessandra.mattuella@garibaldi.rs.gov.br>

sex., 16 de ago. de 2024 10:23

 5 anexos

Assunto : Re: Esclarecimento - PE 0090/2024 - DIA 22/08/2024

Para : Thiago Arantes <thiago.arantes@vyttra.com>

Cc : Lucimara Carlini <lucimara.carlini@vyttra.com>

Bom dia, sim a metodologia que esta sendo solicitado, é eletrodo seletivo(ISE) Flavio.

att,
Lessandra

De: "Thiago Arantes" <thiago.arantes@vyttra.com>

Para: "Departamento de Licitacoes, Prefeitura de Garibaldi"
<licitacoes@garibaldi.rs.gov.br>, "Jessica Pimentel, Depto de Compras"
<jessica.pimentel@garibaldi.rs.gov.br>

Cc: "Lucimara Carlini" <lucimara.carlini@vyttra.com>

Enviadas: Terça-feira, 13 de agosto de 2024 17:05:35

Assunto: Esclarecimento - PE 0090/2024 - DIA 22/08/2024

Prezados, boa tarde,

A empresa Vyttra Diagnósticos S.A., inscrita no CNPJ sob nº 00.904.728/0012-09, vem solicitar esclarecimentos referente ao edital de Pregão Eletrônico nº 0090/2024, conforme abaixo.

Referente aos itens 27(sódio), 28(potássio) e 29(cloreto) , do Lote 1(bioquímica):

Pergunta: Considerando que a Vyttra tem intenção de participar da presente licitação, gostaríamos de saber qual tipo de metodologia de reação aos itens supracitados devemos ofertar? Seria metodologia por eletrodo seletivo?

No aguardo.

At.te



Thiago Arantes
Licitações

Av. Queiroz Filho, 1560 - Torre Gaivota, 4º andar - São Paulo – Brasil



vyttra.com

corporativa pode ocorrer em horário diverso ao desenvolvimento das atividades funcionais. O fato de ter acesso ao recurso, por si só, não representa solicitação a trabalhar.

This e-mail and any attachments are confidential and may also be privileged. The incoming messages on your corporate mailbox may occur in a different time of the development of functional activities. The access to the resource does not mean that are pending working request.
