

Re: Esclarecimento - PM GARIBALDI - PE 090/2024

De : Lessandra Mattuella
<lessandra.mattuella@garibaldi.rs.gov.br>

sex., 16 de ago. de 2024 10:25

 1 anexo

Assunto : Re: Esclarecimento - PM GARIBALDI - PE 090/2024

Para : Jéssica Costa [SomosQualys.com.br]
<jessica.costa@somosqualys.com.br>

Cc : Ângela Rodrigues [SomosQualys.com.br]
<angela.rodrigues@somosqualys.com.br>

Bom dia, sim pode ser liberado proteína.
Flavio

att,
Lessandra

De: "Jéssica Costa [SomosQualys.com.br]" <jessica.costa@somosqualys.com.br>
Para: "Departamento de Licitacoes, Prefeitura de Garibaldi"
<licitacoes@garibaldi.rs.gov.br>
Cc: "Ângela Rodrigues [SomosQualys.com.br]" <angela.rodrigues@somosqualys.com.br>
Enviadas: Quarta-feira, 14 de agosto de 2024 13:36:37
Assunto: Esclarecimento - PM GARIBALDI - PE 090/2024

Boa tarde!
Pedido de esclarecimento referente ao LOTE 10.

LOTE 10						
ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QUANT. ATÉ	MARCA E FABRICANTE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL ATÉ
1	FITAS DE URINA PARA UROANALISE COM FORNECIMENTO DE LEITOR DE FITAS COMPATVEL, CONTENDO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: DETECÇÃO SEMIQUANTITATIVA DE ALBUMINA, BILIRRUBINAS, SANGUE, CREATININA, GLICOSE, CETONA, LEUCOCITOS, NITRITO, PH, PROTEINA, GRAVIDADE E UROBILINOGENIO. TELA SENSIVEL AO TOQUE	UN	12.000			

Gostaríamos de verificar se é imprescindível a liberação do parâmetro ALBUMINA ou se pode ser liberado PROTEÍNA no lugar de Albumina.

Desde já agradeço.

Atenciosamente,

Jéssica Costa



51 99288-8134/ 3361-3666



jessica.costa@somosqualys.com.br

Suporte a Vendas



Rua Sérgio Jungblut Dieterich, 820 Pav.18



QUALYS
DIAGNÓSTICOS

somosqualys.com.br

[@somosqualys](#) [somosqualys](#)

(51) 3361.3666 | 3341.5142

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

