



PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO RIBEIRO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 01
EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 90/2026
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2026

No dia treze de outubro de dois mil e vinte e seis, a comissão de licitação designada pela Portaria n.º 095/2026, neste ato, através do Pregoeiro denominado, vem retificar no Edital n.º 90/2026, conforme o item abaixo listado, ficando as demais disposições e informações inalteradas.

1) Referente a descrição dos itens abaixo listados:

Onde se lê:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Detector fetal portátil; digital; LCD; colorido mínimo 2,4";30 a 240 bpm; bateria integrada; sonnai	01	Unidade	R\$ 1.092,54	R\$ 1.092,54
04	Dea-desfibrilador externo automático, onda bifásica, análise automática de ritmo, voz em português	04	Unidade	R\$ 13.256,88	R\$ 53.027,52
05	Estetoscópio infantil auscultador em aço inoxidável; tipo duplo	01	Unidade	R\$ 310,47	R\$ 310,47
06	Suporte de soro pedestal; aço inoxidável	02	Unidade	R\$ 407,74	R\$ 815,48
14	Aspirador de secreção elétrico móvel fluxo 20 a 30 LPM; válvula de segurança; frasco termoplástico	03	Unidade	R\$ 4.458,59	R\$ 13.375,77
16	Bomba a vácuo odontológica filtrada; potência mínima 1/2 cv; vácuo a partir de 450 MMHG; atendimento.	01	Unidade	R\$ 4.529,03	R\$ 4.529,03
18	Monitor multiparametros ECG spo2 pulso e índice de perfusão; sensor externo; conectividade; bater	01	Unidade	R\$ 19.010,40	R\$ 19.010,40
24	Desfibrilador convencional energia mono ou bifásica; ECG; pás de choque; modo sincronizado, marca	02	Unidade	R\$ 23.208,61	R\$ 46.417,22
29	Oxímetro para telesaude-medicao de spo2, pulso e índice de perfusão; sensor externo; conectividade	02	Unidade	R\$ 1.908,01	R\$ 3.816,02

Leia-se:

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD.	UND.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
02	Detector fetal - tipo tecnologia display faixa de medição alimentação grau de proteção: portátil digital lcd colorido mínimo de 2.4 30 a 240bpm bateria integrada sonda ipx7	02	Unidade	R\$ 1.881,49	R\$ 3.762,98
04	DEA - Desfibrilador Externo Automático - Equipamento deve possuir tecnologia de choque: Forma de onda bifásica exponencial truncada; Protocolo de energia escalonado ou fixo conforme diretrizes da American Heart Association (AHA); Tempo de carga inferior a 10 segundos para prontidão de choque. Inteligência de análise: Algoritmo de detecção que analisa o complexo QRS e outros parâmetros do ECG e Sensibilidade rigorosamente calibrado para não dar choque em ritmos organizados ou assistolia. Comando de voz em português e indicadores luminosos (LED's). Pas adesivas e descartáveis (adulto e pediátrico). Grau de proteção IP55 ou superior. Bateria de longa duração, não recarregável, com vida útil em standby de no mínimo 2 anos. Mínimo de 100 a 200 choques ou 10hs de monitorização contínua. O equipamento realiza testes diários, semanais e mensais nos circuitos internos, bateria e presença das pás, indicando o status por um LED verde/vermelho.	04	Unidade	R\$ 13.256,88	R\$ 53.027,52
05	Estetoscópio infantil - material de confecção do auscultador tipo: aço inoxidável duplo	01	Unidade	R\$ 310,47	R\$ 310,47
06	Suporte de Soro - tipo/material de 18 confecção: pedestal/aço Inoxidável	02	Unidade	R\$ 407,74	R\$ 815,48
14	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - fluxo de aspiração válvula de segurança frasco alimentação suporte c/rodízios grau proteção vácuo: 20 a 30 LPM SIM termoplástico ibivolt bat de lítio recarregável não possui por ser portátil até 3,5k p22 0 a 620mm/hg	03	Unidade	R\$ 4.458,59	R\$ 13.375,77
16	Bomba a vácuo odontológica filtrada; potência mínima 1/2 cv; vácuo a partir de 450 MMHG; e com capacidade mínima de atender pelo menos 2 consultórios simultaneamente.	01	Unidade	R\$ 4.529,03	R\$ 4.529,03
18	Monitor Multiparâmetros - Equipamento deve possuir as seguintes característicascom e recursos: Parâmetros de Monitorização (Módulos), :ECG (Eletrocardiograma): Monitoração de 3 ou 5 derivações (I, II, III, aVR, aVL, aVF, V), detecção de arritmias, análise do segmento ST e detecção de marcapasso.;SpO2 (Oximetria de Pulso): Faixa de medição de 0 a 100%, com exibição da curva plestimográfica.	01	Unidade	R\$ 19.010,40	R\$ 19.010,40

	Opção de oximetria de alta sensibilidade (ex: Nellcor/Masimo);PNI (Pressão Não Invasiva): Modos manual, automático (intervalos configuráveis) e sequencial.;RESP (Respiração): Método de impedância torácica, com ajuste de ganho e alarme de apneia;TEMP (Temperatura): Dois canais de temperatura 19 20 (esofágica/retal/cutânea).Tela e Interfaces: Display colorido (TFT LCD), tamanho mínimo de 12 polegadas, touchscreen, com alta resolução (mínimo 1024x768).;Interface: Navegação intuitiva, capacidade de exibir pelo menos 7 formas de onda simultâneas;Alarmes: Sistema de alarmes visuais e sonoros inteligentes, com níveis de prioridade configuráveis (alto, médio, baixo).; Operação: Teclas de atalho para funções rápidas e botão rotativo ou touch screen. Recursos de Dados e Conectividade: Tendências: Armazenamento de dados históricos (tendências gráficas e tabulares) por no mínimo 72 horas.;Interface: Saída para sistema de Central de Monitorização (via cabo de rede RJ45 ou WiFi) e integração via protocolo HL7 para prontuários eletrônicos; Bateria interna recarregável de íon-lítio com autonomia mínima de 2 a 4 horas para transporte interno. Requisitos Gsrais. Modos de Paciente: Configurações específicas para Adulto, Pediátrico e Neonatal; Segurança Elétrica: Proteção contra descarga de desfibrilador e interferência de eletro cauterio. Com certificação ANVISA.				
24	Desfibrilador Convencional - Equipamento com escala de energia monofásica (até 360 Joules) ou bifásica (1 a 200 Joules). Temo de carga: menor que 7 segundos para atingir a carga máxima. Deve possuir: Monitorização de ECG, Pás de choque, Modo sincronizado e marcapassou externo não invasivo. Tela/Display: LCD ou TFT colorida de alta resolução (mínimo 7 polegadas); Alimentação: Bivolt automático (100-240V) e Bateria Interna Recarregável; Autonomia da Bateria: Mínimo de 2 a 3 horas de monitoração ou >50 choques na carga máxima; Armazenamento de Dados: Memória interna para eventos, curvas de ECG e alarmes; Impressora Térmica: Integrada, para registro de tiras de ritmo e relatórios de eventos. Possuir requisitos de segurança e normas: proteção contra desfibrilação, alarmes visual e sonoros e Certificação na ANVISA e conformidade com normas NBR.	02	Unidade	R\$ 23.208,61	R\$ 46.417,22
29	Oxímetro para Telessaúde - Equipamento para medição da saturação de oxigênio, pulso e índice de perfusão através do dedo aplicáveis para pacientes adultos, pediátricos e neonatais com sensor externo. Alarme sonoro e visual com indicação de carga fraca. Conexão liga/desliga automático. Display de LCD para melhor visualização dos dados. O equipamento	02	Unidade	R\$ 1.908,01	R\$ 3.816,02

	deve possuir conectividade homologada pela ANATEL, e enviar automaticamente os dados vitais mensurados por dispositivo Bluetooth para o aplicativo associado, eliminando a necessidade de anotações manuais.O aplicativo deve permitir identificação do paciente e profissional de saúde e receber automaticamente a saturação de oxigênio (SPo2), frequência cardíaca (FC) e IP. Deve contemplar a integração com o Prontuário Eletrônico do paciente. Acessórios inclusos: 01 sensor de oximetria reutilizável para adulto.				
--	---	--	--	--	--

2) Considerando que a alteração realizada incide diretamente na descrição dos itens do edital, informo que o processo será republicado, com a reabertura dos prazos e a definição de nova data para a realização do certame, prevista para o dia **23 de outubro de 2026, às 9h.**

3) Demais cláusulas, condições e disposições estabelecidas no edital permanecem inalteradas.

Barra do Ribeiro/RS, 13 de outubro de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS EDUARDO DA COSTA BARBOSA**
 Data: 13/10/2026 19:29:08-0300
 Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Carlos Eduardo da Costa Barbosa
 Matrícula n.º 10867-7