

ITEM: FRALDA ADULTO TAMANHO P**MARCA/MODELO: CK - EMPRESA SILVANA LUMERTZ FERREIRA**

REQUISITOS DO EDITAL PARA O ITEM		ATENDE O EDITAL		OBSERVAÇÕES
		SIM	NÃO	
DESCRIPTIVO COMPLETO	16777 - FRALDA ADULTO TAMANHO M ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: FORMATO ANATÔMICO RECOMENDADO PARA OS CASOS DE INCONTINÊNCIA URINÁRIA/FECAL MODERADA E/OU SEVERA, POLÍMERO DE ABSORÇÃO DISTRIBUÍDO PELA FRALDA, GEL ABSORVENTE, BARREIRAS PROTETORAS ANTIVAZAMENTOS, ELÁSTICOS PARA AUXILIAR NO AJUSTE E CONTROLE DO VAZAMENTO (MÍNIMO 2 ELÁSTICOS POR FRALDA NA REGIÃO DE CONTATO COM AS PERNAS); FITAS ADESIVAS REAJUSTÁVEIS; PRODUTO HIPOALERGÊNICO E COM ALOE VERA; COM INDICADOR DE UMIDADE; SEM PERFUME, COM INIBIDOR/NEUTRALIZADOR DE ODORES. QUANTO AO MATERIAL DE ABSORÇÃO, QUANDO MOLHADO DEVE MANTER-SE COESO. PESO POR FRALDA: ACIMA DE 50 GRAMAS. MÁXIMO DE 30 UNIDADES POR PACOTE.	X		Cumpre o descritivo.
FITAS ADESIVAS (fixação, possibilidade de reposicionamento)	fitas adesivas reajustáveis	X		Fitas reajustáveis com boa fixação.

FORMATO ANATÔMICO (permite ajuste adequado, proporciona conforto e segurança)	formato anatômico recomendado para os casos de incontinência urinária/fecal moderada e/ou severa	X		
ELÁSTICOS (permitem ajuste sem apertar as pernas, evitam vazamentos)	elásticos para auxiliar no ajuste e controle do vazamento (mínimo 2 elásticos por fralda na região de contato com as pernas)	X		Possui 3 elásticos nas pernas.
COBERTURA INTERNA (macia; com barreiras antivazamento; gel com capacidade para grande absorção, sem formação de acúmulos e/ou grumos)	polímero de absorção distribuído pela fralda, gel absorvente, barreiras protetoras antivazamentos	X		Foi realizado teste com 500ml de água, fralda não demorou para absorver todo o líquido, manteve a fralda seca e não apresentou grumos.
DISTRIBUIÇÃO HOMOGÊNEA DE FLUIDOS (sem formação de acúmulos)	Quanto ao material de absorção, quando molhado deve manter-se coeso	X		Não apresentou acúmulos e o gel não se soltou da fralda.
RETENÇÃO DE UMIDADE (mantém o paciente seco)	com indicador de umidade	X		Foi realizado teste com 500ml de água, fralda não demorou para absorver todo o líquido, manteve a fralda seca e não apresentou grumos. Possui indicador de umidade.
AUSÊNCIA DE REAÇÕES DÉRMICAS	produto hipoalergênico e com aloe vera; produto hipoalergênico e com aloe vera	X		
PESO		X		54g
A MANTA DEVERÁ COBRIR NO MÍNIMO 70% DO COMPRIMENTO	A manta deverá cobrir no mínimo 70% do comprimento (gancho) da fralda;	X		Cumprir com o descritivo (cobrir 72% do comprimento (gancho) da fralda.

São Marcos, 29 de novembro de 2024.

Equipe Técnica Avaliadora:

A análise foi realizada em duas etapas: a primeira, realizada pela equipe técnica na qual avaliou-se os itens descritos acima; no segundo momento, foram distribuídas amostras aos pacientes afim de verificar a qualidade do produto. Após as análises realizadas, concluímos que as fraldas atendem o descritivo do edital.

Cristine Rizzon

Cristine Fátima Rizzon
Farmacêutica
CRF/RS 549981

M. Mosteller
Maria Cecília Moraes
de Castilhos
Farmacêutica CRF-RS 14492
RG 5062717201